# SISTEMA INTERNO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS



UNIVERSIDAD DE CARTAGENA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA CARTAGENA DE INDIAS, D.T. Y C. 2023

#### SISTEMA INTERNO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

DESARROLLADO EN EL MARCO DEL TRABAJO DE GRADO TITULADO: DISEÑO DE UN SISTEMA INTERNO PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS PROCEDENTES DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA QUIMICA DEL CAMPUS PIEDRA DE BOLIVAR.

#### **ELABORADO POR:**

MICHELL ANDREA CARRASQUILLA LOPEZ
CAMILO ANDRES DE LA BARRERA QUIÑONES

KARINA ANGELICA OJEDA DELGADO

#### **DIRECTORA**

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA CARTAGENA DE INDIAS, D.T. Y C. 2023

# **CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN	5
2. OBJETIVO GENERAL	6
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4. NORMAS BASICAS DE SEGUIRIDAD A SEGUIR D	ENTRO DEL LABORATORIO. 7
5. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE RESIDUOS	PELIGROSOS
6. PICTOGRAMAS DE PELIGROS	10
7. ELEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA	18
8. CARACTERIZACIÓN DE REACTIVOS PELIGROS LABORATORIO	
8.1 Clasificación reactivos líquidos peligrosos	
8.2 Clasificación reactivos solidos peligrosos	27
9. REACCIONES QUÍMICAS PELIGROSAS	
9.1 Grupos químicos inestable	
9.2 Sustancias que reaccionan con agua	36
9.3 Sustancias que reaccionan con el aire	37
9.4 Incompatibilidades químicas	37
10. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	39
11. ALMACENAMINETO	42
11.1 Envasado	42
11.2 Etiquetado de sustancias peligrosas	43
11.3 Almacenamineto general de residuos peligrosos	43
11.4 Recomendaciones de almacenaminto según el tipo	de peligrosidad44
12. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROS	OS 47
13. BIBLIOGRAFÍAS	48
14 ANEXOS	50

# INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Etiqueta de colores	
Tabla 2.Pictogramas	
Tabla 3. Nivel de peligrosidad	
Tabla 4.Reactivos líquidos peligrosos	21
Tabla 5. Reactivos solidos peligrosos	27
Tabla 6.Sustancias inestables	35
Tabla 7.Reacciones con el agua	36
Tabla 8.Reacciones con el aire	37
Tabla 9.Incompatibilidades químicas	37
Tabla 10.Inconpatibilidades	37
Tabla 11. Clasificación de residuos peligrosos	40
ILUSTRACIONES	
Ilustración 1.Extintores	18
Ilustración 2. Clasificación SGA	20

### 1. INTRODUCCIÓN

El correcto manejo de residuos peligrosos es una prioridad actualmente en cualquier lugar donde se generen, es un requisito de cada institución, organización, empresa, industria, entre otros contar con un desempeño solido en la máxima mitigación de los impactos generador en actividades, productos y servicios sobre el medio ambiente, de acuerdo con la política y objetivo ambiental. El manejo adecuado de los residuos químicos, resulta importante en cuanto a la prolongación de la vida natural y de igual manera es crucial para preservar el bienestar físico de cada individuo.

Este sistema de manejo está destinado principalmente a guiar a las partes responsables a preservar su integridad física, las de los demás y la naturaleza que les rodea, a mitigar posibles accidentes dentro las instalaciones de los laboratorios, identificar los riesgos de un mal manejo de los residuos, tener claridad de los efectos de cada reactivo y su nivel de peligrosidad, todo esto amparado bajo el marco legal vigente del decreto 1076 2015, decreto 1496 de 2018 y la política ambiental de la universidad de Cartagena del del acuerdo N°6 del 22 de febrero de 2018.

#### 2. OBJETIVO GENERAL

Informar a cada individuo que haga uso de las instalaciones, sobre el protocolo de manejo de residuos peligrosos dentro del laboratorio de Ingeniería Química del Campus Piedra de Bolívar, con el fin de evitar riesgos y accidentes.

#### 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1. Identificar y caracterizar las sustancias y residuos que se generan dentro del laboratorio, para una correcta manipulación al momento de desecharlos.
- 2. Comprender en su totalidad las fases de la gestión de residuos: segregación, movimiento interno, almacenamiento y disposición final.
- 3. Distinguir los espacios y elementos estipulados para el almacenamiento de desechos.
- 4. Reconocer los diferentes pasos a seguir en caso de emergencia, según su origen.

# 4. NORMAS BASICAS DE SEGUIRIDAD A SEGUIR DENTRO DEL LABORATORIO

Todas las normas mencionadas a continuación son importantes y se deben cumplir correctamente, para evitar que ocurran accidentes dentro del laboratorio.

- 1 No se podrá ingresar elementos diferentes a los necesarios para la realización de las practicas establecidas.
- 2 No se debe consumir bebidas o ningún tipo de alimento dentro del laboratorio.
- 3 El uso de la bata es obligatorio.
- 4 La ropa y el calzado, deben ser siempre adecuados y deben cubrir la mayor parte del cuerpo.
- 5 Evitar el uso de accesorios o prendas como pulseras, relojes o anillos.
- 6 Es obligatorio el uso de los diferentes elementos de seguridad como gafas, guantes y máscaras, que protegen de los riesgos que puedan llegar a ocurrir.
- 7 No disponer de los equipos para un uso diferente al de las practicas establecidas.
- 8 No utilizar los equipos sin la autorización de los docentes o encargados del laboratorio.
- 9 Antes de hacer uso de cualquier sustancia, verificar las etiquetas y fichas de seguridad.
- 10 Al momento de almacenar sustancias, los envases siempre deben ser rotulados.
- 11 Realizar el correcto almacenamiento de cada sustancia al finalizar cada práctica.
- 12 No ingerir ninguna sustancia y en caso del contacto con la piel o con los ojos, proceder a retirar con abundante agua e informar a la persona encargada inmediatamente.
- 13 Al momento de almacenar sustancias, asegurarse de separar los no compatibles, los productos inflamables deben estar separados de los ácidos, bases y reactivos oxidantes y los envases deben estar en un lugar donde no corran riesgo de caer y romperse.
- 14 Siempre verificar que los objetos de vidrio no estén rotos.
- 15 Preparar con anticipación el stock de productos que se va a necesitar para cada práctica, es importante extraer solo lo necesario de cada recipiente y no devolver el producto a este, en caso de que haya un sobrante.

- 16 No dejar destapados los frascos ni inhalar su contenido. Algunas sustancias líquidas emiten vapores que, al inhalarlos, podrían ser tóxicos.
- 17 Al finalizar cada práctica, el área de trabajo debe quedar totalmente despejada y limpia.
- 18 Reconocer el protocolo se seguridad y todas las salidas de emergencia.

# 5. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE RESIDUOS PELIGROSOS

Los residuos que se generan en los laboratorios se caracterizan en diversas categorías dependiendo de su peligrosidad y su naturaleza. A continuación, se puede observar la clasificación y respectiva etiqueta de los residuos más comunes generados en laboratorios químicos, a los cuales se les ha asignado una etiqueta con un color específico para cada uno de ellos, con el fin de poder diferenciarlos con mayor facilidad

Tabla 1. Etiqueta de colores

Compuesto químico	Observaciones	Etiqueta
Disolventes halogenados	Líquidos orgánicos que abarquen más de	
	2% de halógenos. Eje: cloruro de metileno	
Disolventes	Líquidos inflamables orgánicos que	
n	abarquen menos de 2% de halógenos. Evitar	
ohalogenados	mezclar disolventes que sean inmiscibles.	
	Eje: aldehídos, amidas, cetonas, glicoles,	
	esteres, nitrilos, alcoholes.	
	aromáticos e hidrocarburos alifáticos	
Disoluciones acuosas	Soluciones acuosas básicas: NaOH, KOH	
	soluciones acuosas de metales pesados Ni, Ag, Cd, Se	
	soluciones acuosas inorgánicas	
	son:sulfatos, fosfatos,	
	cloruro	
	soluciones orgánicas: formol, fenol	


Ácidos	Líquidos con ácido inorgánicos como HCL,	
	HF, HNO3 etc. Precaución con mezclar los	
	ácidos entre si ya que son muy reactivos	
Bases	Soluciones básicas. Ej: Hidróxido sódico	
	(sosa), Hidróxido potásico, etc.	
Aceites	Aceites minerales	
Solidos	Productos orgánicos e inorgánicos	
	ymaterial desechable	
	contaminado con	
	productos químicos	
Especiales	Reactivos puros obsoletos o vencidos	
	Ej: comburentes, magnesio, metálicos en	
	polvo, cloruro de ácidos, metales alcalinos,	
	hidruros entre otros	

Fuente: Autores

#### 6. PICTOGRAMAS DE PELIGROS

Los pictogramas de peligro químico son símbolos gráficos utilizados para indicar los peligros asociados a la manipulación de sustancias químicas. Estos pictogramas se utilizan en los envases de sustancias o mezclas químicas con el fin de advertir a los usuarios sobre los peligros físicos y los riesgos para la salud que pueden presentar

Tabla 2.Pictogramas



Fuente: Autores



Explosivo voluble.

Riesgo de explosión masiva.

Alto peligro de proyecctiles.

Riesgo de provocar fuego, de onda expansiva o de proyectarse.

Alta probabilidad de explosión masiva en caso de incendio.

#### Dónde se pueden encontrar

Dinamitas, polvora negra, pirotecnicos.

#### **Suregencias**

Solicite procediminetos especificas antes de su uso.

No manipule este material hasta que hacer lectura y entender todas los lienamientos de seguridad.

Procurar mantener lejos del calor/llamas abiertas/chispas/superficies al altas temperaturas. - nunca Fumar.

portar guantes/ropa/gafas/máscara de seguridad.

Utilice los elementos de protección personal obligatorio.

Alta probabilidad de explosines durante un incendio.



Gases excesivamente inflamables.
Gas inflamables.
Aerosoles inflamables.
Líquido y vapores altamente inflamables.
Líquidos y vapores inflamables.
Sólidos inflamables.

### Dónde se pueden encontrar

Acetonas, gasolina, petroquimicos, quitaesmaltes

#### **Sugerencias**

No exponer al sol.

No rocíe sobre llamas abiertas u otras iniciadores de combustion.

Procurar mantener lejos fuentes calor/llamas abiertas/chispas/superficies al altas tempereaturas. – nunca fumar.

Guardar en recipientes hermeticos.

Mantenga en un lugar ventilado y fresco.



Comburente: pueden iniciar o agudizar un incendio.

Muy comburente: una explosión;

#### Dónde se pueden encontrar

Lejía, agua oxigenada, sales de pergamanato

#### **Sugerencias**

Procurar mantener lejos fuentes calor/llamas abiertas/chispas/superficies al altas tempereaturas. — nunca fumar. portar guantes/ropa/gafas/máscara de seguridad. Enjuague la piel y ropas contaminadas con mucha de agua inmediatamente antes de despojarese de la ropa.



#### **Significado**

Gas con presión: probabilidad de explosión por causa de calentamiento.

Gas refrigerado: puede generar quemaduras o daños criogénicos.

#### Dónde se pueden encontrar

Cilindros a presion, areosoles, botellas.

#### **Sugerencias**

Evitar la exposición al sol Use guantes/anteojos/máscara contra el frío. Consulte a un médico inmediatamente.



Tóxico para la vida acuátia, con coencecuencias nocivas duraderas.

# Dónde se pueden encontrar

Plaguicidas, biocidas, gasolina, trementina.

#### **Sugerencias**

No permitir su progapagacion al medio ambiente.

Recolectar el vertimineto.



#### Significado

Corrosion para objetos metalicos.

Ocaciona traumas oculares y quemaduras cutaneas

#### Dónde se pueden encontrar

Acido hidroclorídrico, amoniaco, ácido acético, desatascadores de tuberías.

#### **Sugerencias**

No inhalar el polvo/el gas/la niebla/los vapores.

Enguagar efectivamente después de su manipulacion.

Portar ropa/guantes/gafas/máscara de seguridad.

Almacenar solo en el envase original.



Letal y toxico por ingestión. Letal y toxicio al contacto cutaneao directo. Letal y toxico por ser inhalado

#### Dónde se pueden encontrar

Metanol, biocidas, plaguicidas

#### **Sugerencias**

Enguagar eficientemente imdeiatamente de ser manipulado.

Si es ingerido: Llame inmediatamente a un médico.

No comer, beber y nunca fumar al momento de su uso.

Enjugar la boca con abuandante agua.

Almacenar de manera hermetica.

Evite contacto, cuataneo, ojos o ropa.

Use ropa/gafas/guantes/máscara de seguridad.

Dado el caso del contacto con el cuerpo: Lavar sutilmente con mucha agua y jabón.

Deshacerse de la ropa comprometida inmediatamente.

Use equipo de protección respiratoria.

Lavar la ropa antes de volver a usarla.

No inhalar el polvo/la niebla/el gas/los vapores.

Use solo en campo abierto o en áreas bien ventiladas.

Dado el caso inhalación: salir al aire libre y mantenerse en reposo en una posición que facilite la respiracion.



Irritacion de vías respiratorias
Podible sesancion de vértigo y adromeciemineto
Puede provocar alérgias cutaneas
Irritación letal ocular
Irritaciónes en la piel.
Perjudicial si es ingerido
Perjudicial al contacto cutaneo
Perjudicial si es inhalado
Perjudicial para el medio ambiente y la salud publica por dañar el ozono

#### Dónde se pueden encontrar

Limpiadores de inodoros, detergentes para lavadoras, líquidos refrigerantes

#### **Sugerencias**

Evite la inhalacion de /la niebla/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Use solo a campo abierto o en áreas bien ventiladas

Dado el caso inhalación: Llevar a la víctima a campo a bierto y sostenerla en reposo en una posición cómoda para respirar

Si se presenta ingestión: Solicitar un médico si no se encuentra bien.

Prtar ropa/gafas/guantes/máscara de seguridad.

Si se presenta contacto cuanteo: Enguagar con abundante agua y jabón

Sis se presenta contacto ocular: Enjuagar cuidadosamente con agua durante prolongados

minutos. quitarse los lentes de contacto, si los usa.

No come, beber ni fumar al momento de su uso.



Puede ser letal si es ingerido y penetra en las vías respiratorias
Daña ciertos tejidos blandos
Puede afectar la respuduccion humana o un feto
Propenso a ser cáncerigeno
Puede causar malformaciones genéticas
La inhalación puede causar síntomas de asma, alergicos o dificultades para respirar.

#### Dónde pueden encontrar

Trementina, gasolina, aceite para lámparas

#### **Sugerencias**

Si se presenta ingestión: Procuara atención médica inmediatamente.

No induzcas al vomito

Evitar inhalar /el gas/la niebla/el polvo/los vapores/el aerosol.

Enguagar bien después de manipularlo.

No comer, beber ni fumar al momento de su uso.

Consulte a un médico si no se seinte bien.

Si ha sido expuesto: Llame a personal expero de envenenamiento o un médico.

Procediminetos especificos requeridas antes del uso

No manipule este material hasta que haber leído y entendido todas los lineamientos de seguridad.

Utilice los elementos de protección personal obligatorio.

En caso de una mal sistema de ventilacion, use elementos de protecccion respiratoria. Si es inhalado: Si está respirando y prsenta complejidad al respirar, llevar a la víctima afuera.

#### 7. ELEMENTOS DE SEGURIDAD COLECTIVA

La principal función de estos equipos es realizar una extracción localizada que permita captar los contaminantes y ofrecen una protección, cuyas protecciones son:

**Duchas de seguridad:** Estos instrumentos se utilizan en situaciones de emergencia en áreas sujetas a derrames, salpicaduras de productos químicos, donde existe un alto riesgo de quemaduras o irritación. Son esenciales en el laboratorio.

Es de suma importancia que los sistemas de seguridad esten en buen estado y es de gran imprtancia tener en cuenta las siguientes caracteristicas.



- Deben encontrarse en un lugar visible y accesible
- Mantenerse alejado de toma corrientes y equipos electricos
- Deben contar con mecanismos de facil acceso y ademas deben poderse identificar facilmente.
- La fuente lavaojos y la ducha deben tener un caudal lo suficientemente fuerte para empapar la cara de forma rapida.pero ese caudal no debe tener tanta presion para no lastimar a la persona que lo utiliza.
- Se debe estar comprobando que este en buenas condiciones, haciendo correr el agua cada 6 meses.

**Extintores:** En los laboratorios se debe de disponer un extintor como todo lugar de trabajo, visible y de facil acesso con su respectiva señalizacion. El extintor dependera del tipo de sustancia, aumque el mas practico y universal son los de CO2.

#### **Ilustración 1.Extintores**

			-	AGENTE	S EXTI	NTORE	S	
	MATERIALES		AGUA PULVER.	ESPUMA FISICA	POLVO SECO	POLVO POLIV.	NIEVE CARBO. CO2	HALONES
A	SOLIDOS CON BRASA Madera. Papel. Tela. Goma. Corcho. Caucho.		SI	SI	SI	SI		
В	LIQUIDOS INFLAMABLES Y SOLIDOS LICUABLES Petróleo. Aceites. Pinturas. Disolventes. Cera			SI	SI	SI	SI	
С	GASES INFLAMABLES Butano. Metano. Disolventes. Cera	SI Extingue Limita propagación		SI	SI	SI	SI	
D	METALES Y PRODUCTOS QUÍMICOS REACTIVOS Magnesio. Titanio. Sodio. Potasio. Uranio	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
E	FUEGOS ELÉCTRICOS Todos en presencia de corriente eléctrica	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO

SI BUENO SI ACEPTABLE NO INACEPTABLE O PELIGROSO NO REQUIERE AGENTES ESPECIALES

Fuente: Universidad de Cartagena protocolo de manejo de residuos peligrosos

**Botiquin:** El mantener uno en cada laboratorio es obligatorio y este suplira las necesidades del centro de trabajo. Está claro que un laboratorio aislado necesitará estar equipado con un botiquín de primeros auxilios más completo.



**Campanas de extraccion:** Tienen un vidrio protector que te resguarda de salpicaduras y evita la salida de gases contaminantes.



#### Equipos de proteccion personal

**Proteccion de manos:** Se deben usar guantes adecuados y limpios cuando se manipulan sustancias corrosivas, irritantes, altamente tóxicas o altamente penetrantes que afecten la piel.



Gafas de proteccion: Las personas que ingresen al laboratorio se exponen a particulas, salpicaduras para evitar algun daño inrreversible que afecte nuestra integridad. Lo ideal es trabajar con este elemento.



**Proteccion respiratoria:** Cuando al momento de manipular compuestos volatiles altamente toxicos, es de suma importancia, el uso de equipos de proteccion de las vias respiratorias, ademas si se presenta alguna calamidad en el laboratorio con respecto a una fuga su uso es indispensable.



# 8. CARACTERIZACIÓN DE REACTIVOS PELIGROSOS EMPLEADOS EN EL LABORATORIO

En Colombia, la clasificación del nivel de peligrosidad según el SGA (sistema global armonizado) se encuentra regulada por el Decreto 1076 de 2015, el cual establece que todos los productos químicos deben ser clasificados según el SGA. Los productos químicos se clasifican en diferentes categorías de peligrosidad, que se basan en sus propiedades físicas, químicas y toxicológicas. En las categorías se incluyen afectaciones para la salud, peligros físicos y peligros para el medio ambiente. Cada categoría esta subdividida en diferentes clases y subclases, que indican el nivel de peligrosidad específico del producto químico.

Tabla 3. Nivel de peligrosidad

Nivel de peligro SGA

Categoría 1: Extremadamente peligroso

Categoría 2: Altamente peligroso

Categoría 3: Moderadamente peligroso

Categoría 4: Ligeramente peligroso

Fuente: Autores

#### Ilustración 2. Clasificación SGA NIVEL DE CLASIFICACIÓN SGA PELIGROS AL **PELIGROS FÍSICOS** PELIGROS A LA SALUD **MEDIO AMBIENTE** Peligros al medio ambiente Explosivos Toxicidad aguda · Gases inflamables · Corrosión/irritación cutánea acuático: · Agudo Aerosoles inflamables Lesiones/irritación oculares · Gases comburentes Sensibilización · Crónico · Gases a presión respiratoria/cutánea Peligros a la capa de ozono. · Líquidos inflamables · Mutagenicidad en células germinales · Sólidos inflamables · Sustancias y mezclas que Carcinogenicidad · Toxicidad para la reproducción reaccionan espontáneamente · Líquidos pirofóricos · Toxicidad sistémica específica · Sólidos pirofóricos de órganos blancos (exposición única) · Sustancias o mezclas que experimentan calentamiento · Toxicidad sistémica específica espontáneo. de blanco (exposiciones · Sustancias o mezclas que en repetidas) contacto con el aqua · Peligros por aspiración desprenden gases inflamables Líquidos oxidantes · Sólidos oxidantes · Peróxidos orgánicos · Sustancias o mezclas corrosivas para los metales

Fuente: Protocolo de manejo de residuos peligrosos UDC

# 8.1 Clasificación reactivos líquidos peligrosos

Tabla 4.Reactivos líquidos peligrosos

No	REACTIVO	PELIGROSIDAD	NIVEL DE PELIGROSIDA	TIPO DE SUSTANCIA
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	565111(6211
		Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 3 H331	
	1,2 Dicloretano	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	Hidrocarburo
1	99,9%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	clorado
		Carcinogenicidad	Categoría 1B H350	
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H335 H336	
		Líquido inflamable	Categoría 2 H225	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	
2	1,4 dioxano 99,5%	Carcinogenicidad	Categoría 2 H351	Éter
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H335	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Toxicidad aguda cutánea.	Categoría 4 H312	
3	1- Hexanol 98%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Alcohol
		Líquido inflamable	Categoría 3 H226	
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
4	Acetato de etilo 99%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Ester acetona
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
5	Acetona 99,8%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Cetona
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	

		Líquidos inflamables	Categoría 3 H226	
6	Ácido acético 99,5%	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 A H314	Ácidos
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
		Corrosivos para los metales	Categoría 1 H290	
	Ácido clorhídrico	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1B H314	
7	36,5- 38%	Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1 H318	Ácidos
		Toxicidad específica en determinados órganos	Categoría 3 H335	
		líquidos comburentes	Categoría 3 H272	
		Sustancias/mezclas corrosivas para los metales	Categoría 1 H290	
8	Ácido nítrico 65%	Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 3 H331	Ácidos
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 H314 A	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
	Acido orto fosfórico	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 B H314	
9	85%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Ácidos
4.0	Ácido sulfúrico 95-	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 A H314	
10	98%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Ácidos
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
11	Alcohol isopropílico 99,5%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Alcohol
		Toxicidad específica del órgano blanco	Categoría 3 H336	
		Corrosión cutánea	Categoría 1B H314	
12	Amoniaco 25 – 30%	Toxicidad especifica en determinados órganos exposición única	Categoría 3 H335	Base
		Toxicidad acuática aguda	Categoría 1 H400	

		Líquidos inflamables	Categoría 3 H226	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
13	Anhidrido acético 99%	Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 2 H330	Anhidrido acido
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 B H314	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 2 H300	
		Toxicidad aguda cutánea	Categoría 2 H310	
14	Arsenito de sodio	Toxicidad aguda por inhalación – Polvos y nieblas	Categoría 3 H331	Sal inorgánica
	solución	Carcinogenicidad	Categoría 1ª H350	
		Toxicidad acuática aguda	Categoría 1 H400	
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	
		Líquidos inflamables	Categoría 3 H226	
		Toxicidad por aspiración	Categoría 1 H304	
15	Benceno 99,8%	Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 3 H331	Hidrocarburo
		Toxicidad para la reproducción	Categoría 2 H361	
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 2 H411	
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
		Toxicidad por aspiración	Categoría 1 H304	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	Hidrocarburo
16	Ciclohexano 99,5%	Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	alifático cíclico
		Toxicidad acuática aguda	Categoría 1 H400	
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	

		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 3 H331	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	
17	Cloroformo	Carcinogenicidad	Categoría 2 H351	Hidrocarburo clorado
		Toxicidad para la reproducción	Categoría 2 H361d	
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	
		Toxicidad específica del órgano blanco – (exposición repetida)	Categoría 1 H372	
		Sustancias/mezclas corrosivas para los metales	Categoría 1 H290	
	Cloruro de sebacoilo	Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
18	acido	Toxicidad aguda cutánea	Categoría 2 H310	Ácidos
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 B H314	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	
19	Diclorometano	Carcinogenicidad	Categoría 2 H351	Hidrocarburo clorado
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
20	Etanol	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Alcoholes
21	Etanolamina 99%	Toxicidad aguda	Categoría 4 H302 332 312	Aminas
21	Etanolamina 99%	Corrosión cutáneas	Categoría 1B H314	Aiiiiias
		Líquidos inflamables	Categoría 1 H224	
22	Éter etílico 99,7%	Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	Éter
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	

		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 1 H330	
23	Hexamethylene	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 C H314	Isocianato.
23	disocyanate 98%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	isocianato.
		Sensibilización respiratoria	Categoría 1 H334	
		Sensibilización cutánea	Categoría 1 H317	
		Líquidos comburentes	Categoría 2 H272	
	Hidrogeno Peróxido	Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
24	30%	Toxicidad aguda por inhalación – Polvos y nieblas	Categoría 4 H332	Peróxido
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
		Líquidos inflamables	Categoría 3 H226	
25	Isopropoxido de titanio	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Alifático
	tituino	Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
	Metanol 99,8%	Toxicidad aguda oral	Categoría 3 H301	
26		Toxicidad aguda cutánea	Categoría 3 H311	Alcohol
		Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 3 H331	
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 1 H370	
		Líquidos inflamables	Categoría 3 H226	
		Toxicidad aguda (oral)	Categoría 4 H302	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
27	N_Butanol 99 5%	Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 1 H318	Alcohol
21	N-Butanol 99,5%	Toxicidad específica (irritación de las vías respiratorias)	Categoría 3 H335	AICOHOI
		Toxicidad específica (efectos narcóticos, somnolencia)	Categoría 3 H336	

		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
		Toxicidad por aspiración	Categoría 1 H304	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
28	N-hexano 95%	Toxicidad para la reproducción	Categoría 2 H361f	Hidrocarburo
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	
		Toxicidad específica del órgano blanco – (exposición repetida)	Categoría 2 H373	
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 2 H411	
29	Parafina liquida	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Hidrocarburo alifático
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
		Toxicidad por aspiración	Categoría 1 H304	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
30	Taluana 00 20/	Toxicidad para la reproducción	Categoría 2 H361d	Hidrocarburo
30	Tolueno 99,8%	Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 3 H336	Hidrocarburo
		Toxicidad específica del órgano blanco – (exposición repetida)	Categoría 2 H373	
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 3 H412	

		Líquidos inflamables	Categoría 3 H226	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 3 H301	
		Toxicidad aguda cutánea	Categoría 3 H311	
		Toxicidad aguda por inhalación – Vapores	Categoría 3 H331	
	Formol o	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 B H314	
31	Formaldehído	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Aldehído
		Sensibilización cutánea	Categoría 1 H317	
		Mutagenicidad en células germinales	Categoría 2 H341	
		Carcinogenicidad	Categoría 1B H350	
		Toxicidad específica del órgano blanco – (única exposición)	Categoría 1 H370	

Fuente: Autores

# 8.2 Clasificación reactivos solidos peligrosos

Tabla 5. Reactivos solidos peligrosos

No	REACTIVO	PELIGROSIDAD	NIVEL DE PELIGROSIDA	TIPO DE SUSTANCIA
	Acido 3,5- dinitrosalicílico 98%	Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
1		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Acido
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
2	Acido Benzoico 99,5%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Acido
		Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 1 H372	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	
3	Ácido cítrico 99,5-102%	Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)	Categoría 3 H335	Acido

		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Toxicidad aguda cutánea	Categoría 4 H312	
4	Acido Oxálico	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Acido
		Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 2 H373	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Toxicidad aguda cutánea	Categoría 4 H312	
5	Ammonium Thiocynate 98%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Sal
		Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas	Categoría 4 H332	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
6	Amonio cloruro 99,5%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Sal
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
7	Amonio Oxalato Hidrato 99%	Toxicidad aguda cutánea	Categoría 4 H312	Sal
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
8	Amonio Oxalato	Toxicidad aguda cutánea	Categoría 4 H312	Sal
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	
		Toxicidad aguda, Oral	Categoría 4 H302	
		Toxicidad aguda, Inhalación	Categoría 4 H332	
9	Amonio tiocianato 99%	Toxicidad aguda, Cutáneo	Categoría 4 H312	Sal
		Lesiones oculares graves	Categoría 1 H318	
		Irritaciones cutáneas	Categoría 2 H315	
10	Antrona 97%	Irritación ocular	Categoría 2 H319	Compuesto
	Amerona 71 /0	Irritación vías respiratorias	Categoría 3 H335	orgánico

11	Calcio cloruro 2-hidrato 99- 105%	Irritación ocular	Categoría 2 H319	Sal
12	Cerio nitrato 99,5%	Sólidos comburentes  Corrosivos para los metales  Toxicidad aguda oral  Corrosión cutáneas  Toxicidad acuático, crónica	Categoría 2 H272 Categoría 1 H290 Categoría 4 H302 Categoría 1B H314 Categoría 1 H410	Sal
13	Cloruro de Mercurio 99,5%	Toxicidad aguda oral  Corrosión o irritación cutáneas  Lesiones o irritación ocular graves  Mutagenicidad en células germinales  Toxicidad para la reproducción  Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)  Toxicidad acuática aguda  Toxicidad acuática crónica	Categoría 2 H300 Categoría 1 B H314 Categoría 1 H318 Categoría 2 H341 Categoría 2 H361f Categoría 1 H372 Categoría 1 H400 Categoría 1 H410	Sal
14	Cobalto II cloruro 6 hidrato 98%	Toxicidad aguda oral  Toxicidad aguda por inhalación  Sensibilización respiratoria  Sensibilización cutánea  Carcinogenicidad  Toxicidad para la reproducción  Toxicidad acuática crónica  Mutagenicidad en células germinales	Categoría 4 H302 Categoría 4 H332 Categoría 1 H334 Categoría 1 H317 Categoría 2 H341 Categoría 1B H360F Categoría 1 H410 Categoría 1B H350i	Sal

		Carcinogenicidad	Categoría 1B H350	
	Cromato de plomo	Toxicidad para la reproducción	Categoría 1A H360Df	
15		Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	Sal
		Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 2 H373	
16	EDTA (ácido etilendiamina tetracetico disódico deshidrato)99%	Lesiones oculares graves	Categoría 1 H318	Compuesto orgánico
		Toxicidad aguda oral	Categoría 3 H301	
		Toxicidad aguda cutánea	Categoría 3 H311	
		Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 3 H331	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 B H314	Compuesto
17	Fenol 99%	Mutagenicidad en células germinales	Categoría 2 H341	orgánico
		Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 2 H373	
		L'avidas inflamables	Cotogoría 2 U225	
		Líquidos inflamables	Categoría 2 H225	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Toxicidad aguda cutánea	Categoría 4 H312	
		Toxicidad aguda por vapores	Categoría 4 H332	
18	Fenolftaleína 99%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Indicador pH
		Carcinogenicidad	Categoría 2 H341	
		Mutagenicidad en células germinales	Categoría 1B H350	
		Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)	Categoría 2 H371	
	Hexametileno tetramina 99-	Sólidos inflamables	Categoría 2 H228	Compuesto
19	100,5%	Sensibilización cutánea	Categoría 1 H317	orgánico

		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
20	Hexametilenodiamina (1,6 diaminohexano)	Toxicidad aguda cutánea	Categoría 4 H312	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 B H314	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Compuesto orgánico
		Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)	Categoría 3 H335	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
21	Hidroquinona 99%	Sensibilización cutánea	Categoría 1 H317	Compuesto orgánico
		Carcinogenicidad	Categoría 2 H351	organico
		Mutagenicidad en células germinales	Categoría 2 H341	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
	Hidróxido de potasio 85%	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 A H314	Daniman (nia
22		Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Base inorgánica
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
23	Hidróxido de sodio 98%	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 A H314	Base inorgánica
	maroardo de sodio 7070	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
		Toxicidad aguda (oral)	Categoría 4 H302	
24	Hierro (ll) cloruro tetrahidrato	Irritación o corrosión cutáneas	Categoría 2 H315	Sal inorgánica
		Lesiones oculares graves	Categoría 1 H318	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
	Hierro III cloruro hexahidrato	Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
25	97%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	Sal inorgánica

		Sólidos inflamables	Categoría 1 H228	
26	Magnesio 99%	Calentamiento espontáneo	Categoría 2 H252	Metal
20		En contacto con el agua, desprenden gases inflamables	Categoría 2 H261	1716cm
		Sólidos inflamables	Categoría 2 H228	
25		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	hidrocarburo
27	Naftaleno 98%	Carcinogenicidad	Categoría 2 H351	aromático
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	
28	Negro de Eriocromo	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	Indicador pH
29	Oxido de zinc 99-100,5%	Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	Oxido inorgánico
30	Plata nitrato	Sólidos comburentes  Corrosivas para los metales  Corrosión o irritación cutáneas  Lesiones o irritación ocular graves  Toxicidad acuática crónica	Categoría 2 H272 Categoría 1 H290 Categoría 1 B H314 Categoría 1 H318 Categoría 1 H410	Sal inorgánica
31	Plomo ll acetato 3 hidrato 99%	Lesiones o irritación ocular graves  Carcinogenicidad  Toxicidad para la reproducción  Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)  Toxicidad acuática aguda  Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H318  Categoría 1B H350  Categoría 1A H360  Categoría 2 H373  Categoría 1 H400  Categoría 1 H410	Sal inorgánica

		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
	Plomo ll carbono	Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 4 H332	
		Carcinogenicidad	Categoría 2 H351	
32		Toxicidad para la reproducción	Categoría 1A H360	Compuesto inorgánico
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	morganico
		Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 1 H372	
		Toxicidad acuática aguda	Categoría 1 H400	
33	Potasio cloruro 99,5 %	Toxicidad acuática crónica	Categoría 2 H411	Sal inorgánica
		TOXICIDAD ACUATICA CIOINCA	Categoria 2 11411	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 H315	
	Potasio cromato 99- 102%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 H319	
		Sensibilización cutánea	Categoría 1 H317	
34		Mutagenicidad en células germinales	Categoría 1B H340	Sal inorgánica
		Carcinogenicidad	Categoría 1B H350i	
		Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)	Categoría 3 H335	
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	
		Sólidos comburentes	Categoría 2 H272	
		Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	
		Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 1 C H314	
25	D	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 1 H318	
35	Potasio permanganato 99%	Toxicidad para la reproducción	Categoría 2 H361d	Sal inorgánica
		Toxicidad acuática crónica	Categoría 1 H410	
		Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 2 H373	

36	Sodio carbonato anhidro 99,9%	Lesiones o irritación ocular graves	Categoría 2 (H319	Sal inorgánica
37	Sodio di sulfito (bisulfito de sodio) 97%	Toxicidad aguda oral	Categoría 4 H302	Compuesto inorgánico
38	Sodium bismuth oxide 80%	Toxicidad aguda oral  Corrosión o irritación cutáneas  Lesiones o irritación ocular graves  Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)	Categoría 4 H302 Categoría 2 H315 Categoría 2 H319 Categoría 3 H335	Oxido inorgánico
39	Titanio (IV) oxido	Carcinogenicidad	Categoría 2 H351	Compuesto inorgánico
40	Zinc acetato 2 hidrato 99,5 - 101%	Toxicidad aguda oral  Lesiones o irritación ocular graves  Toxicidad acuática crónica	Categoría 4 H302 Categoría 1 H318 Categoría 2 H411	Sal inorgánica
41	Zinc cloruro 97%	Toxicidad aguda oral  Corrosión o irritación cutáneas  Lesiones o irritación ocular graves  Toxicidad específica del órgano blanco - (única exposición)  Toxicidad acuática crónica	Categoría 4 H302 Categoría 1 B H314 Categoría 1 H318 Categoría 3 H335 Categoría 1 H410	Sal inorgánica

Fuente: Autores

# 9. REACCIONES QUÍMICAS PELIGROSAS

Controlar las reacciones químicas es un arduo trabajo por los múltiples parámetros que involucran los reactivos, por lo cual es necesario tener un conocimiento previo de las reacciones, compuestos y los reactivos más comunes empleados en el laboratorio, gracias a las condiciones fisicoquímicas y el conocimiento del nivel de radioactividad de los grupos químicos se puede lograr segregar los elementos y compuestos que represente un mayor riesgo de instabilidad y reacción

#### 9.1 Grupos químicos inestable

#### Tabla 6.Sustancias inestables

Diazirina.	Compuestos acetilénicos.	Compuestos nitrosados.
Compuestos N-nitrosado.	Ácidos orgánicos peroxidados, Hidroperóxidos,	Compuestos nitrados.
Compuestos N-nitrado.	Perácidos, persales, perésteres.	Compuestos polinitrados.
Halógenoaminas.	Nitritos de alquilo o acilo.	Sales de perclorilo.
Nitraminas.	Fulminatos.	Halogenito, halogenato, perhalogenato, hipoalogenito
Alquilmetales.	Nitruros.	Ácido inorgánico peroxidado.
Hidruros de alquilmetal.	Azoduros, compuestos azido.	Sales, sales de ácidos orgánicos peroxidados, peróxidos metálicos.

Halógenoalquilmetales.	Compuestos azo.	1,2 – Epóxidos.
Hidruros metálicos.	Compuestos diazo.	Peróxidos de diacilo.
Borano, arsina, fosfina, silano.	Sales de diazonio.	Peróxidos de dialquilo.

Fuentes: Reacciones químicas UPV

# 9.2 Sustancias que reaccionan con agua

Es importante priorizar las sustancias que puedan reaccionar de manera altamente violentas con el agua, ya sea por altas temperaturas o por la liberación de gases o vapores inflamables o tóxicos, por tal motivo estos implican un manejo, almacenamiento y disposición diferente.

Tabla 7. Reacciones con el agua

Halogenuros inorgánicos anhídridos	Ácidos fuertes anhidros
(excepto alcalinos)	
	Hidróxidos alcalinos
Hidruros	
	Amiduros
Carburos	
Á., , , ,	Imiduros
Óxidos alcalinos	No. de la contra la contra de la contra dela contra de la contra dela contra de la contra de la contra dela contra de la contra del la con
Foofings	Metales alcalinos
FOSIUFOS	Elúon
Halaganumas da áaida	riuor
Halogenuros de acido	Parávidas inargánicas
Siliciuros	1 Cludiuus murgameus
Different of	Halogenuros de acilo
Fosfuros  Halogenuros de ácido  Siliciuros	Flúor Peróxidos inorgánicos Halogenuros de acilo

Fuentes: Reacciones químicas UPV

# 9.3 Sustancias que reaccionan con el aire

Una vez en contacto con el oxígeno del aire, desarrolla o puede desarrollar una inflamación espontánea con el tiempo.

Tabla 8. Reacciones con el aire

Alquilmetales y metaloides	Hidruros
Arcinas	Metales finamente divididos
Fosfinas	Boranos
Fosfuros	Fósforo blanco
Nitruros	Siliciuro
Xilenos	Metales carbonilados

Fuentes: Reacciones químicas UPV

# 9.4 Incompatibilidades químicas

Tabla 9.Incompatibilidades químicas

Oxidantes con:	Aluminio nitruros, materias inflamables carburos, sulfuros,
	hidruros, alquilmetales, magnesio y circonio en polvo.
Reductores con:	Flúor, halogenatos, nitratos, óxidos, peróxidos.
Ácidos fuertes con:	Bases fuertes.
Ácido sulfúrico con:	Cloratos, celulosa, ácido perclórico, permanganato potásico,
	Azucares, sulfocianuros.

Fuentes: Manuel de seguridad en laboratorio Unileon

Tabla 10.Inconpatibilidades

Sustancia química	Incompatibilidad
Acetileno	Bromo, cloro, cobre, plata, flúor y mercurio.
Acetona	Mezclas con ácido sulfúrico y ácido nítrico concentrado .
Ácido acético	Ácido nítrico, perclórico, etilenglicol, ácido, acido crómico peróxidos compuestos hidroxilo y permanganatos.
Ácido cianhídrico	Álcalis y ácido nítrico.

Á -: 1 / :	Al
Ácido crómico y	Alcanfor, glicerina, ácido acético, naftaleno alcoholes y
cromo	líquidos inflamables en general.
Ácido fluorhídrico	Anhidro, amoniaco.
anhídrido	A -: 1 / :
Ácido nítrico	Acido crómico, cobre, anilina, ácido hidro ciánico, sulfuro de
concentrado	hidrógeno, ácido acético, latón y algunos metales pesados,
Ácido oxálico	líquidos y gases inflamables.
	Mercurio y plata.
Ácido perclórico	Bismuto y sus aleaciones, alcohol, anhídrido acético, madera
Á -: 1164:	papel, grasas y aceites.
Ácido sulfúrico	Perclorato potásico, clorato potásico, (compuestos similares
Amonéo oo onbidaa	de metales ligeros, como sodio y litio, permanganato potásico
Amoníaco anhidro	Cloro, hipoclorito cálcico, ácido fluorhídrico yodo, bromo,
A :1:	anhidro. mercurio (por ejemplo, en manómetros),
Anilina	peróxido de hidrógeno, ácido nítrico.
Azidas	Ácidos.
Bromo	Véase cloro.
Carbón activado	Todos los agentes oxidantes e hipoclorito cálcico
Cianuros	Ácidos.
Clorato potásico	Ácido sulfúrico
Cloratos	Ácidos, azufre, sales de amonio, materiales combustibles u
	orgánicos finamente divididos, metales en polvo.
Cloro	Hidrógeno, amoníaco, acetileno, butano, metano, propano, y
	otros gases del petróleo, carburo sódico, butadieno benceno,
G 1	metales finamente divididos y aguarrás.
Cobre	Peróxido de hidrógeno y acetileno.
Dióxido de cloro	Sulfuro de hidrógeno, metano, amoníaco, fósforo.
Fósforo (blanco)	Oxígeno, álcalis, aire y agentes reductores.
Flúor	Todas las otras substancias químicas.
Hidrocarburos	peróxido sódico, flúor, bromo, cloro, ácido crómico.
Hidroperóxido de	Ácidos inorgánicos y orgánicos.
cumeno	
Hipocloritos	Carbón activado, ácidos.
Líquidos	Halógenos, nitrato amónico, peróxido de hidrógeno,
inflamables	peróxido sódico, ácido nítrico, ácido crómico.
Materiales de	Algunos agentes reductores.
arsénico	
Mercurio	Amoniaco, ácido fulmínico, acetileno
Metales alcalinos y	Tetracloruro de carbono, dióxido de carbono, halógenos,
alcalinotérreos	agua, hidrocarburos clorados.
Nitrato amónico	Polvo de metales, compuestos de cloro, líquidos inflamables,
	azufre, nitritos, materiales orgánicos combustibles finamente
370.	divididos, ácidos.
Nitratos	Nitrato amónico, ácido sulfúrico y otras sales de amonio.
Nitrito sódico	Ácidos.

Nitritos	Aminas y bases orgánicas.
Nitro parafinas	Agua.
Óxido cálcico	Grasas e hidrógeno líquidos, aceites, gases inflamables o
	sólidos.
Oxígeno	Ácido sulfúrico y otros ácidos, también cloratos.
Perclorato potásico	ácido sulfúrico, glicerina, benzaldehído, etilenglicol,
Permanganato	Cromo, cobre, hierro, la mayoría de los metales o sus sales,
potásico	acetona, alcoholes, anilina, materiales orgánicos, materiales
	combustibles y nitro metano.
Peróxido de	, ácido acético glacial, alcohol etílico y metílico anhídrido
hidrógeno	acético, disulfuro de carbono, benzaldehído, etilenglicol,
	glicerina, acetato de etilo y de metilo.
Peróxido sódico	Ácidos inorgánicos y orgánicos.
Peróxidos orgánicos	ácido oxálico, compuestos amónicos, ácido tartárico ácido
	fulmínico acetileno.
Plata	Agua, dióxido de carbono y tetracloruro de carbono,
Potasio	Agentes reductores.
Seleniuros	Agua, dióxido de carbono tetracloruro de carbono,
Sodio	Gases oxidantes, ácido nítrico.
Sulfuro de	Ácidos.
hidrógeno	
Sulfurosos	Agentes reductores.
Telurios	Sodio.
Tetracloruro de	Acetileno, amoníaco (acuoso o anhidro), hidrógeno.
carbono	

Fuentes: Manuel de seguridad en laboratorio Unileon

# 10. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Se le denomina residuo peligroso o mezcla peligrosa si esta sustancia afecta la integridad de un ser humano o al medio ambiente.

En los laboratorios de investigación se trabaja con muchas sustancias peligrosas, por lo tanto, después de utilizarlo se vuelven un residuo, para esto se debe tener estos criterios para mantener el laboratorio en un estado de seguridad, por ejemplo, las características físico-químicas de la sustancia, peligrosidad, compatibilidad química, cantidad de residuo generado, medidas de almacenamiento y transporte, tratamiento final.

Tabla 11. Clasificación de residuos peligrosos

Residuos	Especificaciones
Disolventes halógenos	Son líquidos orgánicos, muy tóxicos, irritantes y en algunos casos cancerígenos, que contienen más del 2% de ciertos halógenos.
Disolventes no halogenados	Estas son líquidos orgánicos, tóxicos e irritantes con una concentración menor de 2% de algún halógeno. Ejemplo: alcoholes, éter, tolueno
Disoluciones Acuosas	Son mezclas homogéneas formada por un soluto y un solvente.
Ácidos	Mezcla de compuestos de diferentes grupos, ninguno de los cuales es predominante o particularmente tóxico y/o peligroso, y tiene un pH ácido o muy ácido (entre 0 y 4).
Aceites	Este grupo pertenece a los aceites minerales obtenidos de operaciones de un equipo como su motor, o la trasmisión mecánica, y de la bomba de vacío.
Acrilamida	La acrilamida es una sustancia química empleada principalmente en la producción de compuestos llamados como copolímeros de poliacrilamida-acrilamida. Los copolímeros de poliacrilamida y acrilamida se emplean en mucho en las industrias, como la obtención de papel, tintes y plásticos, y el tratamiento de agua potable y aguas residuales, incluidas las aguas residuales.
Aerosol	Gases contenidos a presión en un recipiente. Ejemplo: gases refrigerantes, exentos halones, extintores.
Baterías de plomo	En caso de fugas del líquido que contienen, acondicionarlos en bidones homologados, si el tamaño no lo permite, guardarlas en una caja de cartón bien cerradas y etiquetadas.

Bases	Se define como cualquier sustancia que dona iones OH- en una disolución acuosa, tiene un pH mayor a 7
Compuestos mercurizados	Sales y soluciones de mercurio, ejemplo los termómetros.
Plaguicidas	Pesticidas, herbicidas y biocidas en general (organohalogenados, organofosforados, etc.).
Sales y soluciones de cromo	Mezcla crómica y compuesta por cromo.
Sales y soluciones inorgánicas	Sales de sulfatos, nitratos, metales pesados
Sales y soluciones Cianuradas	Sustancias que contienen cianuros y derivados
Envases vacíos de vidrio	Envases vacíos de vidrio, plástico o metal y vidrio roto de laboratorio.
Tierras contaminadas	Tierras afectadas por hongos y metales

Bromuro de etidio	Bromuro de etidio solido o liquido (geles,guantes,papel, puntas, contaminadas)
Residuos biosanitarios	Comúnmente contaminados con sustancias biológicas al haber estado en contacto con usuarios o líquidos biológicos. Ejemplo: placas, Petri, materiales cortantes.
Soluciones de revelado	Revelador y fijador de fotografías, líquidos de radiología.
Materiales contaminados con productos químicos	Materiales solidos contaminados con sustancias químicas, guantes, puntas, papeles etc. No juntar los materiales que tuvieron contacto con el bromuro de etidio.
Medicamentos vencidos	Medicamentos caducados y sus envases.

Fuente: Protocolo de manejo de residuos peligrosos UDC

#### 11. ALMACENAMINETO

#### 11.1 Envasado

El envasado de residuos químicos peligrosos es una tarea crucial que debe realizarse siguiendo unas medidas de seguridad específicas para evitar cualquier tipo de accidente o incidente. De acuerdo con la legislación vigente, al momento de almacenar los residuos peligrosos, se debe evitar la producción de calor, explosiones, igniciones y la formación de sustancias nocivas, Al obtener un residuo después de haber realizado una actividad en el laboratorio, se tiene la obligación de separar de manera adecuada, sin mezclarlo o diluirlo con otras sustancias, algunas recomendaciones para este envasado son:

- Los envases deben estar cerrados herméticamente para evitar cualquier pérdida de contenido y dicho envase no debe ser susceptible al contenido, ni ocasionar combinaciones peligrosas.
- Los envases utilizados deben ser resistentes a los productos químicos en cuestión y
  deben cumplir con ciertas características específicas que los hagan adecuados para su
  uso con residuos peligrosos se deben mantener en óptimas condiciones, sin defectos
  en su estructura y sin fugas.
- Se deben evaluar las incompatibilidades con los recipientes, y las de las sustancias entre sí.
- Es importante destacar que existen ciertas obligaciones en cuanto al envasado, almacenamiento y etiquetado de los residuos peligrosos que deben ser cumplidas para garantizar la seguridad en todo momento

Es fundamental que el etiquetado de los envases sea claro y preciso para evitar confusiones y garantizar que los residuos sean tratados adecuadamente

## 11.2 Etiquetado de sustancias peligrosas

Todos los envases de residuos peligrosos se deben etiquetar debidamente (declaración de contenido) también se deben identificar para declarar el producto. La identificación debe incluir los datos del centro de producción, el número específico de la unidad o laboratorio, el nombre del responsable del residuo y las fechas de inicio y término del llenado del contenedor.

### 11.3 Almacenamineto general de residuos peligrosos

- Tener un area especifica y señalizada de almacenamiento
- Verificar que los envases sean adecuados para cada tipo de residuos
- Indicar el contenido de los envases
- Verificar que los envases esten cerrados de manera correcta
- En caso de algun derrame, informar al personal encargado
- Al transvasar los residuos es recomendable realizar esta actividad e una campana de extracción
- Retirar periodicamente para evitar que se acumulen grandes cantidades

#### 11.4 Recomendaciones de almacenaminto según el tipo de peligrosidad

## **Explosivos**

Almacene por separado de sustancias de diferentes propiedades.

Evite todas las fuentes de calor o ignición.

Mantenga el suelo, el techo y el entorno circundante limpios, secos, ventilados y frescos.

Los sitios de almacenamiento deben permanecer cerrados y solo el personal puede acceder

Comprobar periódicamente la conservación de la materia.

No abra cajas de explosivos con herramientas de metal. Utilice una cuña de madera y un mazo de goma.

No almacene explosivos en exceso del 70% de la capacidad de la instalación.

#### Gases comprimidos, inflamables, no inflamables y tóxicos

Almacene en el estante.

Las botellas llenas y vacías deben separarse con las marcas adecuadas.

Enlaces verticales de almacenamiento a la pared o soportes que evitan que vuelque.

Los cilindros de gas deben mantenerse alejados de las instalaciones eléctricas.

#### Líquidos inflamables

Se pueden almacenar con sólidos inflamables, pero no cerca de ácidos. El lugar de almacenamiento debe ser fresco, bien ventilado, adecuado para la limpieza de posibles derrames y contar con equipo contra incendios en buen estado.

No almacenar en frigoríficos convencionales.

Los extintores portátiles deben ser de polvo seco o espuma de dióxido de carbono.

Almacenar en cantidades mínimas.

Clasificados por grado de combustión.

Se debe proporcionar el EPP adecuado para su manipulación.

No lavar con agua si ha ocurrido un derrame.

#### Sólidos inflamables

Debe estar alejado del las demas sustancias peligrosas minimo 2,4 m.

En caso de incendios no usar agua para controlar las llamas.

### Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos

No use envases de compuestos que formarán peróxido después de 30 días de abiertos. Los envases sin abrir tendrán una fecha de caducidad de 12 meses.

Adquiere una pequeña cantidad de éter en poco tiempo.

Incluya la compra y las fechas de caducidad en el contenedor.

Mantener alejado de fuentes de calor, de luz o de ignición.

Almacenar en un lugar fresco, seco y ventilado, evitar la luz solar directa, hermético.

Almacenar en un recipiente de vidrio ámbar.

Los reactivos químicos deben estar separados de materia orgánica, solventes inflamables, corrosivos y sustancias tóxicas.

Protección contra todas las formas de influencia cuando se trabaja con sustancias oxidantes.

No mezclar con otros productos químicos durante la recogida de residuos.

No almacene con líquidos inflamables o combustibles.

Para el almacenamiento normal, mantenga una distancia aproximada de 2,4 m de otros productos.

#### Sustancias tóxicas e infecciosas

Almacenar en recipientes no derramables.

Utilice siempre EPP.

Lávese las manos con frecuencia.

Para el almacenamiento conjunto, la distancia entre ellos es de 2,4 m y la distancia a cualquier otro producto es de 1,2 m.

Si la sustancia tóxica también es inflamable, las condiciones de almacenamiento estarán sujetas a las indicadas para líquidos y/o sólidos inflamables.

#### Sustancias radiactivas

Almacenamiento exclusivo.

Los cinturones de seguridad señalizados garantizan que la exposición no supere el doble de la radiación de fondo.

Mantenga un registro de dónde se encuentra el equipo y quién es responsable de él.

Tenga un plan de contingencia en su lugar.

Instruir al personal sobre las precauciones y medidas a tomar si se presenta cualquier accidente.

#### Sustancias corrosivas

No almacene con materiales orgánicos inflamables.

Colóquelo cerca del suelo para reducir el riesgo de que se caiga del estante.

Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación fuera de la luz solar directa.

Use EPP apropiado, como delantales, guantes de goma y anteojos.

Cuando se almacenen junto con cualquier sustancia peligrosa, deben estar separados por 2,4 m. En lugar de los peligrosos 1,2 m.

Si la sustancia corrosiva también es inflamable, las condiciones de almacenamiento vendrán determinadas por el sólido o líquido inflamable.

#### Solidos varios

Los productos químicos orgánicos e inorgánicos en estado sólido se clasifican en esta clase. No pertenecen al grupo de reactivos caducados. Se recomienda poner estos últimos en un recipiente aparte según su naturaleza:

### a) Sólidos orgánicos:

Es recomendable reducir su cantidad en la fuente, reciclar y tratarlos en el propio laboratorio se pueden adoptar prácticas sostenibles para reducir la generación de residuos orgánicos, como utilizar equipos y materiales duraderos y reutilizables, es importante separarlos, etiquetarlos y almacenarlos en recipientes adecuados.

#### b) Sólidos inorgánicos:

El material de vidrio desechable (pipetas, probetas, vasos de precipitados y demás material general de laboratorio) contaminado por productos químicos presenta un riesgo inherente al producto químico en el que está impregnado, además del riesgo de corte o pinchazo. Este vidrio no debe almacenarse en contenedores de vidrio convencionales, ya que no debe pasar por el proceso de compactación habitual, sino que debe almacenarse en contenedores específicos adecuados.

#### 12. DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Estos residuos se llevaran a un area limpia y cerrada que solamente es permitido acceder personal autorizado, se hara la respectiva llamada a la empresa encargada del recibimiento de los tipos de sustancias y dandole las descripciones de lo que se le entregara, ademas de la cantidad. Y por ultimo, luego de la entrega de las sustancias, limpiar nuevamente el area para poder seguir almacenando de manera correcta y adecuada.

## 13. BIBLIOGRAFÍAS

- Santos Calderón, J. M & Murillo Gilberto, L. (2017) Minanbiente SGASistema globalmente armonizado. Com.Co. Retrieved June 13, 2023, from https://www.andi.com.co/Uploads/Guia\_de\_clasificacion\_de\_peligros\_segu n\_SGA\_2017.pdf
- 2. del Reglamento CEE/, N. L. P. G. se E. S. las I., De clasificación, Q. D. las N. R. en M., & de consumo., E. y. E. de L. P. Q. P. en el E. L. y. (n.d.). GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOSGUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOBRE UTILIZACIÓN Y ALMACENAJE DESOBRE UTILIZACIÓN Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOSPRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. Educarex.Es. Retrieved June 13, 2023, from https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/10\_Informaci%C3%B3n/03\_Guias/Productos\_peligrosos.pdf
- 3. Rodríguez Bohorquez, G. R. R. (2007). Editorial. Revista Científica, (10), 3–4. https://doi.org/10.14483/23448350.289
- 4. Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE)ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj
- 5. del Reglamento CEE/, N. L. P. G. se E. S. las I., De clasificación, Q. D. las N. R. en M., & de consumo., E. y. E. de L. P. Q. P. en el E. L. y. (n.d.). GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOSGUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOBRE UTILIZACIÓN Y ALMACENAJE DESOBRE UTILIZACIÓN Y ALMACENAJE DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOSPRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS. Educarex.Es. Retrieved June 13, 2023, from https://www.educarex.es/pub/cont/com/0055/documentos/10\_Informaci%C3%B3n/03 Guias/Productos peligrosos.pdf

- 6. de la U. Le., D. de Á. de U. de P. R. L., Hrs, S., & Social, R. (n.d.). ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Unileon.Es. Retrieved June 14, 2023, from https://www.unileon.es/files/2022-07/Manual de seguridad GLP.pdf
- 7. Universidad de Cartagena. (2019). Protocolo de manejo de residuos peligrosos. Facultad de Ingeniería
- 8. Reacciones que micas peligrosas. (n.d.). Upv.es. Retrieved June 13, 2023, from https://www.sprl.upv.es/iop\_sq\_13.htm

# 14 ANEXOS

		FORMATO DE REGISTRO PARA INGRESO DE NUEVOS REACTIVOS										
	CAMPU	U <b>S:</b>					AREA:					
				RI	EACTIVOS							
NOMBRE DEL REACTIVO	EST	ADO FÍ	SICO	CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DE ACUERDO AL SGA	MARCA	FECHA DE INGRESO	FECHA DE VENCIMINTO	CANTIDAD	OBSERVACIONES			
NOMBRE DEL REACTIVO	SÓL	LÍQ	GAS									
OBSERVACIONES:												

~~~	CAMPU	S:					AREA:		
				REA	CTIVOS				
NOMBRE DEL REACTIVO	SOL SOL	ADO FÍS LIQ	GAS	CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DE ACUERDO AL SGA	MARCA	FECHA DE SALIDAD	CAUSA DE SALIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
DBSERVACIONES:	,		-						

(11)	FORMATO PARA EL REGISTRO DE RESPEL									
	CAI	MPUS:			AREA:					
							RESPEL			
	ESTADO FÍSICO				PRESENTACIÓN DEL RESPEL					
NOMBRE DEL RESIDUO	SÓL	LÍQ	GAS	CLASIFICACIÓN DE PELIGROSIDAD DE ACUERDO AL SGA	GRUPO	FECHA DE GENERACIÓN DEL RESIDUO	TIEMPO DE ALMACENAMI ENTO ESTIMADO	OBSERVACIONES	CANTIDAD	
									1	
									1	
OBSERVACIONES:										