

1	2	3	4	5	6
5	Массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество, %	ГОСТ 26226-95, п. 1	-	6,7	$\pm 0,3^*$
6	Массовая доля фосфора в пересчете на абсолютно сухое вещество, %	ГОСТ 26657-97, п. 4	от 0,4 до 1,6	0,53	$\pm 0,09^*$
7	Массовая доля кальция в сухом веществе, %	ГОСТ 26570-95, п. 2	от 0,5 до 2,5	0,69	$\pm 0,09^*$

Применяемое оборудование

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/ калибровки/ аттестации	Дата поверки/ калибровки/ аттестации следующая
1	2	3	4
1	Сито лабораторное 1,0 мм	19.06.2023	18.06.2025
2	Весы лабораторные OHAUS RV-313	13.06.2024	12.06.2025
3	Весы неавтоматического действия HR-250AZG	13.06.2024	12.06.2025
4	Сухожаровой и подогреваемый шкаф с принудительной конвекцией RF053-230V	14.03.2023	13.03.2025
5	Аналитическая система «Контифло». Аналитический модуль OL-822	26.07.2024	25.07.2026
6	Весы лабораторные ВК-600	11.09.2024	10.09.2025
7	Электродпечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ10/10-В	14.03.2023	13.03.2025
8	Таймер лабораторный ТЛ-301	13.02.2025	12.02.2026

Информация об образце внесена в соответствии с заявкой на проведение испытаний.

Испытательный центр не несет ответственность за информацию, предоставленную Заказчиком (п. 1-5 п.п. 5.1-5.2).

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям документов, устанавливающих правила и методы исследований (испытаний), измерений.

Дополнения, отклонения и исключения из методов отсутствуют.

Полученные результаты испытаний относятся к образцу, предоставленному заказчиком.

Фамилии и инициалы исполнителей указаны в рабочих журналах испытательного центра.

Протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательного центра

Протокол оформил М.В. Смирнова М.В. Смирнова

Окончание Протокола испытаний № 53к от 13 марта 2025 г.