BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

LAMPIRAN CATATAN PENGUJIAN
CEMARAN MIKROBA KUALITATIF SEDIAAN FARMASI

☐ *Staphylococcus aures* ☐ *Candida albicans* ☐ *Salmonella sp*
☐ *Pseudomonas aeruginosa* ☐ *Shigella sp* ☐ *E.coli*
☐ *Lainnya: .....*

Laboratorium Mikrobiologi Balai Besar/Balai/Loka*) POM di .....

Nama Sampel Uji : **Kode Sampel Uji :** **Tanggal Diterima :**
Penguji :
Tanggal Mulai Uji :

Hasil Uji Kesesuaian Metode :

Pelarut yang sesuai :
☐ MLB
☐ TSB
☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80
☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80 + 3 g/L Lesitin
☐ Lainnya: .....

Mikroba Baku
☐ *Staphylococcus aures* ATCC / WDCM .....
☐ *Pseudomonas aeruginosa* ATCC / WDCM .....
☐ *Candida albicans* ATCC / WDCM .....
☐ Lainnya: .....

Homogenisasi Awal

Penimbangan/Pemipetan Sampel : g atau mL *)
Pelarut : mL
☐ MLB
☐ TSB
☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80
☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80 + 3 g/L Lesitin
☐ Lainnya : .....

Tanggal	Tahapan Uji	Media	Inkubasi: Suhu (°C)	Inkubasi: Waktu (Jam)	Kesesuaian Metode: Sampel + *Spike*	Kontrol Positif: Media Tanpa sampel + *Spike*	Kontrol Media: Tanpa Sampel dan Tanpa Spike	Sampel Uji
					☐ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya:	☐ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya:	☐ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya:	☐ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya: .....
	Pra Pengayaan	sesuai pelarut yang digunakan saat homogenisasi awal	☐ 30-37 ☐ Lainnya:	☐ 2 - 5 ☐ Lainnya:				
	☐ Pengayaan ☐ Pengayaan Selektif ☐ Lainnya:	☐ 10 mL MLB ☐ 90 mL TSB ☐ 100 ml TSB ☐ 90 ml EEB ☐ 100 mL Lactose Broth ☐ Lainnya:	☐ 30 - 35 ☐ 35 - 37 ☐ Lainnya:	☐ 18 - 24 ☐ 24 - 48 ☐ Lainnya:		Keruh		
	☐ Seleksi ☐ Lainnya:	☐ 10 mL RVS ☐ 100 mL TBGB ☐ Lainnya:.....	☐ 30 - 35 ☐ Lainnya:	☐ 24 - 48 ☐ Lainnya:		Keruh		
	☐ Sub Kultur ☐ Isolasi ☐ Lainnya:	☐ BPA ☐ MSA ☐ CETA ☐ SDA ☐ XLD ☐ BGA ☐ MCA ☐ Lainnya:	☐ 30 - 35 ☐ Lainnya:	☐ 18 - 72 ☐ 18 - 24 ☐ Lainnya:		Positif		
	Konfirmasi	☐ Biokimia Kit ..... ☐ Biokimia Konvensional	☐ 35-37 ☐ Lainnya:	☐ 18-24 ☐ Lainnya:		Biokimia Kit / Konvensional *)	N/A	

Keterangan : ☐ : tandai salah satu sesuai pilihan, atau isi lainnya — HASIL
N/A : tidak dilakukan
*) : coret yang tidak perlu

Positif S. aureus :	BPA	Koloni cembung, warna hitam mengkilat dikelilingi zona bening	
	VJA	Koloni cembung, warna hitam mengkilat	
	MSA	Koloni cembung, warna kuning	
##########	CETA :	Koloni berwarna kuning kehijauan dengan fluoresensi di bawah lampu UV	
##########	SDA :	Koloni berwarna putih sampai krem, permukaan cembung dan licin	
##########	BGA	Koloni berukuran kecil, dari tidak berwarna, merah muda, hingga merah dan translusen hingga keruh (opaque) dengan lingkaran merah muda hingga merah	
	XLD	Koloni berwarna merah dengan atau tanpa bintik hitam di tengah	

Positif Shigella spp :	XLD	:	Koloni bulat warna putih-merah muda, media berubah menjadi merah
	MCA	:	Koloni bergerigi warna putih oranye, media berubah menjadi oranye
Positif E.coli :	MCA	:	Koloni berwarna merah muda hingga merah, dikelilingi zona presipitasi berwarna merah gelap

Hasil Uji :

Pustaka/Metode :
Syarat :

KESIMPULAN : *Memenuhi Syarat (MS) / Tidak Memenuhi Syarat (TMS) / Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) **)*

Tanda Tangan Penguji :
Diperiksa oleh :
(TTD, Nama)

Tanggal :
Tanggal :