LAMPIRAN CATATAN PENGUJIAN

CEMARAN MIKROBA KUALITATIF SEDIAAN FARMASI

☑ *Staphylococcus aures*	☐ *Candida albicans*	☐ *Salmonella sp*
☐ *Pseudomonas aeruginosa*	☐ *Shigella sp*	☑ *E.coli*
		☐ *Lainnya:* .....

Laboratorium Mikrobiologi Balai Besar POM di Bandar Lampung

Nama Sampel Uji : **Paracetamol Tablet 500mg**	**Kode Sampel Uji :** **SMP-2025-001**	**Tanggal Diterima**	**:** 08-05-2025
		Penguji	**:** **Mikrobiologi**
		Tanggal Mulai Uji	**:** 10-05-2

		0 2 5

Hasil Uji Kesesuaian Metode :

Pelarut yang sesuai :

☐ MLB

☑ TSB

☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80

☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80 + 3 g/L Lesitin

☐ Lainnya: ……

Mikroba Baku

☐ Staphylococcus aures ATCC / WDCM ……

☐ Pseudomonas aeruginosa ATCC / WDCM ……

☐ Candida albicans ATCC / WDCM ……

☐ Lainnya: ……

Homogenisasi Awal

Penimbangan/Pemipetan Sampel : **10.0** g atau mL *)

Pelarut : **90.0** mL

- ☐ MLB
- ☑ TSB
- ☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80
- ☐ TSB + 30 g/L polysorbate 80 + 3 g/L Lesitin
- ☐ Lainnya : ....

Tanggal	Tahapan Uji	Media	Inkubasi		**Kesesuaian Metode**	**Kontrol Positif**	**Kontrol Media**	**Sampel Uji**
			Suhu (°C)	Waktu (Jam)	Sampel + Spike	Media Tanpa sampel + Spike	Tanpa Sampel dan Tanpa Spike	
					☑ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya:	☑ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya:	☑ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya:	☑ 1 g atau mL ☐ 0,1 g atau mL ☐ Lainnya: .....
10-05-2025	Pra Pengayaan	sesuai pelarut yang digunakan saat	☐ 30-37 ☐ Lainnya:	☐ 2 - 5 ☐ Lainnya:	N/A	N/A	N/A	N/A

		homogenisasi awal	.....	....				
11-05-2025	☐ Pengayaan ☐ Pengayaan Selektif ☐ Lainnya :	☐ 10 mL MLB ☐ 90 mL TSB ☐ 100 ml TSB ☐ 90 ml EEB ☐ 100 mL Lactose Broth ☐ Lainnya:	☐ 30 - 35 ☐ 35 - 37 ☐ Lainnya:	☐ 18 - 24 ☐ 24 - 48 ☐ Lainnya:	Keruh	Keruh	Jernih	Jernih

12-05-2025	☐ Seleksi ☐ Lainnya:	☐ 10 mL RVS ☐ 100 mL TBGB ☐ Lainnya:….....	☐ 30 - 35 ☐ Lainnya:	☐ 24 - 48 ☐ Lainnya:	Keruh	Keruh	Jernih	Jernih
13-05-2025	☐ Sub Kultur ☐ Isolasi ☐ Lainnya:	☐ BPA ☐ MSA ☐ CETA ☐ SDA ☐ XLD ☐ BGA ☐ MCA ☐ Lainnya:	☐ 30 - 35 ☐ Lainnya:	☐ 18 - 72 ☐ 18 - 24 ☐ Lainnya:	Positif	Positif	Negatif	Negatif
14-05-2025	Konfirmasi	☐ Biokimia Kit …..... ..... ☐ Biokimia Konvensional	☐ 35-37 ☐ Lainnya:	☐ 18-24 ☐ Lainnya:	Positif	Kit Negatif	N/A	Negatif

Keterangan :	□ : tandai salah satu sesuai pilihan, atau isi lainnya N/A : tidak dilakukan *) : coret yang tidak perlu	HASIL				

Positif S. aureus :	BPA	Koloni cembung, warna hitam mengkilat dikelilingi zona bening	**Positif Shigella spp :**	XLD	Koloni bulat warna putih-merah muda, media berubah menjadi merah
	VJA	Koloni cembung, warna hitam mengkilat		MCA	Koloni bergerigi warna putih oranye, media berubah menjadi oranye
	MSA	Koloni cembung, warna kuning	**Positif E.coli :**	MCA	Koloni berwarna merah muda hingga merah,
Positif P.aeruginosa :	CETA :	Koloni berwarna kuning kehij			dikelilingi zona presipitasi berwarna merah gelap

Positif C. albicans :	SDA :	auan dengan fluoresensi dibawah lampu UV Koloni berwarna putih sampai krem, permukaan cembung dan licin
Positif Salmonella spp :	BGA	Koloni berukuran kecil, dari tidak berwarna, merah muda, hingga merah dan translusen hingga keruh (opaque) dengan

	XLD	lingkaran merah muda hingga merah Koloni berwarna merah dengan atau tanpa bintik hitam di tengah
Hasil Uji	**: Negatif / 10g**	
Pustaka/Metode	: FI VI	Syarat : **Negatif / 10g**
KESIMPULAN :	**Memenuhi Syarat (MS)** / Tidak Memenuhi Syarat (TMS) / Hasil Pengujian Seperti Tersebut (HPST) *)	
Tanda Tangan Penguji :		Diperiksa oleh :

[Tanda Tangan Digital Penguji] **Penguji Mikrobiologi** Tanggal : 15-05-2025	**[VERIFIED DIGITAL]** **Penyelia Mikrobiologi** Tanggal : 16-05-2025