LAMPIRAN CATATAN PENGUJIAN

UJI CEMARAN MIKROBA KUALITATIF SEDIAAN FARMASI

Formulir: MIK-04 | Laboratorium Mikrobiologi Balai Besar POM di Bandar Lampung

Nama Sampel	TKS Krim Anti Jamur	Kode Sampel	105/O-B/BDL/2026
Parameter Uji	Penghitungan mikroba	Tanggal Diterima	02/06/2026
Penguji	Penguji	Tanggal Mulai Uji	15/10/2026

Instrumen Alat & Reagen yang Digunakan	
Alat Laboratorium	[ALT-0238] Magnetic Stirrer Hot Plate (Heidolph), [ALT-0237] Ultrasonic Bath (ELMA/S900H)
Reagen / Media	1,4 Dioxane AR 1 L (A-1034) (Smart Lab.)

Target Cemaran Mikroba yang Diuji	
[X]	Staphylococcus aures
[ ]	Pseudomonas aeruginosa
[ ]	Candida albicans
[X]	Shigella sp
[ ]	Salmonella sp
[ ]	E.coli
[ ]	Lainnya
Mikroba Lainnya	-
Laboratorium Penguji	-

Hasil Uji Kesesuaian Metode	
Pelarut yang Sesuai	MLB
Pelarut Lainnya	-
[X]	Staphylococcus aures ATCC / WDCM
No. ATCC/WDCM S. aureus	-
[X]	Pseudomonas aeruginosa ATCC / WDCM
No. ATCC/WDCM P. aeruginosa	-
[X]	Candida albicans ATCC / WDCM
No. ATCC/WDCM C. albicans	-
Mikroba Baku Lainnya	-

Homogenisasi Awal	
Penimbangan/Pemipetan Sampel	10
Pelarut	90
Pilihan Pelarut Homogenisasi	TSB + 30 g/L polysorbate 80 + 3 g/L Lesitin
Pelarut Homogenisasi Lainnya	-

Matriks Tahapan Pengujian								
Tingkat Inokulum			1 g atau mL					
Tahapan Uji	Tanggal Uji	Media	Suhu (Â°C)	Waktu (Jam)	Sampel Media Spike	Media Spike (Kontrol Positif)	Media (Sterilitas)	Sampel Uji
Pra Pengayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengayaan / Pengayaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleksi	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Kultur / Isolasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Konfirmasi	-	-	-	-	-	-	-	-

Pedoman Kriteria Koloni Spesifik (Referensi Visual)	
Mikroba Target	Media & Kriteria Karakteristik Koloni
Staphylococcus aureus	BPA: Koloni cembung, warna hitam mengkilat dikelilingi zona bening.; VJA: Kolo
Pseudomonas aeruginosa	CETA: Koloni berwarna kuning kehijauan dengan fluoresensi di bawah lampu UV.
Candida albicans	SDA: Koloni berwarna putih sampai krem, permukaan cembung dan licin.
Salmonella spp	BGA: Koloni kecil, tidak berwarna / merah muda translusen dgn lingkaran merah.
Shigella spp	XLD: Koloni bulat putih-merah muda, media berubah menjadi merah.; MCA: Koloni
Escherichia coli	MCA: Koloni merah muda hingga merah dikelilingi zona presipitasi merah gelap.

Hasil Uji, Spesifikasi, & Kesimpulan	
Hasil Uji	Negatif
Pustaka/Metode	Suplemen III FI VI
Syarat	â‰¤ 10^3 koloni per g; â‰¤ 10^2koloni per g
Kesimpulan LCP	Memenuhi Syarat (MS)

Kesimpulan & Evaluasi Mutu Parameter	
Persyaratan Mutu	â‰¤ 10^3 koloni per g; â‰¤ 10^2 koloni per g
Pustaka Acuan	Suplemen III FI VI
Kesimpulan Akhir	Memenuhi Syarat (MS)

BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

Penguji

(Tanda tangan belum diunggah)

Penguji
NIP. 1122334455

Penyelia Mikro

(Tanda tangan belum diunggah)

Penyelia
NIP. 1133557799