

SMELL DISCETTES OLFACTION TEST

Istruzioni per l'uso

Dichiarazione

Le istruzioni d'uso originali sono in tedesco e sono disponibili come traduzioni in altre lingue.

Nell'area clienti del sito web è disponibile anche una versione più completa con video.

Oltre alle "Istruzioni sintetiche per il test olfattivo" con tre pittogrammi sul retro del coperchio del TestBox, le seguenti istruzioni per l'uso forniscono all'utente interessato informazioni dettagliate.



- I dischetti non devono essere messi in bocca
- I dischetti devono essere tenuti lontani dalla portata dei bambini
- Verificare se la persona da sottoporre al test è allergica o ipersensibile a determinati profumi
- Smettere i dischetti inutilizzabili secondo le indicazioni riportate nel capitolo sottostante: «Restituzione – Riciclaggio – Smaltimento»

1 Utilizzo previsto

Il "Test dell'olfatto" (Smell Discettes - Olfaction Test o in breve: Smell-Test) è un test medico che aiuta gli operatori sanitari a determinare se un paziente individuale ha un normale senso dell'olfatto.

2 Gruppi di pazienti e ubicazione

Il test dell'olfatto può essere utilizzato in ambienti clinici come ospedali, studi medici, farmacie, su adulti e bambini a partire dai 6 anni. Il test richiede la collaborazione del paziente.

3 Controindicazioni

Gli aromi (essenze) sono utilizzati nei dischi in quantità minime, simili a quelle che si trovano comunemente, ad esempio, in cosmetici o alimenti. Sebbene finora non siano state segnalate complicazioni, prima dell'esame è opportuno chiedere ai pazienti se soffrono di allergie o intolleranze a una delle 8 fragranze. In caso di allergia nota o sospetta a uno dei profumi utilizzati nel test, quest'ultimo non deve essere eseguito.

4 Situazioni di applicazione

L'applicazione è indicata nelle seguenti situazioni:

- Valutazione preoperatoria dell'olfatto prima di interventi chirurgici al naso e ai seni paranasali.
 - Esclusione di un disturbo dell'olfatto non percepito dal paziente stesso.
 - Documentazione preoperatoria.
 - Se necessario, anche documentazione postoperatoria.
- Accertamento di disturbi dell'olfatto.
 - Il test dell'olfatto può determinare se l'olfatto è normale.
 - Se il test dell'olfatto rivela che l'olfatto non è normale, è necessario effettuare ulteriori accertamenti, ad esempio misurando la soglia olfattiva con N-butanolo.
- Accertamento di un'eventuale compromissione dell'olfatto in caso di malattie del naso e dei seni paranasali.
 - rinite acuta (influenza, infezione da coronavirus)
 - rinite allergica cronica (raffreddore da fieno, allergia agli acari della polvere)
 - Sinusite acuta e cronica (poliposi nasale)
- Disturbi dell'olfatto dopo trauma cranico
- Malattie neurologiche
- Disturbi dell'olfatto dopo contatto con sostanze nocive presenti nell'ambiente

5 Gestione dello Smell Test-Set

Prima di utilizzare lo Smell-Test con i pazienti per la prima volta, procurarsi un nuovo SMELL Test-Set completo con gli 8 diversi dischi contenuti nella TestBox. Il nostro sito web vi supporta nell'ordinare lo SMELL Test-Set alla pagina "Prodotto".

Lo SMELL Test-Set viene fornito in una confezione esterna, il cartone di spedizione.

Art-#	GTIN	Nome	Osservazioni
SmellTest	7649988437519	SMELL Test-Set	Il set di test olfattivi (unità di trattamento), costituito dagli 8 diversi dischi e documenti contenuti nella TestBox. Ogni disco può essere sostituito singolarmente.

6 Gestione dei dischi di ricambio

A seconda dell'uso, cioè del tempo in cui ogni singolo disco viene aperto, possono perdere la loro fragranza. Assicurarsi che ogni disco sia ben sigillato e chiuso dopo l'uso. Se si notano i primi segni di perdita di fragranza, procurarsi i dischi di ricambio appropriati. Può essere opportuno ordinare un set completo di tutti gli 8 diversi dischi di ricambio per ridurre il rischio di guasti, ad esempio in caso di sporco intenso e improvviso. Il nostro sito web vi aiuta a ordinare i dischi alla pagina "Prodotti".

Su ogni disco e sulla TestBox è riportata la data di produzione: ad esempio, LOT 2025-09 (settembre 2025).

I dischi di ricambio per il test olfattivo sono forniti in un sacchetto Gripp e in una busta per spedizioni.

Art-#	UDI-DI	Denominazione	Osservazioni
Disc#01	7649988437526	1	Disco con profumo Caffè
Disc#02	7649988437533	2	Disco con profumo Vaniglia
Disc#03	7649988437540	3	Disco con profumo Pesca
Disc#04	7649988437557	4	Disco con profumo Erba
Disc#05	7649988437564	5	Disco con profumo Ananas
Disc#06	7649988437571	6	Disco con profumo Rosa
Disc#07	7649988437588	7	Disco con profumo Cioccolata
Disc#08	7649988437595	8	Disco con profumo Pesce

7 Esecuzione del test

Un test olfattivo richiede circa 15 minuti in totale, tenendo conto della preparazione e del follow-up. Eseguito online da un operatore sanitario qualificato con un singolo paziente, richiede solo pochi minuti. È necessario osservare le misure igieniche generalmente applicate in ambiente clinico.

Le fasi sequenziali del test vengono eseguite online. Il risultato è disponibile alla fine come documento pdf per un ulteriore utilizzo. Nel TestBox è incluso un modulo da copiare e utilizzare in situazioni eccezionali. Ulteriori moduli possono essere scaricati dall'area clienti del sito web.

7.1 Preparazione del test prima di ogni contatto con il paziente

Per preparare il test olfattivo per un paziente, si raccomanda di pulire accuratamente la TestBox e ogni disco tutto intorno senza aprirlo con una salvietta disinfettante monouso.

- Lavare e disinfettare le mani prima del test per mantenere pulito il materiale.
- I dischi difettosi o privi di odore tipico non devono più essere utilizzati: sostituire.
- Maneggiare sempre i dischi con cautela, senza usare la forza, e non metterli in bocca.
- Se si desidera un test unilaterale, il paziente deve chiudere una narice con un dito. In questo caso, il disco viene presentato al paziente dallo specialista.

7.2 Preparazione del paziente

Per ottenere un risultato affidabile, è necessario astenersi dal fumare, mangiare o bere 15 minuti prima del test.

- Lavare e disinfettare le mani prima del test per mantenere pulito il materiale.
- I soggetti fortemente allergici potrebbero non tollerare alcuni odori, che dovrebbero essere chiariti con loro.

- Maneggiare i dischi con cura, senza usare la forza, e non metterli in bocca.
- Se si desidera un test unilaterale, è possibile chiudere una narice con un dito.

7.3 Test dell'olfatto con un paziente

Aprire il sito web pubblico del prodotto "www.smelldiscettes.com", ad esempio scansionando il codice QR sul retro del coperchio della TestBox o tramite una ricerca sul web.
Selezionare la lingua desiderata.

7.3.1 Accedere al test online

Cliccate su SmellTest nel menu del sito e inserite i vostri dati di login (esaminatore e clinica) e poi il codice per accedere all'area clienti del sito.



A tal fine, cliccare sul simbolo QR nell'ultima riga di login per scansionare il codice QR (esempio sopra), accanto alla croce svizzera, sull'etichetta del retro del TestBox o inserire il numero di serie (SN) a 8 cifre "21", nel caso in cui l'apparecchiatura non sia dotata di telecamera.

Dopo aver effettuato il login, si accede alla pagina web del cliente, che contiene informazioni sull'utilizzo e il test online. È anche possibile utilizzare copie del modulo cartaceo, senza alcuno strumento digitale.

7.3.2 La procedura di test

1. Un disco viene aperto brevemente dal paziente per annusarlo senza toccare il naso.
2. Il supervisore esamina e pulisce il disco aperto e lo rimette nella TestBox, ben chiuso come nell'immagine a destra, con due dita.
3. Il paziente deve selezionare immediatamente l'odore riconosciuto da una scelta di tre illustrazioni (ad esempio: caffè - pomodoro - banana).
Una delle tre illustrazioni si avvicina molto all'odore del disco.
Se il paziente non sente alcun odore, segna la risposta più probabile.
4. il ciclo: aprire, annusare, chiudere e rispettivamente rispondere si ripete con tutti gli 8 dischi. L'ordine non è importante, ma per ragioni logiche si raccomanda di iniziare con il #1 e di terminare con il #8.
5. Il test online fornisce immediatamente il risultato come documento pdf riutilizzabile.
In alternativa, lo specialista supervisore può valutare il modulo cartaceo personalizzato subito dopo la fine del test. Fare riferimento alla sezione "Completamento del test".
6. Il medico discute il risultato con il paziente.
Per determinare l'entità di un eventuale disturbo sensoriale olfattivo sono necessari ulteriori metodi di test (ad esempio, la determinazione della soglia olfattiva).



7.4 Valutazione dello Smell-Test

La compilazione/valutazione del test viene solitamente effettuata da un operatore sanitario qualificato in presenza del paziente. Il risultato del test viene calcolato allo stesso modo sia nel modulo cartaceo che in quello online.

Per ogni risposta corretta viene assegnato un punto. Il risultato è quindi compreso tra 0 e 8 punti.

Le risposte corrette sono:

#1 Caffè – #2 Vaniglia – #3 Pesca – #4 Erba - #5 Ananas – #6 Rosa – #7 Cioccolata – #8 Pesce

Interpretazione del risultato del test

- 7–8 punti: Normale capacità olfattiva
- 0–6 punti: È molto probabile che si tratti di un disturbo dell'olfatto (iposmia, anosmia). È anche possibile che il soggetto sottoposto al test non collabori sufficientemente.

7.5 Smell-Test Pulizia finale

Per ridurre la diffusione di germi e infezioni e contribuire così al mantenimento di un ambiente igienico, il test olfattivo dovrebbe essere incluso nel piano di igiene della clinica.

Dopo l'uso, ogni disco e il TestBox devono essere puliti con una salvietta disinfettante monouso umida.

Lo Smell-Test con i suoi dischi è un prodotto non critico secondo la norma ISO 17664:2016-06, Allegato C e non è adatto a un processo di pulizia automatizzato: come molti stetoscopi, ad esempio.

7.6 Valutazione della terapia

Se il test "Smell Discettes Olfaction Test" indica la presenza di un disturbo olfattivo, possono essere necessari ulteriori chiarimenti. In questa fase aggiuntiva, ad esempio, è possibile determinare l'entità del disturbo olfattivo o la soglia olfattiva utilizzando una procedura di test della soglia di n-butanolo, che non fa parte di Smell-Test.

8 Durata, stoccaggio e sostituzione

La durata di conservazione raccomandata dello Smell-Test Set, soprattutto per motivi igienici, è 6 mesi. Tuttavia, se il test viene utilizzato di rado, cioè molto meno di 500 volte, è possibile ottenere un risultato affidabile anche oltre i sei mesi.

L'esigenza di sostituzione viene segnalata nel test online un po' prima del raggiungimento dei 500 utilizzi.

Dopo un anno, tuttavia, deve essere sostituito definitivamente, indipendentemente dal numero di applicazioni. Si consiglia di ordinare un ricambio in tempo utile per garantire la continuità dei test.

Lo Smell-Test Set, con i suoi dischi ben sigillati, deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto, preferibilmente in frigorifero, tra +2 e +15°C. In questo modo si può prolungare un po' la durata di vita, anche se si eseguono molti test con i pazienti.

9 Restituzione – Riciclaggio – Smaltimento

Al termine del suo ciclo di vita e dopo la pulizia finale, il kit Smell-Test deve essere restituito al rivenditore o direttamente al produttore. Ciò consente di separare i dischetti per riciclaggio della plastica. A tal fine è possibile utilizzare lo stesso imballaggio di spedizione utilizzato per la consegna. In alternativa, i dischetti possono essere smaltiti nell'inceneritore, ma non nel riciclaggio della plastica.

I componenti del test in carta e cartone possono invece essere riciclati autonomamente, se non si desidera restituirli.