| | TH2840 |
|---|---|
| 开路校准 | 规范过程进行校正操作，具体发在qq群里，文件和对话 |
| 短路校准 | 规范过程进行校正操作，具体发在qq群里，文件和对话 |
| 五种数据单点测量 | 每部分测量过程中具体一些，一兆赫兹，无dc偏压，ac 10-500mv，在测量过程中，记录2840里的10个数据，处理好后显示在界面上 |
| 五种数据连续测量 | 和单点的设置一样，两个测量数据中间状态，同步开路状态 |
| 复位状态功能 | 出故障时，一键把仪器先后恢复，切换到开路状态 |

| | TH2840 |
|---|---|
| ciss | 通，读数据，反馈数据 |
| coss | 通，读数据，反馈数据 |
| crss | 通，读数据，反馈数据 |
| rg开路 | 通，读数据，反馈数据 |
| rg短路 | 通，读数据，反馈数据 |

| TH1992 | STM32 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 通道一0v电压，通道二5v电压 | 继电器矩阵对应开路状态 | |
| 通道一0v电压，通道二5v电压 | 继电器矩阵对应短路状态 | |
| 对应五种模式是否有电压提供，测量好后电压变成零 | 对应各个状态 | 每个状态测量好后，两个仪器设备再调整到最初状态<br>先跳转状态，再打开电源，先关闭电源，再切换状态 |
| 两个通道电压变成0 | 切换到开路状态 | |
| 两个通道电压变成0，再断开 | 切换到开路状态 | |

| TH1992 | STM32 |
| --- | --- |
| 通道一25v电压，通道二5v电压 | ciss状态 |
| 通道一25v电压，通道二5v电压 | coss状态 |
| 通道一25v电压，通道二5v电压 | crss状态 |
| 通道一0v电压，通道二5v电压 | rg开路状态 |
| 通道一0v电压，通道二5v电压 | rg短路状态 |