

一旦 调角度过大，镜轴就会发生严重偏离，如进行与旋转内镜的协调操作则会使下一个弯曲更加加剧！
如果是这样，重新进行使肠管伸展和短缩的操作

内镜弯曲部角度过大时易形成手杖

使弯曲角处形成支点产生阻力，传导至弯曲部的弧形的顶端，手杖现象，