목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 용어의 정의
4. 책임과 권한
5. 업무절차
6. 관련문서
7. 양식 및 기록

관 리 구 분	■ 원 본 □ 관리본 □ 비관리본

본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함

	성 명	부 서	일 자	서 명
작 성		구매부서		
검 토		구매부서		
승 인		품질책임자		

개정번호	시행일자	개정형태	개정사유	개정페이지
0	2026.10.29	최초 제정	최초 제정	-

1. 목적

이 절차서는 공급업체를 평가하고 선정하는 기준을 정하고, 공급업체의 등록, 모니터링, 재평가, 부적합 처리, 등록 취소 방법을 정한다(ISO 13485:2016 7.4.1). 외부에 위탁한 프로세스(외주 서비스)의 관리 방법을 함께 정한다(ISO 13485:2016 4.1.5).

공급업체 관리의 수준은 공급품이 의료기기의 품질에 미치는 영향과 의료기기 관련 위험에 비례하게 정한다.

2. 적용범위

이 절차서는 당사(JSY)가 제조하는 모든 의료기기에 사용하는 원자재, 부자재, 포장재를 공급하는 업체와, 제품 품질에 영향을 주는 외주 서비스 업체의 선정, 평가, 등록, 모니터링, 재평가, 등록 취소에 적용한다.

회사명	JSY
주력 제품	뇌혈전 제거술용 마이크로카테터 (EO 멸균, 일회용)
제품명 / 모델명	KMHSE-02-10 / G2-005-1027

이 절차서의 예시와 제품 관련 기준은 주력 제품인 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터를 기준으로 한다. 다른 제품은 같은 원칙을 그 제품의 위험분석 결과(QP-71-01)에 따라 적용한다.

- 외주 서비스(시험기관, 교정기관 등)는 외부에 위탁한 프로세스로서 이 절차서에 따라 관리한다(ISO 13485:2016 4.1.5). EO 멸균은 자체 수행하므로 외주 대상이 아니다.
- 구매정보의 작성과 발주(ISO 13485:2016 7.4.2)는 구매관리 절차서에, 구매품의 입고와 검증(ISO 13485:2016 7.4.3)은 수입검사 기준서에 따른다.
- 제품 품질에 영향이 없는 일반 소모품(사무용품 등)의 공급업체는 적용하지 않는다.

3. 용어의 정의

용어	정의
공급업체	당사에 원자재, 부자재, 포장재, 서비스를 공급하는 업체. 외주 가공업체와 외주 서비스 업체(시험·교정기관 등)를 포함한다.
공급업체 평가	공급업체가 당사의 요구사항을 충족하는 제품을 공급할 수 있는 능력(기술, 공급, 품질보증)과 공급 성과를 확인하고 평가하는 것
승인 공급업체	평가 결과 등록 기준을 충족하여 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 등록된 공급업체. 구매는 승인 공급업체로부터만 한다.
긴급 등록	정식 평가를 마치기 전에 공급이 시급히 필요한 경우, 조건과 기한을 정해 제한적으로 등록하는 것 (5.4)
공급 보류	공급업체의 개선이 확인될 때까지 신규 발주를 중지하는 것
품질협약	공급업체와 품질 요구사항, 변경 사전 통보, 부적합 처리, 기록 유지 등을 서면으로 합의한 것(품질협약서)
성분 확인서	공급업체가 자재의 라텍스·프탈레이트류(DEHP 등) 함유 여부 등 성분 정보를 확인해 발행하는 문서 (5.6)
성적서 (CoA)	공급업체가 Lot 별로 발행하는 시험성적서 또는 적합성 증명서

4. 책임과 권한

4.1 역할별 책임과 권한

역할	책임	권한
최고경영자	공급업체 관리에 필요한 자원을 제공한다.	자원 배정
품질책임자	A 등급 공급업체의 등록, 긴급 등록, 등록 취소를 승인한다. 공급업체 변경의 수용 여부를 승인한다 (5.9).	A 등급 공급업체 등록·취소 승인 공급 보류 결정
구매부서장	공급품과 공급업체의 등급을 분류하고 공급업체를 평가·등록한다. 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)을 최신 상태로 유지하고 구매 담당자에게 알린다. 연간 재평가 계획을 수립하고 재평가를 수행한다. B·C 등급 공급업체의 등록, 긴급 등록, 등록 취소를 승인한다. 공급업체와 품질협약을 체결하고 성분 확인서를 받는다.	B·C 등급 공급업체 등록·취소 승인 공급업체 평가 결과 통보
품질부서장	A 등급 공급업체 평가에 참여하고 품질보증 능력을 평가한다. 외주 서비스 업체(시험·교정기관)를 평가한다. 수입검사 결과를 공급업체 모니터링 자료로 제공한다. 공급업체 부적합을 통보하고 시정조치를 요구한다 (5.8).	공급업체 시정조치 요구 수입검사 강화 결정
연구소장	공급업체 변경이 설계와 위험관리 파일에 주는 영향을 검토한다 (5.9). 성분 확인서를 생체적합성 평가에 반영한다 (5.6). 멸균 장벽 포장재의 적합성 근거 자료를 검토한다 (5.11).	변경 영향 판단
인허가부서장	성분 확인서의 라텍스·프탈레이트류 정보를 통합정보시스템 등록 정보와 대조한다 (5.6, QP-758-01).	-
생산부서장	공정에서 발견된 공급품 불량 정보를 구매부서와 품질부서에 제공한다.	-

4.2 결재 체계

기록 / 결정	작성	검토	승인
A 등급 공급업체 등록·긴급 등록·재평가·취소 (QP-74-01-F01)	구매부서	품질부서장	품질책임자
B·C 등급 공급업체 등록·긴급 등록·재평가·취소 (QP-74-01-F01)	구매부서	품질부서	구매부서장
외주 서비스 업체 등록·재평가 (QP-74-01-F01)	품질부서	-	품질책임자
승인 공급업체 관리 대장 갱신 (QP-74-01-F02)	구매부서	-	구매부서장
공급 보류 결정	품질부서장	구매부서장	품질책임자
공급업체 변경 수용	구매부서	연구소장, 품질부서장	품질책임자

5. 업무절차

5.1 공급품과 공급업체의 등급 분류

구매부서장은 공급품이 제품의 성능과 안전에 미치는 영향에 따라 공급업체 등급을 분류하고, 공급업체 등록 및 평가서(QP-74-01-F01)와 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 기록한다(ISO 13485:2016 7.4.1 c), d)). 분류할 때는 위험관리 절차서(QP-71-01)의 위험분석 결과를 반영하며, 위험분석 결과가 바뀌면 등급을 다시 검토한다.

등급	분류 기준	해당 예 (주력 제품: 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터)
A	제품의 성능과 안전에 직접 영향을 주는 자재·가공품 인체에 접촉하는 자재 멸균 장벽을 이루는 포장재, 멸균에 사용하는 자재 제품 안전성을 판정하는 외주 서비스(시험기관)	샤프트 튜브·폴리머 원료, 친수성 코팅제, 마커 밴드, 허브 멸균 파우치(멸균 장벽), EO 가스, 생물학적 지표(BI) 생물학적 안전성·EO 잔류물 시험기관
B	제품의 성능과 안전에 간접적으로 영향을 주는 자재 인체에 접촉하지 않는 제품 구성 자재 측정 결과에 영향을 주는 서비스	라벨 원단·인쇄 리본, 첨부문서, 외부 포장 상자 측정장비 교정기관
C	제품의 성능과 안전에 영향을 주지 않는 자재	완충재, 운송용 박스 테이프

한 공급업체가 등급이 다른 여러 품목을 공급하면 품목별로 등급을 분류하고, 공급업체는 가장 높은 등급으로 관리한다. 예: 멸균 파우치(A)와 외부 포장 상자(B)를 함께 공급하는 업체는 A 등급 공급업체로 관리한다.

5.2 신규 공급업체의 선정 기준

구매부서장은 다음 기준으로 신규 공급업체 후보를 선정한다. A 등급은 ①~③ 을 모두 충족해야 하며, B·C 등급은 ①을 충족하고 ②~④ 중 하나 이상을 충족해야 한다.

- ① 당사가 요구하는 사양의 제품을 공급할 수 있는 기술 능력과 설비가 있다 (견본 또는 성적서로 확인).
- ② 품질경영시스템 인증(ISO 13485, 「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 적합인정 등) 또는 그에 준하는 품질관리 체계를 갖추었다.
- ③ 견본 시험(수입검사 기준서에 따른 시험)에 합격하였다.
- ④ 같거나 유사한 제품을 의료기기 제조업체에 공급한 실적이 있다.

5.3 신규 공급업체의 평가와 등록

입력	후보 공급업체 정보, 인증서, 견본 시험 결과, 성적서, 성분 확인서(해당 시)
담당 (누가)	평가: 구매부서장 (A 등급은 품질부서장 참여, 외주 서비스는 품질부서장) / 승인: 4.2 에 따름
시기 (언제)	최초 거래 전
출력	공급업체 등록 및 평가서 (QP-74-01-F01), 승인 공급업체 관리 대장 (QP-74-01-F02)

수행 방법 (어떻게)

1) 공급업체가 당사의 요구사항을 충족할 능력을 기술 능력, 공급 능력, 품질보증 능력으로 나누어 평가한다(ISO 13485:2016 7.4.1 a)). 평가 항목과 배점(100 점 만점)은 QP-74-01-F01 에 따른다.
2) 평가 방법은 등급에 따라 다음과 같이 한다.
   - A 등급: 현장심사를 원칙으로 한다. ISO 13485 인증서나 GMP 적합인정서가 유효하면 서류심사로 대신할 수 있으나, 견본 시험은 생략하지 않는다.
   - B·C 등급: 서류심사로 할 수 있다.
   - 외주 서비스(시험·교정기관): 품질부서장이 인정기관 인정(KOLAS 등) 보유 현황과 범위를 서류로 확인한다.
3) 평가 결과에 따라 다음과 같이 처리한다.

등급	평가 점수	처리
A	70 점 이상	승인 공급업체로 등록
B, C	60 점 이상	승인 공급업체로 등록

등급	평가 점수	처리
A / B, C	70 점 / 60 점 미만	등록하지 않는다. 최소 3 개월 뒤 재평가하여 기준을 충족하면 등록하고, 재평가에서도 미달하면 등록하지 않는다.

4) 등록이 승인되면 구매부서장은 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 등재하고 구매 담당자에게 알린다. 대장에는 공급업체, 공급품, 등급, 등록일, 평가 점수, 품질협약 여부, 성분 확인서 입수 여부, 재평가 예정일, 상태(정상, 긴급 등록, 조건부 유지, 공급 보류, 취소)를 기록한다.
5) 다음의 경우에는 평가를 생략할 수 있으며, 생략 사유를 QP-74-01-F01 에 기록한다. A 등급 공급품과 외주 서비스는 생략할 수 없다.
   - C 등급 공급품을 공급하는 경우
   - 규격이 정해진 일반 표준품(예: 표준 규격 포장 테이프)으로 품질 수준을 규격으로 확인할 수 있는 경우
   - 견본 제작 등 제품에 사용하지 않는 단발성 거래인 경우
6) 대리점을 통해 공급받는 경우에는 대리점이 아니라 실제 제조업체를 기준으로 평가하고, 제조업체 정보(제조원, 성적서)를 확보한다.

5.4 긴급 등록

기존 공급업체의 공급 중단 등으로 정식 평가를 마치기 전에 공급이 시급히 필요한 경우, 아래 조건으로 제한적으로 등록할 수 있다.

수행 방법 (어떻게)

1) 긴급 등록은 사유, 대상 공급품, 등록 기한을 QP-74-01-F01 에 적고 4.2 에 따라 승인받는다. 승인 공급업체 관리 대장에는 상태를 "긴급 등록"으로 표시하고 기한을 적는다.
2) A 등급 공급품은 대체 공급업체가 없고 공급이 끊기면 제품 공급에 차질이 생기는 경우에만 허용하며, 품질책임자가 승인한다.
3) 긴급 등록 기간에는 다음 조건을 지킨다.
   - 매 Lot 성적서를 확인하고, 수입검사를 강화한다 (A 등급은 수입검사 기준서의 전 항목 시험).
   - A 등급은 견본 시험과 성분 확인서(해당 시)를 사용 전에 확보한다.
   - 긴급 등록일부터 3 개월 이내에 정식 평가(5.3)를 마친다.
4) 기한 안에 정식 평가를 마치지 못하거나 평가 결과 등록 기준에 미달하면 거래를 중지하고, 긴급 등록 기간에 공급받은 자재의 처리를 품질부서장이 결정한다.

5.5 품질협약

수행 방법 (어떻게)

1) 구매부서장은 A 등급 공급업체, 외주 가공업체, 외주 서비스 업체와 품질협약서를 체결한다(ISO 13485:2016 4.1.5, 7.4.2). B 등급은 필요하면 체결한다.
2) 품질협약서에는 다음을 포함한다.
   - 공급품의 품질 요구사항과 합격 기준
   - 공급품이 요구사항을 충족하는 능력에 영향을 줄 수 있는 모든 변경(원료·성분, 공정, 제조소, 하위 공급업체 등)을 실행 전에 당사에 서면으로 통보한다는 내용 (ISO 13485:2016 7.4.2)
   - Lot 별 성적서 제공과 추적성 기록 유지
   - 납품 포장 상태 요구사항(오염·손상 방지)과 제조일·사용기한 표시 (해당 시)
   - 성분 확인서 제공 (해당 시, 5.6)
   - 부적합 발생 시 통보와 시정조치 협조
   - 당사와 규제기관(식품의약품안전처, 심사기관)의 심사 협조
   - 관련 기록의 보존기간
3) 품질협약 체결 여부와 협약서 번호는 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 기록한다. 협약서 원본은 계약 문서로 구매부서가 보관한다.

5.6 자재 성분 확인

인체에 접촉하는 자재는 라텍스와 프탈레이트류 함유 여부가 생체적합성과 의료기기 통합정보시스템 등록 정보(QP-758-01)에 직접 관련되므로 다음과 같이 관리한다.

수행 방법 (어떻게)

1) 구매부서장은 인체에 접촉하는 A 등급 자재의 공급업체로부터 등록 시 성분 확인서(라텍스·프탈레이트류 함유 여부, 필요하면 원료 조성)를 받는다.
   - 주력 제품의 대상 예: 샤프트 튜브·폴리머 원료, 친수성 코팅제, 허브, 접착제(사용 시)
2) 성분 확인서는 재평가(5.7) 때 유효성을 다시 확인하고, 성분이 바뀌면 변경 통보(5.9) 대상으로 처리한다.
3) 구매부서장은 성분 확인서를 연구소장과 인허가부서장에게 제공한다. 연구소장은 생체적합성 평가에, 인허가부서장은 통합정보시스템의 라텍스·프탈레이트류 등록 정보와의 대조에 사용한다.
4) 성분 확인서 입수 여부는 승인 공급업체 관리 대장에 기록한다.

5.7 공급업체 모니터링과 재평가

입력	수입검사 기록, 공정 불량 정보, 납기 실적, 고객불만, 공급업체 시정조치 이행 실적
담당 (누가)	모니터링·재평가: 구매부서장 (A 등급은 품질부서장 참여) / 승인: 4.2 에 따름
시기 (언제)	모니터링: 분기 1 회 / 재평가: 연 1 회 (재평가 계획에 따름), 5.8 의 수시 재평가 조건 발생 시
출력	공급업체 등록 및 평가서 (QP-74-01-F01)의 재평가 기록, 승인 공급업체 관리 대장 (QP-74-01-F02) 갱신

수행 방법 (어떻게)

1) 구매부서장은 분기마다 공급업체별 입고 불량률, 공급업체 기인 공정 불량률, 납기 준수율, 공급업체 기인 고객불만 건수를 집계해 모니터링한다. 모니터링 결과는 재평가의 입력으로 쓴다(ISO 13485:2016 7.4.1).
2) 구매부서장은 매년 초 재평가 계획(대상, 시기)을 수립하고 승인 공급업체 관리 대장의 재평가 예정일 칸에 적는다. 재평가 대상은 다음과 같다.
   - A 등급 공급업체와 외주 서비스 업체: 전체, 연 1 회
   - B·C 등급 공급업체: 연간 입고 불량률 5% 이상, 연간 공급업체 기인 공정 불량률 3% 이상, 또는 품질부서장이 재평가가 필요하다고 요청한 업체
   - 5.8 의 단계별 대응에서 수시 재평가 대상이 된 업체
3) A 등급 공급업체가 유효한 ISO 13485 인증이나 GMP 적합인정을 유지하면 재평가 시 현장심사를 서류심사로 대신할 수 있다. 다만 성과 모니터링 결과에 따른 재평가는 생략하지 않는다.
4) 재평가 결과에 따라 다음과 같이 처리하고, 승인 공급업체 관리 대장의 상태를 갱신한다.

구분	A 등급	B·C 등급	처리
유지	70 점 이상	60 점 이상	등록 유지
조건부 유지	60 점 이상 ~ 70 점 미만	50 점 이상 ~ 60 점 미만	등록을 유지하되 개선을 요구하고, 수입검사 강화를 품질부서장에게 요청한다.
재평가	60 점 미만	50 점 미만	6 개월 이내 재평가를 통보하고, 대체 공급업체를 확보한다. 재평가에서도 같은 구간이면 등록을 취소한다 (5.10).

위 점수 기준과 재평가 조건(5%, 3%)은 회사 기준이다.

5.8 공급업체 부적합의 처리

공급품이 요구사항을 충족하지 못한 것은 공급품의 위험과 규제 요구사항 준수에 비례하여 공급업체와 함께 처리한다(ISO 13485:2016 7.4.1). 수입검사 불합격, 공정 중 발견된 공급품 불량, 공급업체 기인 고객불만이 발생하면 품질부서장은 아래와 같이 단계적으로 대응한다.

단계	대응	공급품 처리
1 회 발생	부적합 내용을 서면으로 통보하고, 원인과 대책의 회신을 요청한다. A 등급 공급품은 1 회부터 공급업체 시정조치를 요구한다(QP-85-01 6.9).	해당 Lot 반품 또는 선별 사용 (부적합품 관리 절차서)
같은 유형 연속 2 회	공급업체 시정조치를 요구하고(QP-85-01 6.9), 필요하면 공급업체 현장에서 원인을 조사한다. 해당 공급품의 수입검사를 강화한다.	반품, 강화 검사
같은 유형 연속 3 회	불량 내역을 첨부해 수시 재평가를 공문으로 통보하고 30 일 이내에 재평가한다(5.7). 개선이 확인될 때까지 공급을 보류하고 대체 공급업체를 검토한다.	공급 보류 (4.2 에 따라 승인)

수행 방법 (어떻게)

1) 공급업체의 시정조치 회신은 내용을 검토하고, 이후 수입검사 결과로 효과를 확인한다.
2) 부적합이 이미 사용·출하한 제품에 영향을 줄 수 있으면 해당 Lot 를 추적하고(QP-758-01 5.8), 부적합품 관리 절차서와 시정 및 예방조치 절차서(QP-85-01)에 따라 처리한다.
3) 대응 이력은 승인 공급업체 관리 대장(QP-74-01-F02)에 기록하고 공급업체 상태(공급 보류 등)를 갱신한다. 재평가(5.7) 때 해당 공급업체의 성과 평가에 반영하며, 수시 재평가에서도 개선되지 않으면 등록을 취소한다(5.10).

단계별 대응 기준(연속 2 회, 3 회)은 회사 기준이다.

5.9 공급업체 변경의 관리

수행 방법 (어떻게)

1) 공급업체로부터 변경 통보를 받거나 다른 경로로 공급품 변경(재질·원료·성분, 규격, 제조공정, 제조소, 하위 공급업체 등)을 알게 되면, 구매부서는 변경 내용을 연구소장과 품질부서장에게 알린다.
2) 연구소장과 품질부서장은 변경이 제품실현 프로세스나 의료기기에 영향을 주는지 결정한다(ISO 13485:2016 7.4.3). 생체적합성, 성능, 멸균·포장, 위험관리 파일(QP-71-01 5.9)에 대한 영향을 검토한다.
3) 영향이 있으면 필요한 검증(견본 시험, 공정 검증 등)을 마친 뒤에만 변경품을 받으며, 수용 여부는 품질책임자가 승인한다. 설계 변경이 필요하면 설계 및 개발 절차서를 적용한다.
4) 검토 결과와 결정은 QP-74-01-F01 에 기록하고, 필요하면 승인 공급업체 관리 대장을 갱신한다.

5.10 공급업체 등록 취소

수행 방법 (어떻게)

1) 다음의 경우 공급업체 등록을 취소하며, 승인은 4.2 에 따른다.
   - 재평가(5.7) 결과 재평가 구간에 해당하고, 6 개월 이내 재평가에서도 개선되지 않은 경우
   - 5.8 의 수시 재평가에서도 개선되지 않은 경우
   - 품질 문제가 발생했는데도 시정조치 요구에 응하지 않는 경우
   - 변경 사전 통보 등 품질협약을 위반한 경우
   - 긴급 등록 기한 안에 정식 평가를 마치지 못하거나 평가 결과 기준에 미달한 경우 (5.4)
   - 외주 서비스 업체가 인정기관 인정을 유지하지 못한 경우
   - 공급품이 더 이상 필요 없거나 부도·휴업 등으로 거래를 계속할 수 없는 경우
2) 등록이 취소되면 승인 공급업체 관리 대장의 상태를 "취소"로 바꾸고 구매 담당자에게 알린다. 당사 자산(도면, 금형, 치공구, 사급 자재 등)을 회수하고, 미사용 공급품의 처리를 결정한다.
3) 등록이 취소된 공급업체와 다시 거래하려면 신규 공급업체 평가(5.3)를 거친다.

5.11 멸균 장벽 포장재 공급업체의 추가 요구사항

당사는 EO 멸균을 자체 수행하므로, 멸균 장벽 포장재(주력 제품의 멸균 파우치)는 멸균 효과와 사용기한 동안의 무균성 유지에 직접 영향을 준다. 이 포장재의 공급업체는 5.1~5.10 에 더해 다음과 같이 관리한다.

수행 방법 (어떻게)

1) 선정과 평가: A 등급으로 관리하며, 현장심사를 원칙으로 한다. 공급업체로부터 ISO 11607-1 에 따른 포장재 적합성 근거(시험보고서, 성적서, 적합선언 등)를 받는다. 확인할 항목은 다음과 같다.
   - 미생물 차단성
   - EO 가스 투과성과 탈기(잔류물 제거) 적합성
   - 생체적합성·독성
   - 실링 적합성
   - 라벨·인쇄 잉크와의 적합성 (인쇄 포장재인 경우)
   - 사용기한 동안의 안정성
2) 연구소장은 위 근거 자료가 당사 포장 설계와 EO 멸균 조건에 맞는지 검토한다. 실제 포장 형태에서의 멸균 적합성, 실링 공정, 사용기한 동안의 포장 무결성은 EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서(QP-757-01)와 포장 공정 밸리데이션(ISO 11607-2)에서 확인한다. 공급업체 평가는 이 확인을 진행할 수 있는 수준의 자료와 견본을 확보하는 것을 목적으로 한다.
3) 품질협약(5.5)에는 다음을 포함한다.
   - 청결 납품 기준: 내부 포장(예: 이중 비닐 포장)으로 밀봉하여 납품하고, 제조 환경 관리(청정도 등) 수준을 명시
   - Lot 식별정보, 제조일, 사용기한의 표시
   - 재질, 규격, 제조공정, 제조소, 원료(접착제·코팅 등), 하위 공급업체 변경의 사전 통보
4) 변경 통보를 받으면 5.9 에 따라 영향을 평가하며, 멸균 장벽 재질이나 구조가 바뀌면 포장 밸리데이션과 EO 멸균 밸리데이션을 다시 해야 하는지 판단한다(QP-757-01).
5) 외부 포장 상자(B 등급)는 선정 시 운송·보관 중 진동과 충격으로부터 제품을 보호하는 성능에 관한 자료를 확인한다. 실제 포장 형태의 운송 보호 성능은 포장 밸리데이션(운송 조건 평가)에서 확인한다.
6) 다음 사항은 각 문서에 정한 방법에 따르며, 이 절차서는 공급업체에 그에 필요한 정보와 납품 조건을 요구한다.
   - 납품 시 확인(품명, 규격, 수량, Lot 식별정보, 포장 손상, 성적서, 사용기한)과 표본 시험: 수입검사 기준서
   - 포장재의 보관(지정 장소, 공급업체 권장 온습도, 선입선출, 사용기한 관리, 검사 상태 구분): 자재·보관 관리 문서
   - 포장 작업구역의 환경 관리와 실링 공정: 생산·포장 공정 문서
   - 사용한 포장재 Lot 의 제조기록 기재와 추적: 제조기록서, UDI 절차서(QP-758-01) 5.8

6. 관련문서

문서	이 절차서와의 연계
구매관리 절차서	구매정보 작성과 발주 (ISO 13485:2016 7.4.2). 승인 공급업체로부터만 구매
수입검사 기준서	공급품의 입고와 검증 (ISO 13485:2016 7.4.3), 견본 시험, 모니터링 자료, 포장재 납품 시 확인 (5.11)
위험관리 절차서 (QP-71-01)	등급 분류에 위험분석 반영 (5.1), 공급업체 변경의 위험 영향 (5.9)
시정 및 예방조치 절차서 (QP-85-01)	공급업체 시정조치 요구 (5.8)
UDI 절차서 (QP-758-01)	공급품 Lot 추적 (5.8), 라텍스·프탈레이트류 등록 정보 (5.6)
EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01)	멸균 관련 자재(EO 가스, BI, 멸균 파우치)의 요구사항, 포장 형태에서의 멸균 적합성과 재밸리데이션 판단 (5.11)
자재·보관 관리 문서	공급품과 포장재의 보관 조건 (5.11)
생산·포장 공정 문서	포장 작업구역 관리, 실링 공정과 포장 밸리데이션 (ISO 11607-2) (5.11)
문서관리 절차서 (QP-424-01)	이 절차서와 양식의 관리
기록관리 절차서 (QP-425-01)	공급업체 기록의 보관, 열람, 폐기

문서	이 절차서와의 연계
부적합품 관리 절차서	불합격 공급품의 격리와 처리
설계 및 개발 절차서	공급업체 변경에 따른 설계 변경

관련 규격 및 법령

규격 / 법령	내용
ISO 13485:2016	4.1.5 외부 위탁 프로세스, 7.4.1 구매 프로세스
ISO 11607-1, ISO 11607-2	최종 멸균 의료기기 포장: 재료·멸균 장벽 시스템 요구사항, 포장 공정 밸리데이션 (5.11)
「의료기기 제조 및 품질관리 기준」	식품의약품안전처 고시 제 2026-46 호

7. 양식 및 기록

양식명	양식번호	관리 형태	관리부서	보존기간
공급업체 등록 및 평가서 (평가, 재평가, 분기 모니터링, 긴급 등록, 변경 검토)	QP-74-01-F01	종이 원본	구매부서	거래 종료 후, 해당 공급품을 사용한 마지막 제품의 제조일부터 5 년 (제품 수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)
승인 공급업체 관리 대장 (공급업체 현황, 부적합 대응 이력)	QP-74-01-F02	종이 원본	구매부서	최신본을 유지하고, 갱신 전 대장은 위와 같은 기간 보존

보존기간은 「의료기기법 시행규칙」 제 12 조제 1 항제 4 호와 ISO 13485:2016 4.2.5 를 근거로 한다. 두 기록은 2 등급(사내)으로 관리하며, 보관·열람·정정·폐기 방법은 기록관리 절차서(QP-425-01)에 따른다. 품질협약서와 성분 확인서는 F01 과 같은 기간 보관한다.