목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 용어의 정의
4. 책임과 권한
5. 업무절차
6. 관련문서

관 리 구 분	■ 원 본 □ 관리본 □ 비관리본

본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함

	성 명	부 서	일 자	서 명
작 성		인허가부서		
검 토		인허가부서		
승 인		품질책임자		

개정번호	시행일자	개정형태	개정사유	개정페이지
0	2026.10.27	최초 제정	최초 제정	-

1. 목적

이 절차서는 당사가 제조하는 의료기기에 의료기기 표준코드(UDI)를 부여하고, 이를 용기·외장과 포장에 표시하며, 의료기기 통합정보시스템에 등록·보고하는 방법을 정한다(ISO 13485:2016 7.5.8, 「의료기기법」, 「의료기기 통합정보 관리 등에 관한 규정」).

이를 통해 제품을 출고부터 사용까지 제조번호(Lot) 단위로 추적할 수 있게 하고, 회수나 이상사례가 발생했을 때 대상 제품을 빠르고 정확하게 찾아내어 환자 안전을 확보한다(ISO 13485:2016 7.5.9.1).

2. 적용범위

이 절차서는 당사(JSY)가 제조하여 국내에 공급하는 의료기기 중, 「의료기기법」과 「의료기기 통합정보 관리 등에 관한 규정」에 따라 표준코드를 부착하고 통합정보를 등록해야 하는 모든 의료기기에 적용한다.

- 적용 제품과 제품별 UDI-DI, 생산식별자 구성은 QP-758-01-F01 의 UDI-DI 목록으로 관리한다. 새 제품을 허가받으면 이 목록에 추가해 이 절차서를 적용한다.
- 적용 업무: UDI 체계 수립과 코드 생성, 라벨링·포장 인쇄 적용, 의료기기 통합정보시스템 등록·변경 등록, 공급내역 보고, UDI 를 이용한 추적성 관리
- 공정 중 제품 식별, 제품 상태(검사 대기·적합·부적합) 표시, 반품 제품의 식별은 식별 및 추적성 관리 절차서에 따른다(ISO 13485:2016 7.5.8).
- 이식형 의료기기를 제조하게 되면 ISO 13485:2016 7.5.9.2 의 추적성 요구사항을, 독립형 소프트웨어 의료기기를 제조하게 되면 생산식별자의 버전 정보를 이 절차서에 추가해 적용한다.
- 수출 제품에 대한 국외 UDI 요구사항(EU Basic UDI-DI 등)은 이 절차서의 적용 범위에 포함하지 않는다.

3. 용어의 정의

용어	정의
의료기기 통합정보	허가부터 제조, 수입, 판매, 사용에 이르기까지 의료기기에 관한 정보. 의료기기 표준코드, 공급내역 등 유통정보, 의료기기에 관한 정보를 포함한다.
의료기기 통합정보시스템	의료기기 통합정보를 효율적으로 기록·관리하기 위한 전자정보처리시스템 (udiportal.mfds.go.kr)
의료기기 표준코드 (UDI, Unique Device Identifier)	의료기기를 식별하고 체계적·효율적으로 관리하기 위해 용기나 외장 등에 표준화된 체계에 따라 표기하는 숫자 또는 문자의 조합. 고유식별자(UDI-DI)와 생산식별자(UDI-PI)로 구성된다.
고유식별자 (UDI-DI, Device Identifier)	표준코드 중 제품(모델, 포장단위)별로 고유하게 생성되는 숫자 또는 문자의 조합. 의료기기 통합정보시스템에 입력해야 하는 코드이며, 당사는 GS1 상품식별코드 (GTIN-14)를 사용한다.
생산식별자 (UDI-PI, Production Identifier)	표준코드 중 의료기기의 생산단위별로 생성되는 숫자 또는 문자의 조합. 제조번호 (로트번호), 사용기한, 제조연월 중에서 제품별로 정한다.
GTIN-14	포장 단계 지시자 1 자리, 국가코드(880), 업체코드, 상품품목코드, 검증번호 1 자리로 이루어진 14 자리 GS1 상품식별코드
응용식별자 (AI, Application Identifier)	바코드 안의 데이터 종류를 나타내는 GS1 식별자. (01) 상품식별코드, (17) 사용기한 (YYMMDD), (10) 제조번호를 말한다.
의료기기 바코드	표준코드를 컴퓨터에 자동으로 입력하기 위해, 스캐너 등 기계가 읽을 수 있도록 인쇄한 심벌. 1 차원 바코드(GS1-128 등)와 2 차원 바코드(GS1 DataMatrix 등)가 있다.
사람이 읽을 수 있는 문자 (HRI)	바코드에 담긴 데이터를 사람이 읽을 수 있도록 바코드 근처에 함께 인쇄한 문자

용어	정의
제조번호 (로트번호)	일정한 제조단위에 대해 제조관리와 출하에 관한 모든 사항을 확인할 수 있도록 표시한 번호로서 숫자, 문자 또는 이들을 조합한 것
용기 또는 외장	표시기재 사항을 부착하는 기본단위로서 의료기기와 세트를 이루는 포장재 또는 의료기기 자체의 외관
외부의 용기 또는 포장	용기 또는 외장을 수용하는 1 개 이상의 포장과 보호재 및 표시 목적의 포장(첨부문서 등 포함)
포장단위	제조업자가 정하는 포장의 단계. 최소 포장단위와 그 상위 포장단위를 말한다.
공급내역 보고	제조업자 등이 공급한 의료기기의 공급기관, 품목, 수량 등을 의료기기 통합정보시스템에 보고하는 것
바코드 검증	인쇄된 바코드가 GS1 규격에 맞게 정확히 판독되는지, 인쇄 품질 등급이 기준을 충족하는지 확인하는 것 (ISO/IEC 15416, ISO/IEC 15415)

4. 책임과 권한

UDI 업무를 수행하는 사람은 이 절차서와 GS1 표준코드 체계에 대한 교육을 받아야 하며, 교육 기록은 인적자원 관리 절차서에 따라 유지한다(ISO 13485:2016 6.2).

4.1 역할별 책임과 권한

역할	책임	권한
최고경영자	GS1 회원 유지, 바코드 인쇄·검증 장비 등 UDI 업무에 필요한 자원을 제공한다.	자원 배정
품질책임자	이 절차서를 승인한다. UDI 체계 수립 및 코드 생성 기록(QP-758-01-F01), 라벨링 및 포장 인쇄 적용 기록(QP-758-01-F02), 통합정보시스템 등록 기록(QP-758-01-F03)을 승인한다. UDI 표시와 등록이 끝나지 않은 제품의 출하를 금지한다.	출하 보류 결정 추적 조사와 시정조치 지시
인허가부서장	UDI 업무를 총괄하고 이 절차서를 검토한다. QP-758-01-F01 과 QP-758-01-F03 을 검토하고 공급내역 보고를 승인한다. 통합정보시스템 관리자 계정을 관리한다. 관련 법령과 GS1 규정의 변경을 감시하고 절차에 반영한다.	UDI-DI 신규 부여 여부 판단 통합정보시스템 계정 발급·삭제
인허가 담당자	GS1 회원 가입과 업체코드를 관리한다 (5.1). UDI-DI 를 생성하고 QP-758-01-F01 을 작성한다 (5.2). 통합정보시스템에 제품 정보를 등록·변경 등록하고 QP-758-01-F03 을 작성한다 (5.6, 5.7). 제품별 공급내역 보고 대상 여부를 판단한다 (5.8). 변경 시 UDI 영향을 평가한다 (5.7).	-
생산부서장	라벨 인쇄와 부착 공정을 관리하고 QP-758-01-F02 의 Lot 별 기록을 검토한다.	라벨 인쇄 중지
생산 담당자	Lot 별 생산식별자(제조번호, 사용기한)를 부여한다 (5.3). 라벨을 인쇄·부착하고 QP-758-01-F02 를 작성한다 (5.5).	-
품질부서 (QA·QC 담당자)	라벨 원본의 바코드 검증을 의뢰하고 인증서를 보관한다 (5.4). Lot 별 라벨·바코드 판독을 확인한다 (5.5). 바코드 검증 장비의 교정·점검을 관리한다 (5.9).	부적합 라벨 Lot 보류

역할	책임	권한
	추적 조사를 수행한다 (5.8).	
영업부서장 / 영업 담당자	보고 대상 제품의 공급내역을 출하 기록을 바탕으로 작성·보고한다 (5.8). 회수 시 공급처 정보를 제공한다.	-
구매부서장	라벨 원자재와 인쇄·판독 장비를 구매 절차서(QP-74-01)에 따라 구매한다.	-
연구소장	설계 변경이 UDI 에 영향을 주는지 인허가부서와 함께 검토한다 (5.7).	-

4.2 결재 체계

부서 안에서 끝나는 기록은 해당 부서장이, 제품 출하에 영향을 주는 기록은 품질책임자가 승인한다.

기록 / 결정	작성	검토	승인
UDI 체계 수립 및 코드 생성 (QP-758-01-F01)	인허가 담당자	인허가부서장	품질책임자
라벨링 및 포장 인쇄 적용 – 라벨 원본 (QP-758-01-F02)	생산 담당자	품질부서	품질책임자
라벨링 및 포장 인쇄 적용 – Lot 별 확인 (QP-758-01-F02)	생산 담당자	품질부서 (QC)	생산부서장
통합정보시스템 등록·변경 등록, 공급내역 보고 대상 판단 (QP-758-01-F03)	인허가 담당자	인허가부서장	품질책임자
공급내역 보고 (QP-758-01-F03)	영업 담당자	영업부서장	인허가부서장
추적 조사 결과 (QP-758-01-F03)	품질부서	인허가부서장	품질책임자

5. 업무절차

절	단계	관련 양식	ISO 13485:2016
5.1	GS1 회원 가입과 업체코드 관리	QP-758-01-F01	7.5.8
5.2	고유식별자(UDI-DI) 생성	QP-758-01-F01	7.5.8
5.3	생산식별자(UDI-PI) 부여	QP-758-01-F02	7.5.8, 7.5.9.1
5.4	라벨 설계와 바코드 검증	QP-758-01-F02	7.5.1, 7.5.8
5.5	라벨 인쇄·부착과 Lot 별 확인	QP-758-01-F02	7.5.1, 8.2.6, 8.3
5.6	통합정보시스템 계정 관리와 등록	QP-758-01-F03	4.2.5, 7.5.8
5.7	변경 관리	QP-758-01-F01, QP-758-01-F03	7.3.9, 7.5.8
5.8	공급내역 보고와 추적성 관리	QP-758-01-F03	7.5.9.1, 8.3.3
5.9	장비·소프트웨어·라벨 자재 관리	-	4.1.6, 7.4, 7.6

5.1 GS1 회원 가입과 업체코드 관리

입력	사업자 정보, 제품 목록
담당 (누가)	인허가 담당자 / 검토: 인허가부서장
시기 (언제)	최초 제품 출고 전, 회원 자격 갱신 시

출력	GS1 업체코드, 회원 정보 (QP-758-01-F01)

수행 방법 (어떻게)

1) 대한상공회의소 유통물류진흥원(GS1 Korea, www.gs1kr.org)에 회원으로 가입해 국가코드(880)와 업체코드를 부여받는다.
2) 업체코드, 회원 번호, 회원 유효기간을 QP-758-01-F01 에 기록한다.
3) 회원 자격이 만료되면 부여받은 코드를 사용할 수 없으므로, 인허가 담당자는 갱신 일정을 관리하고 만료 전에 갱신한다.

5.2 고유식별자(UDI-DI) 생성

입력	허가 사항(제품명, 모델명), 포장 사양서(포장단위와 포장 내 수량)
담당 (누가)	작성: 인허가 담당자 / 검토: 인허가부서장 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	허가 후 라벨 설계 전, 5.7 의 신규 부여 조건 발생 시
출력	승인된 UDI-DI 목록 (QP-758-01-F01)

수행 방법 (어떻게)

1) 모델과 포장단위마다 UDI-DI 를 1 개씩 부여한다. 최소 포장단위와 그 상위 포장단위(상자 등)는 각각 다른 UDI-DI 를 갖는다.
2) UDI-DI 는 GTIN-14 체계로 만든다. 구성은 다음과 같다.
   - 포장 단계 지시자 (1 자리): 최소 포장단위는 0, 상위 포장단위는 1~8
   - 국가코드 (880)와 업체코드 (5.1)
   - 상품품목코드: 업체코드 길이에 따라 자릿수가 정해지며, 이미 부여한 번호와 중복되지 않게 순서대로 부여한다.
   - 검증번호 (1 자리): GS1 검증번호 계산기로 산출한다.
3) 부여한 UDI-DI 는 QP-758-01-F01 의 UDI-DI 목록에 등록하고, 검증번호 계산 결과를 함께 기록한다. 한 번 부여한 UDI-DI 는 다른 제품이나 포장단위에 다시 쓰지 않는다.
4) QP-758-01-F01 은 품질책임자의 승인을 받은 뒤 라벨 설계(5.4)와 통합정보시스템 등록(5.6)에 사용한다.
5) UDI-DI 목록은 항상 최신 상태로 유지한다.

5.3 생산식별자(UDI-PI) 부여

입력	제조지시서, 제품 사양서(사용기한), QP-758-01-F01 의 생산식별자 구성
담당 (누가)	생산 담당자 / 검토: 생산부서장
시기 (언제)	제조지시 시
출력	생산식별자가 기재된 제조기록서, 라벨 인쇄 데이터 (QP-758-01-F02)

수행 방법 (어떻게)

1) 생산식별자 구성은 UDI-DI 를 생성할 때(5.2) 제품별로 정해 QP-758-01-F01 에 기록한다. 회수를 제조번호 단위로 할 수 있도록 모든 제품에 제조번호를 표시하고, 사용기한이 있는 제품(멸균 제품 등)은 사용기한을, 사용기한이 없는 제품은 제조연월을 함께 표시한다.
2) 제조번호는 생산관리 절차의 제조번호 부여 규칙에 따라 부여하며, 같은 번호를 두 번 쓰지 않는다. 제조번호는 제조기록서, 원자재 Lot, 멸균 Lot 기록(멸균 제품인 경우)과 연결되어야 한다.
3) 사용기한은 제품 사양서에 정한 기간으로 산출해 바코드에 (17) YYMMDD 로, 제조연월(일)은 (11) YYMMDD 로 표시한다.
4) 제조번호는 바코드에 (10)으로 표시한다(최대 20 자). 길이가 바뀔 수 있는 데이터이므로 바코드 데이터의 마지막에 둔다.

5.4 라벨 설계와 바코드 검증

입력	승인된 UDI-DI (QP-758-01-F01), 허가 사항과 표시기재 요구사항, 포장 사양서
담당 (누가)	작성: 생산 담당자 / 검토: 품질부서 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	최초 라벨 제작 시, 라벨·포장 변경 시
출력	승인된 라벨 원본, 바코드 검증 인증서 (QP-758-01-F02)

수행 방법 (어떻게)

1) 바코드 구성은 (01) UDI-DI 에 생산식별자((17) 사용기한 또는 (11) 제조일자, (10) 제조번호)를 붙인 형태로 한다.
2) 바코드 종류(GS1-128 또는 GS1 DataMatrix), 크기, 위치는 포장 크기와 인쇄 방식을 고려해 정하고 QP-758-01-F02 에 기록한다. 바코드 아래나 옆에 사람이 읽을 수 있는 문자(HRI)를 함께 인쇄한다.
3) 바코드는 최소 포장단위의 용기·외장과 상위 포장단위에 표시한다. 멸균 파우치의 봉합부, 접히는 부분, 곡면처럼 판독을 방해하는 위치는 피한다.
4) 라벨 원본은 표시기재 사항과 UDI 표시가 허가 사항, QP-758-01-F01 과 일치하는지 품질부서가 검토하고 품질책임자가 승인한다. 승인된 라벨 원본은 문서관리 절차서(QP-424-01)에 따라 관리한다.
5) 품질부서는 승인된 라벨로 인쇄한 시료를 유통물류진흥원에 보내 바코드 검증을 받고, 인증서를 QP-758-01-F02 에 첨부해 보관한다. 검증에 실패하면 생산부서에 알려 개선한 뒤 다시 검증한다.
6) 멸균 제품은 멸균 공정과 포장 밸리데이션(가속노화) 후 시료로 바코드가 판독되는지 확인하고 그 결과를 QP-758-01-F02 에 기록한다. 멸균 공정이나 운송·보관 중에 인쇄가 번지거나 바래면 사용 시점에 판독할 수 없기 때문이다.

5.5 라벨 인쇄·부착과 Lot 별 확인

입력	승인된 라벨 원본 (QP-758-01-F02), 제조기록서의 제조번호·사용기한
담당 (누가)	작성: 생산 담당자 / 확인: 품질부서 (QC) / 승인: 생산부서장
시기 (언제)	Lot 별 라벨 인쇄·부착 시, 완제품 검사 시
출력	Lot 별 라벨 인쇄·판독 확인 기록 (QP-758-01-F02)

수행 방법 (어떻게)

1) 인쇄 전에 작업 구역에 이전 Lot 의 라벨이 남아 있지 않은지 확인한다(라인 클리어런스).
2) 인쇄 데이터(UDI-DI, 제조번호, 사용기한)를 제조기록서와 대조하고, 첫 장을 스캐너로 판독해 바코드 데이터와 HRI 가 일치하는지 확인한 뒤 인쇄를 시작한다.
3) 라벨 발행 수량, 사용 수량, 폐기 수량을 대조해 기록하고, 남은 라벨과 불량 라벨은 해당 Lot 작업이 끝나면 폐기한다.
4) 품질부서는 완제품 검사에서 Lot 별로 표본을 정해 바코드를 판독하고, 데이터가 QP-758-01-F01, 제조기록서와 일치하는지 확인해 QP-758-01-F02 에 기록한다(ISO 13485:2016 8.2.6).
5) 판독이 안 되거나 데이터가 맞지 않으면 해당 Lot 을 보류하고 부적합품 관리 절차서에 따라 처리한다(ISO 13485:2016 8.3).
6) 품질책임자는 Lot 별 확인 결과와 통합정보시스템 등록(5.6) 완료를 확인한 뒤에만 출하를 승인한다.

5.6 통합정보시스템 계정 관리와 등록

입력	승인된 UDI-DI (QP-758-01-F01), 허가증, 제품 사양서, 승인된 라벨 원본
담당 (누가)	작성: 인허가 담당자 / 검토: 인허가부서장 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	허가 후 제품을 출고하기 전
출력	통합정보시스템 등록 기록과 등록 화면 출력본 (QP-758-01-F03)

계정 관리

1) 인허가부서장은 통합정보시스템 관리자 계정을 신청해 관리하고, 업무 담당자에게 개인별 사용자 계정을 발급한다. 공용 계정은 쓰지 않는다.
2) 담당자가 퇴사하거나 업무가 바뀌면 즉시 계정을 삭제하거나 권한을 변경하고, 계정 발급·삭제 내역을 QP-758-01-F03 에 기록한다(ISO 13485:2016 4.2.5).

제품 정보 등록

1) 인허가 담당자는 제품을 출고하기 전에 아래 정보를 통합정보시스템에 등록한다. 입력 값은 허가증, 제품 사양서, 승인된 라벨 원본에서 가져오며 QP-758-01-F03 에 그 근거 문서를 적는다.
   - 고유식별자(UDI-DI)와 포장단위, 포장 내 수량
   - 관리형태: QP-758-01-F01 에 정한 생산식별자(제조번호, 사용기한, 제조연월)
   - 멸균 의료기기 여부와 멸균 방법, 사용 전 멸균 필요 여부, 일회용 여부
   - 라텍스 포함 여부, 프탈레이트류 포함 여부, 자기공명영상(MRI) 안전 정보
   - 요양급여 대상 여부와 코드: 대상이면 코드를 입력하고, 고시 전 등 코드를 입력할 수 없으면 사유를 입력한다.
   - 저장조건과 유통취급조건: 제품 사양서의 보관 조건을 입력한다.
   - 중요 경고·금기사항, 관리책임자 연락처와 전자우편
2) 인허가부서장은 입력이 끝난 뒤 등록 정보를 허가증, QP-758-01-F01, 라벨 원본과 다시 대조해 확인한다. 등록 화면 출력본을 QP-758-01-F03 에 첨부한다.
3) 품질책임자는 QP-758-01-F03 을 승인하며, 승인 전에는 출하를 승인하지 않는다(5.5).

5.7 변경 관리

입력	허가사항 변경, 설계 변경, 라벨·포장 변경, GS1·법령 변경, 정보 정정 요청
담당 (누가)	영향 평가: 인허가 담당자 (설계 변경은 연구소장과 함께) / 검토: 인허가부서장 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	변경 결정 시
출력	개정된 QP-758-01-F01, 변경 등록 기록 (QP-758-01-F03)

수행 방법 (어떻게)

1) 인허가 담당자는 변경이 UDI 에 영향을 주는지 평가하고 결과를 QP-758-01-F01 에 기록한다. 설계 변경은 설계 및 개발 절차서(ISO 13485:2016 7.3.9)에, 위험관리 파일 영향은 위험관리 절차서(QP-71-01) 5.9 에 따른다.
2) 다음의 경우에는 새 UDI-DI 를 부여한다.
   - 제품명이나 모델명이 변경되는 경우
   - 포장단위 구성이나 포장 내 수량이 변경되는 경우
   - 멸균 상태, 멸균 방법, 사용 전 멸균 필요 여부의 표시가 변경되는 경우
   - 일회용 표시가 변경되는 경우
   - 중요 경고·금기사항(라텍스, 프탈레이트류 포함 등)이 변경되는 경우
   - 품목을 양도·양수하는 경우 (GS1 코드 관리 기준에 따름)
3) 다음의 경우에는 기존 UDI-DI 를 그대로 사용한다.
   - 표시기재 문구의 사소한 수정이나 아트워크 변경
   - 멸균 장벽 시스템과 표시 내용에 영향이 없는 포장재 변경
4) 판단이 어려운 경우 인허가부서장이 「의료기기 표준코드 생성 및 바코드 표시 가이드라인」과 GS1 기준으로 판단하고, 그 근거를 QP-758-01-F01 에 기록한다.
5) 통합정보시스템에 등록된 정보가 바뀌면 변경이 있는 날부터 10 일 이내에 변경 등록하고 QP-758-01-F03 에 기록한다.
6) 식품의약품안전처 또는 의료기기정보기술지원센터로부터 등록 정보의 정정을 요청받으면 요청받은 날부터 20 일 이내에 조치하고 QP-758-01-F03 에 기록한다.

5.8 공급내역 보고와 추적성 관리

입력	출하 기록(출하처, UDI-DI, 생산식별자, 수량, 출하일), 공급가격, 제품 등급과 요양급여 대상 여부
담당 (누가)	보고 대상 판단: 인허가 담당자 / 보고 작성: 영업 담당자 / 검토: 영업부서장 / 승인: 인허가부서장
시기 (언제)	제품 등록 시와 관련 정보 변경 시(보고 대상 판단), 보고 대상이면 매월(전월 공급분), 회수·이상사례·불만 발생 시
출력	보고 대상 판단 기록, 공급내역 보고 기록, 추적 조사 기록 (QP-758-01-F03)

공급내역 보고

1) 출하할 때마다 출하처, 제품, UDI-DI, 생산식별자, 수량, 출하일을 출하 기록에 남긴다. 출하 기록은 보고 대상 여부와 관계없이 유지한다.
2) 인허가 담당자는 제품을 통합정보시스템에 등록할 때 「의료기기법 시행규칙」 제 54 조의 2 에 따라 공급내역 보고 대상인지 판단하고, 판단 결과와 근거를 QP-758-01-F03 에 기록한다. 판단 기준은 다음과 같다.
   - 3·4 등급 의료기기: 보고 대상. 다만 식품의약품안전처장이 보고 대상에서 제외한 의료기기는 제외한다.
   - 1·2 등급 의료기기: 중고로 유통하는 의료기기, 요양급여대상 치료재료인 의료기기, 식품의약품안전처장이 보건복지부장관과 협의해 정하는 의료기기만 보고 대상이다.
   - 판단할 때는 식품의약품안전처의 공급내역 보고 민원상담 사례집 등 최신 안내를 함께 확인한다.
3) 제품 등급, 요양급여 대상 여부, 관련 법령이 바뀌면 보고 대상 여부를 다시 판단한다.
4) 보고 대상이면 영업 담당자는 매월 말일까지 전월에 공급한 의료기기의 공급내역(공급기관, 제품, 수량, 의료기관에 공급한 경우 공급가격 등)을 통합정보시스템에 보고한다.
5) 영업부서장은 보고 전에 공급내역과 출하 기록이 일치하는지 대조하고, 인허가부서장은 보고 결과를 확인해 QP-758-01-F03 에 기록한다. 보고 후 오류를 발견하면 즉시 정정 보고한다.

추적성 관리

1) 추적성의 범위는 제조번호(Lot) 단위로 하며, 사용한 원자재 Lot 부터 제품을 공급받은 인수자(의료기관 또는 판매업자)까지로 한다. 이를 위해 수입검사 기록, 제조기록서, 멸균 Lot 기록(멸균 제품인 경우), 출하 기록, 공급내역 보고 기록(보고 대상인 경우, QP-758-01-F03)을 유지한다(ISO 13485:2016 7.5.9.1).
2) 회수, 이상사례, 고객불만이 발생하면 품질부서는 UDI(제조번호)로 다음을 양방향으로 추적한다(ISO 13485:2016 7.5.9.1).
   - 제조번호 → 제조기록서, 사용한 원자재 Lot(수입검사 기록), 멸균 Lot 기록(멸균 제품인 경우)
   - 제조번호 → 출하 기록(보고 대상이면 공급내역 포함) → 공급받은 의료기관·판매업자
3) 추적 결과를 QP-758-01-F03 에 기록하고 즉시 품질책임자에게 보고한다. 회수와 권고문 발행은 관련 절차에 따르며(ISO 13485:2016 8.3.3), 이상사례 보고는 고객불만 처리 절차서에 따른다.
4) 반품 제품은 바코드를 판독해 제조번호를 확인한 뒤, 식별 및 추적성 관리 절차서에 따라 정상 제품과 구별해 보관한다.
5) 품질부서는 연 1 회 임의의 제조번호를 골라 원자재부터 공급처까지 추적이 되는지 점검하고, 결과를 QP-758-01-F03 에 기록해 경영검토에 보고한다.

5.9 장비·소프트웨어·라벨 자재 관리

수행 방법 (어떻게)

1) 라벨 원자재, 라벨 인쇄기, 바코드 스캐너·검증기는 구매 및 공급업체 관리 절차서(QP-74-01)에 따라 구매한다.
2) 라벨 인쇄 소프트웨어와 인쇄 시스템은 처음 사용하기 전과 변경했을 때 QMS 소프트웨어 밸리데이션 절차서에 따라 밸리데이션한다(ISO 13485:2016 4.1.6).
3) 인쇄 품질 등급을 측정하는 바코드 검증기는 모니터링 및 측정장비 관리 절차서에 따라 교정하고, 검증기에 쓰는 소프트웨어는 처음 사용하기 전과 변경했을 때 밸리데이션한다(ISO 13485:2016 7.6). 일반 스캐너는 사용 전에 기준 바코드를 판독해 정상 작동을 확인한다.
4) 승인된 라벨 원본과 미사용 라벨은 지정된 잠금 보관함에 보관하고, 생산 담당자만 꺼낼 수 있게 해 라벨이 뒤섞이지 않게 한다.

6. 관련문서

6.1 관련 절차서

절차서	이 절차서와의 연계
문서관리 절차서 (QP-424-01)	라벨 원본과 이 절차서의 제·개정
기록관리 절차서 (QP-425-01)	UDI 기록의 보관, 열람, 폐기
위험관리 절차서 (QP-71-01)	라벨·포장 변경의 위험 영향 평가
구매 및 공급업체 관리 절차서 (QP-74-01)	라벨 자재와 장비 구매
EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01)	멸균 후 바코드 판독성 확인
시정 및 예방조치 절차서 (QP-85-01)	UDI 관련 부적합의 시정조치
식별 및 추적성 관리 절차서	공정 중 식별, 제품 상태 표시, 반품 식별
설계 및 개발 절차서	설계 변경의 UDI 영향 검토
수입·공정·완제품 검사 및 출하 절차서	Lot 별 바코드 판독 확인, 출하 승인
부적합품 관리 절차서	라벨·바코드 부적합 Lot 처리
고객불만 처리 절차서	불만·이상사례의 추적 조사와 보고
모니터링 및 측정장비 관리 절차서	바코드 검증기 교정
QMS 소프트웨어 밸리데이션 절차서	라벨 인쇄 소프트웨어 밸리데이션
인적자원 관리 절차서	UDI 업무 담당자 교육

6.2 관련 법령 및 지침

법령 / 지침	내용
「의료기기법」, 같은 법 시행규칙	표준코드 부착, 통합정보 등록, 공급내역 보고 의무
「의료기기 통합정보 관리 등에 관한 규정」	식품의약품안전처 고시. 표준코드와 통합정보 관리 기준
「의료기기 제조 및 품질관리 기준」	식품의약품안전처 고시 제 2026-46 호
의료기기 표준코드 생성 및 바코드 표시 가이드라인	식품의약품안전처 발간
ISO 13485:2016	7.5.8 식별, 7.5.9 추적성
GS1 General Specifications	GTIN, 응용식별자, 바코드 심벌 규격
ISO/IEC 15416, ISO/IEC 15415	1 차원·2 차원 바코드 인쇄 품질 검증

위 법령과 지침은 외부 문서로서 문서관리 절차서(QP-424-01)에 따라 식별하고 배포 상태를 관리한다. 인허가부서장은 개정 여부를 확인하고, 개정되면 이 절차서에 반영한다(ISO 13485:2016 4.2.4 f)).

6.3 관련 양식 및 기록

양식 / 기록	양식 번호	관리 형태	접근 등급	보관 부서	보존기간
UDI 체계 수립 및 코드 생성	QP-758-01-F01	종이 원본	2 등급 (사내)	인허가부서	제조일부터 5 년 (수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)
라벨링 및 포장 인쇄 적용 (바코드 검증 인증서 포함)	QP-758-01-F02	종이 원본	2 등급 (사내)	품질부서	제조일부터 5 년 (수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)

양식 / 기록	양식 번호	관리 형태	접근 등급	보관 부서	보존기간
통합정보시스템 등록 및 추적성 관리	QP-758-01-F03	종이 원본 (통합정보시스템 등록 화면 출력본 첨부)	1 등급 (제한)	인허가부서	제조일부터 5 년 (수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)
라벨 인쇄 데이터	-	전자 (라벨 인쇄 소프트웨어)	계정 제한	생산부서	제조일부터 5 년 (수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)

QP-758-01-F01 과 QP-758-01-F03 처럼 제품 전체에 대한 기록은 해당 제품의 마지막으로 제조한 Lot 의 제조일부터 보존기간을 계산한다(「의료기기법 시행규칙」 제 12 조제 1 항제 4 호, ISO 13485:2016 4.2.5).

기록의 관리 형태와 접근 관리

1) 이 절차서의 기록은 종이로 작성·보관하며, 서명된 종이 기록을 원본으로 한다.
2) 통합정보시스템에 등록한 정보는 식품의약품안전처의 시스템에 보관되는 전자 정보이다. 당사의 기록 원본은 등록 화면 출력본을 첨부해 서명한 QP-758-01-F03 으로 한다.
3) QP-758-01-F03 은 추적 조사 기록에 이상사례·불만에 관한 환자 건강정보가, 공급내역에 공급가격 등 영업 정보가 포함될 수 있으므로 1 등급으로 관리한다(ISO 13485:2016 4.2.5).
4) 기록을 정정할 때는 원래 내용이 보이도록 한 줄을 긋고 정정 내용, 서명, 날짜를 적는다. 수정액이나 덧쓰기는 쓰지 않는다.
5) 보존기간이 끝난 기록의 폐기는 기록관리 절차서(QP-425-01)에 따른다.
6) 접근 등급별 보관과 열람 방법은 아래와 같으며, 위험관리 절차서(QP-71-01) 5.10 의 등급 기준과 같다.

등급	보관과 열람 방법
1 등급 (제한)	보관 부서의 잠금 보관함에 보관한다. 품질부서가 열람 신청을 접수하고 품질책임자가 승인한 뒤 열람하며, 열람 대장에 기록한다. 원본은 반출하지 않고 사본으로 대신한다.
2 등급 (사내)	보관 부서의 문서보관함에 보관하며 사내 관련자가 열람할 수 있다. 원본은 반출하지 않고, 필요하면 관리본 표시를 한 사본을 배포 대장으로 배포한다.
계정 제한 (전자)	라벨 인쇄 소프트웨어는 개인별 계정으로만 접근하고, 승인된 라벨 데이터의 수정은 권한을 받은 담당자만 한다. 데이터는 정기적으로 백업하며, 관리 방법은 QMS 소프트웨어 밸리데이션 절차서에 따른다(ISO 13485:2016 4.1.6).