FICHE 3 – Entretien courant et contrôles visuels

Maintenance préventive accessible aux aidants – Points de contrôle photo

Règles générales de sécurité

- Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant tout nettoyage ou intervention.
- Ne jamais immerger l'appareil, l'oxymètre de pouls ou le câble d'alimentation dans l'eau.
- Nettoyer uniquement les surfaces externes avec un linge humide et une solution de nettoyage douce approuvée.
- Le filtre à air n'est **ni lavable ni réutilisable**.

Fréquences d'entretien (sources : Guide utilisateur ResMed + Guide IUCPQ)

Fréquence	Actions
Hebdomadaire	Nettoyer le coffret avec linge propre légèrement humide. Inspecter la valve expiratoire (humidité, contaminants) → remplacer si besoin. Tester les avertisseurs d'alarme.
Tous les 15 jours	Changer le filtre antibactérien externe (selon guide IUCPQ).
Mensuel / 6 mois	Inspecter le filtre à air (entrée d'air à l'arrière). Remplacer tous les 6 mois ou plus tôt s'il est sale ou poussiéreux.
Tous les 2 ans	Maintenance préventive par technicien agréé + remplacement de la batterie interne.

Remplacement du filtre à air – Procédure étape par étape

1. Éteindre et débrancher l'appareil.
2. Déverrouiller le capuchon du filtre à air en tournant dans le **sens antihoraire**.
3. Tirer le capuchon pour l'enlever de l'appareil.
4. Retirer l'ancien filtre du capuchon et le jeter.
5. Insérer un nouveau filtre à air dans le capuchon.
6. Réinsérer le capuchon et le verrouiller en tournant dans le **sens horaire**.

Points de contrôle photo prioritaires pour l'entraînement du système

- *Emplacement exact de l'entrée d'air / filtre à l'arrière de l'appareil*
- *État du filtre (propre vs sale / poussiéreux / obstrué)*
- *Capuchon déverrouillé et filtre retiré (séquence de remplacement)*
- *Connexions du circuit patient (étanchéité, absence de fissures, condensation anormale)*
- *État externe du boîtier (propreté, absence de dommages, grilles d'aération libres)*
- *Indicateurs de batterie et d'alimentation sur l'écran*

Durée de vie prévue de l'appareil : 8 ans s'il est entretenu conformément aux instructions ResMed. Les appareils ayant dépassé 8 ans doivent faire l'objet d'une évaluation pour d'éventuelles options alternatives.