FICHE 4 – Réaction immédiate aux alarmes critiques

Guide pour les aidants et parents – Reconnaissance et actions

Principes fondamentaux (sources Guides utilisateur)

• Les patients dépendants d'un ventilateur doivent **toujours** avoir à disposition un équipement de ventilation auxiliaire (ventilateur de secours, réanimateur manuel ou équivalent), contrôlé régulièrement et immédiatement prêt à l'emploi.

• Les patients sous ventilation doivent être surveillés en continu par du personnel compétent ou des aidants formés, capables de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.

• La formation des aidants doit être à jour. En cas de doute sur la réaction à une alarme, contacter immédiatement le prestataire de santé ou le médecin.

Priorités d'alarme et reconnaissance visuelle

Priorité	Barre d'alarme	Signal sonore
Élevée	Rouge clignotant	10 bips toutes les 5 secondes
Moyenne	Jaune clignotant	3 bips toutes les 15 secondes
Basse	Jaune fixe	2 bips toutes les 25 secondes

Messages d'alarme prioritaires à reconnaître

• **Erreur système 140** (sécurité intégrée – arrêt du traitement)
• Basse pression / Vte bas (fuites ou déconnexion)
• Batterie interne faible / très faible
• Panne de courant totale
• Surchauffe appareil
• Apnée / Déconnexion de circuit

Actions immédiates recommandées

1. Assurer immédiatement la sécurité du patient (passer sur ventilation alternative si le traitement s'est arrêté).
2. Couper le son de l'alarme si nécessaire (bouton dédié – le voyant clignote quand le son est coupé).
3. Vérifier rapidement : connexions du circuit, état du filtre, branchement électrique.
4. Si le problème persiste → contacter immédiatement le prestataire / médecin et utiliser le moyen de secours.

Rappel critique pour les enfants avec maladie d'Ondine : Ces patients ont une capacité nulle ou très limitée à maintenir une ventilation spontanée. Toute interruption doit être traitée comme une urgence vitale. Un moyen de ventilation alternatif doit être immédiatement disponible et opérationnel.