FICHE 5 – Check-list d’inspection visuelle standardisée

Séquence recommandée pour l’entraînement du système de reconnaissance photo

Cette check-list définit l’ordre et le contenu des photographies à réaliser lors d’un contrôle de maintenance. Elle est conçue pour fournir des données d’entraînement cohérentes et sans ambiguïté au système de vision par ordinateur.

Séquence de prises de vue recommandée

1. Identification appareil

Photo de la plaque signalétique sous l’appareil (numéro de série complet et lisible).

2. Identification carte électronique

Écran d’accueil → bouton « i » → Appareil → Avancé → numéro Main board serial number.

3. Filtre à air

Vue claire de l’entrée d’air à l’arrière + état du filtre (propre / sale). Si remplacement : séquence capuchon ouvert + filtre retiré.

4. Circuit patient

Adaptateur de circuit en place, connexions étanches, absence de fissures, condensation anormale ou obstructions.

5. Écran de fonctionnement

Écran principal en ventilation : courbes présentes, indicateurs batterie et alimentation, absence d’alarme rouge.

6. État général externe

Boîtier propre, grilles d’aération libres, absence de dommages visibles, câbles en bon état.

7. Moyen de secours

Présence et état du ventilateur de secours ou du réanimateur manuel (immédiatement accessible).

8. Environnement

Appareil sur surface plane, pièce aérée, éloigné des sources de chaleur, non couvert.

Conseils pour des photos de qualité d’entraînement

- Éclairage suffisant et homogène (éviter les reflets sur l’écran).
- Cadrage serré sur l’élément concerné + une vue d’ensemble contextuelle.
- Nettoyer l’objectif du téléphone / appareil photo.
- Prendre plusieurs angles si un élément est difficile à lire (ex. : numéro de série).
- Annoter si possible la date et le contexte (contrôle routine / alarme / maintenance).

Ces documents sont destinés à soutenir la formation des aidants et l’entraînement d’un système de reconnaissance visuelle. Ils ne remplacent en aucun cas les notices constructeur, les formations certifiées, ni les consignes des équipes médicales. En cas de doute, contacter immédiatement le prestataire de santé ou le médecin traitant.