



UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

CARRERA ODONTOLÓGICA

UNIDAD ACADÉMICA ACREDITADA AL CEUB
POR RESOLUCIÓN N° 006/2016 DE LA EX CNEU

Siglo XX - Norte Potosí - Bolivia



Siglo XX, 29 de marzo del 2023

CARR. ODONT. CITE. N° 83/2023

UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

Señor:

Lic. Nicanor Jiménez Chuca

DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIVERSIDAD NACIONAL "SIGLO XX"

Presente. -

U. N. S. XX
D. A. F.
No. de Registro: 2287
Fecha: 30 MAR 2023
Recibido a horas: 11:05
FLMA

Ref.: SOLICITUD DE MANTENIMIENTO COMPRESORAS/

De mi mayor consideración:

La Dirección de la Carrera de Odontología, mediante la presente solicitamos a su distinguida Autoridad instruir a quien corresponda el mantenimiento de las compresoras 20 hp marca schulz de la Calle Sucre y la Clínica Siglo XX; para que pueda realizar el respectivo calibrage del sensor de presión la interface electrónica, rectificación de los códigos de alarma y otros. Donde adjuntamos la nota del encargado de mantenimiento de la clínica.

Sin otro particular y en espera de contar con lo solicitado me despido con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente,

[Firma]
D. Boris R. Palino Martínez
DIRECTOR
CARRERA DE ODONTOLÓGICA
U.N.S.XX



Cc/Arch.

CARRERA DE ODONTOLOGIA

MANTENIMIENTO CLINICA ODONTOLOGIA

Siglo XX 8 de febrero del 2023

Oficio N 06/23 Mant. Cl. Odt.

Señor: Dr. Jalme Flores A.

JEFE DE CLINICA CARRERA DE ODONTOLOGIA

Presente.-

Ref. INFORME FUNCIONAMIENTO DE COMPRESORAS

Distinguido Doctor.

A solicitud de su autoridad, me permito informarle que se tiene dos compresoras cada una de 20 hp, marca schulz de industria brasilera una compresora abaste las clínicas de Odontopediatria y cirugía bucal. La otra abastece de aire a las clínicas de prótesis removible, Operatoria, pos grado y sala de admisión, ambas compresoras trabajan desde horas 8:00 a.m. a 18:15 p.m. en su total capacidad, si una de las compresoras se dañara por diferentes factores se pararía un lado de las clínicas con sus respectivas especialidades por piso ya que es de conocimiento su reparación o sustitución de repuestos por lo menos se tarda mínimamente 15 días lo que perjudicaría el calendario académico, por lo es necesario tener otro compresor más accesorios de la misma capacidad que entre en funcionamiento inmediatamente ante cualquier eventualidad que se presente.

Se tiene un informe de Agencias generales solicitando accesorios de control de fase y otros que a la fecha no se adquirió.

Por ultimo solicitarle que realice los trámites a quien corresponda para realizar el mantenimiento respectivo para calibrar el sensor de presión, la interface electrónica rectificación de los códigos de alarma y otros. Necesarios para su buen funcionamiento de las compresoras schulz de 20 hp que se hallan en la Clínica de Siglo XX y una de 15 Hp de la calle sucre para este año.

No dudando de su aceptación y comprensión me suscribo de su autoridad, con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente.


Sr. Santos Cuellar S.

Enc. Mant. Cl. Odt.

Cc/ direccion. AA.FF. Arch.

