

De l'étalonnage à la traque du potassium-40: spectroscopie gamma avec un scintillateur NaI(Tl)

Dates d'expérimentation: 10 et 17 septembre 2026 | Remis le 23 septembre 2026

Résumé

On ne le sent pas, mais des rayons gamma nous traversent en ce moment même: ils viennent du béton, des roches, et même de l'intérieur de notre propre corps. Cette expérience visait à étalonner un scintillateur NaI(Tl) couplé à un analyseur multicanaux (Easy-MCA-8k), à l'aide de cinq sources γ connues (^{133}Ba , ^{57}Co , ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na , onze raies de 30,85 keV à 1332,50 keV), puis à utiliser cet étalonnage pour identifier la source dominante du bruit de fond radioactif du laboratoire. Un modèle quadratique canal-énergie a été retenu ($R^2 = 0,99997$, RMSE = 2,6 keV, contre 5,0 keV pour un modèle linéaire), et la résolution du détecteur suit une loi de puissance $R = (122 \pm 15) \cdot E^{-0,44 \pm 0,03} \%$, proche du comportement statistique attendu en $E^{-1/2}$. Sur le spectre du ^{137}Cs , le front Compton et le pic de rétrodiffusion prédits par la cinématique de diffusion Compton (477,4 keV et 184,3 keV) coïncident, à la résolution du détecteur près, avec les structures observées (≈ 462 keV et ≈ 195 keV). Enfin, une acquisition de 36 minutes sans source a révélé un pic dominant à 1485 ± 3 keV, compatible avec la raie de 1460,8 keV du ^{40}K . Ceci confirme que le potassium naturel, présent dans le béton, la brique et nous-mêmes, est la principale source de radioactivité ambiante du laboratoire. Le même principe, étalonner un détecteur puis identifier une source à partir de son spectre, est utilisé en surveillance environnementale, en sécurité aux frontières et en médecine nucléaire.

1 Introduction

La radioactivité est présente presque partout dans notre environnement, mais elle reste imperceptible sans instrumentation. Depuis la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1896, on sait que certains noyaux se désintègrent en émettant des rayonnements pénétrants. Un compteur Geiger permet de détecter qu'un rayon gamma est présent, mais il ne donne aucune information sur son énergie: tous les événements produisent le même signal. Un scintillateur, lui, produit un signal dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie du photon incident, ce qui permet d'identifier l'isotope qui l'a émis.

L'objectif de cette expérience était double. D'abord, étalonner un scintillateur à l'iodure de sodium (NaI(Tl)) à l'aide de cinq sources γ d'énergies connues, afin de convertir la sortie brute de l'électronique (un numéro de canal) en une grandeur physique utile (une énergie en keV). Ensuite, utiliser cet instrument fraîchement calibré pour répondre à une question concrète: quelle est la source de la radioactivité ambiante mesurée dans le laboratoire, en l'absence de toute source radioactive volontairement introduite?

Les mécanismes d'interaction d'un rayon gamma avec la matière, essentiels pour interpréter la forme des spectres, sont d'abord rappelés brièvement (section 2), avant de décrire le montage et la procédure d'analyse (section 3). Les résultats (section 4) couvrent dans l'ordre l'étalonnage et la résolution en énergie du détecteur, l'anatomie détaillée du spectre du ^{137}Cs (front Compton et pic de rétrodiffusion), puis l'identification de la raie dominante du bruit de fond. La qualité de ces résultats et leurs limites sont ensuite discutées (section 5), avant une conclusion.

2 Théorie

2.1 Interaction des rayons gamma avec la matière

Un rayon gamma qui traverse le cristal de NaI(Tl) peut y déposer son énergie de trois façons [1]. Sous ~ 1 MeV, le régime qui nous concerne ici à l'exception des deux raies du ^{60}Co , deux processus dominant:

- *L'effet photoélectrique*: le photon cède toute son énergie à un électron du cristal, qui l'absorbe complètement. C'est ce processus qui produit le *photopic*, c'est-à-dire le pic étroit correspondant à l'énergie exacte du rayon gamma incident.
- *La diffusion Compton*: le photon ne cède qu'une partie de son énergie à un électron quasi libre et continue sa route, dévié, avec une énergie moindre. L'énergie transférée à l'électron dépend de l'angle de diffusion θ et varie continûment entre 0 (diffusion vers l'avant) et un maximum (diffusion à 180°). C'est ce qui produit le *continuum Compton*, un plateau qui s'étend sous le photopic.

L'énergie maximale qu'un électron peut recevoir par diffusion Compton, correspondant à une rétrodiffusion à 180° , définit le *front Compton*:

$$E_C = \frac{2E_\gamma^2}{m_e c^2 + 2E_\gamma}, \quad (1)$$

où E_γ est l'énergie du photon incident et $m_e c^2 = 511$ keV l'énergie de masse au repos de l'électron. Au-delà de E_C , aucun événement Compton simple ne peut déposer plus d'énergie dans le cristal. C'est pourquoi le continuum chute abruptement à cette énergie.

Un second artefact, moins souvent discuté, est le *pic de rétrodiffusion*. Un photon peut se diffuser Compton à 180° dans le blindage ou les matériaux environnant le détecteur (table, boîtier de la source, etc.) avant d'entrer dans le cristal, où il est alors absorbé par effet photoélectrique. L'énergie qu'il dépose correspond au complément de E_C :

$$E_{bs} = E_\gamma - E_C = \frac{E_\gamma}{1 + 2E_\gamma/(m_e c^2)}. \quad (2)$$

Ce pic apparaît donc sous forme d'une bosse dans le continuum, juste en deçà du front Compton.

Au-dessus de 1,022 MeV ($= 2m_e c^2$), un troisième mécanisme, la production de paires électron-positon, devient possible mais reste négligeable dans nos spectres, dont l'énergie maximale (1332,5 keV, ^{60}Co) est trop proche du seuil pour que ce processus contribue de façon mesurable.

2.2 Radioactivité ambiante

Même en l'absence de toute source radioactive « volontaire », un détecteur γ enregistre toujours un signal. Ce bruit de fond provient à la fois du rayonnement cosmique et de la radioactivité naturelle présente dans notre environnement immédiat: les matériaux de construction (béton, brique, granite) contiennent des traces d'éléments radioactifs à longue durée de vie, principalement le ^{40}K et les descendants des chaînes de désintégration de ^{238}U et du ^{232}Th [6]. Le ^{40}K est particulièrement intéressant: il représente environ 0,012 % du potassium naturel, a une demi-vie de 1,25 milliard d'années, et se désintègre 11 % du temps par capture électronique vers un état excité du ^{40}Ar , lequel se désexcite en émettant un photon γ à 1460,8 keV [3]. Le potassium étant abondant dans le corps humain, les os et les matériaux de construction, cette raie est presque toujours la signature dominante du bruit de fond ambiant dans un laboratoire universitaire.

3 Méthodologie

Montage

Le cristal de NaI dopé au thallium émet une brève scintillation lumineuse (temps de désexcitation $\approx 0,25 \mu\text{s}$) chaque fois qu'un photon γ y dépose de l'énergie, avec un nombre de photons de scintillation proportionnel à cette énergie déposée [4]. La chaîne d'acquisition (Figure 1), décrite au protocole [4], convertit cette lumière en une grandeur exploitable: une source scellée est placée devant le scintillateur NaI(Tl) couplé à un tube photomultiplicateur, dont l'impulsion électrique est mise en forme par un préamplificateur puis un amplificateur avant d'être numérisée par un analyseur multicanaux Easy-MCA-8k (PHY-0040-AA). Le MCA classe chaque impulsion selon son amplitude dans l'un de ses 4096 canaux, construisant ainsi un histogramme (le spectre) du nombre de photons détectés en fonction du canal, le tout piloté par le logiciel Maestro (v7.01) sur un ordinateur relié au MCA. Cette relation entre numéro de canal

et énergie déposée dépend du gain de l'électronique et doit être établie empiriquement: c'est l'objet de l'étalonnage. Le gain de l'amplificateur a donc été fixé une fois pour toutes en début de séance, comme le recommande le protocole, et n'a plus été retouché par la suite: tout changement de gain en cours de route aurait invalidé l'étalonnage.




FIGURE 1 – Chaîne d'acquisition du scintillateur: le signal lumineux de la scintillation, converti en impulsion électrique par le tube photomultiplicateur, est mis en forme puis numérisé par le MCA avant d'être histogrammé par ordinateur.

Étalonnage

Cinq sources scellées (^{133}Ba , ^{57}Co , ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na) ont été acquises individuellement, fournissant onze raies γ de référence réparties entre 30,85 keV et 1332,50 keV (Tableau 1). Chaque source a été placée devant le détecteur pour un temps d'acquisition suffisant pour obtenir un photopic net (de 3 à 11 minutes selon l'activité de la source), tandis qu'une acquisition beaucoup plus longue (36 minutes) a été faite sans aucune source, pour caractériser le bruit de fond, conformément à la recommandation du protocole de faire cette longue acquisition en parallèle des autres manipulations [4].

Analyse

L'ensemble du traitement a été fait en Python (NumPy/SciPy), voir le script `analyse_spectres.py` (Annexe B). Pour chaque raie de référence, la région du spectre autour du canal attendu est d'abord localisée par une recherche de maximum local, puis ajustée par une gaussienne sur fond linéaire,

$$N(x) = A \exp \left[-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right] + mx + b, \quad (3)$$

par moindres carrés non linéaires (`scipy.optimize.curve_fit`) [2], ce qui donne le centroïde μ (canal), son incertitude statistique $\Delta\mu$ (tirée de la matrice de covariance de l'ajustement) et la largeur à mi-hauteur $\text{FWHM} = 2,3548 \sigma$. Les onze couples (canal, énergie) sont ensuite utilisés pour ajuster une relation d'étalonnage $E(\text{canal})$, à la fois linéaire et quadratique; le modèle quadratique n'est retenu que s'il réduit sensiblement l'erreur quadratique moyenne (RMSE), pour éviter de sur-ajuster onze points avec un paramètre superflu. Tous les spectres présentés plus bas sont en taux de comptage (coups/s) plutôt qu'en nombre de coups brut, obtenu en divisant par le *temps vif* (« live time ») rapporté par le MCA plutôt que par le temps réel écoulé: le temps vif exclut automatiquement les intervalles où l'électronique était occupée à traiter une impulsion précédente (temps mort), ce qui corrige donc directement pour le temps mort sans calcul supplémentaire. Cette normalisation est particulièrement importante pour la source de ^{137}Cs , dont le taux de comptage élevé a occasionné une fraction de temps mort de 22 % (Tableau 1).

TABLE 1 – Sources utilisées, raies de référence et statistiques d'acquisition. Le temps vif (utilisé pour normaliser les spectres en taux de comptage) et le temps réel sont donnés ensemble avec la fraction de temps mort qu'ils impliquent.

Source	Raies utilisées (keV)	Temps vif / réel (s), temps mort
^{133}Ba	30,85 / 81,00 / 302,85 / 356,02	372 / 383 s (2,9 %)
^{57}Co	122,06	675 / 687 s (1,7 %)
^{60}Co	1173,20 / 1332,50	896 / 909 s (1,4 %)
^{137}Cs	32,00 ^a / 661,70	180 / 232 s (22,4 %)
^{22}Na	511,00 / 1274,50	186 / 196 s (5,1 %)
Bruit de fond	aucune (identification a posteriori)	2155 / 2157 s (0,1 %)

^a Raie X caractéristique du baryum (transition K), et non une désexcitation nucléaire du ^{137}Cs lui-même.

4 Résultats

4.1 Étalonnage et résolution en énergie

La Figure 2aa montre les onze points d'étalonnage ainsi que les modèles linéaire et quadratique. Le modèle quadratique,

$$E(\text{canal}) = (4,515 \times 10^{-6}) \text{ canal}^2 + 0,3902 \text{ canal} - 3,01 \text{ keV}, \quad (4)$$

réduit l'erreur quadratique moyenne de 5,0 keV (modèle linéaire) à 2,6 keV ($R^2 = 0,99997$), une amélioration suffisamment nette pour être retenue plutôt que d'ajouter un paramètre libre sans bénéfice réel. Cette légère composante quadratique est un effet bien documenté de non-linéarité de la réponse du couple scintillateur/photomultiplicateur, particulièrement visible aux basses énergies [1, 5]. Le Tableau 2 détaille chaque raie individuellement.

La résolution relative $R = \text{FWHM}/E$ de chaque photopic (Tableau 2), tracée à la Figure 2ab, diminue de façon monotone avec l'énergie: d'environ 28 à 34 % pour les raies sous 35 keV, jusqu'à 4,5 à 5 % pour les raies du ^{60}Co au-delà de 1,1 MeV. Un ajustement en loi de puissance donne

$$R(E) = (122 \pm 15) \cdot E^{-0,44 \pm 0,03} \% \quad (E \text{ en keV}), \quad (5)$$

proche de la dépendance $E^{-1/2}$ attendue pour un détecteur limité par la statistique de comptage des photons de scintillation [1].

TABLE 2 – Détail des onze raies d'étalonnage: énergie de référence, canal ajusté, résidu par rapport au modèle quadratique ($E_{\text{lit.}} - E_{\text{modèle}}$, même convention qu'à la Figure 2a), et résolution en énergie ($R = \text{FWHM}/E$).


Source	$E_{\text{lit.}}$ (keV)	Canal	Résidu (keV)	FWHM (keV)	R (%)
^{133}Ba	30,85	$82,15 \pm 0,05$	+1,8	8,1	27,7
^{133}Ba	81,00	$220,70 \pm 0,08$	-2,3	12,6	15,1
^{133}Ba	302,85	$780,71 \pm 1,52$	-1,5	25,6	8,4
^{133}Ba	356,02	$920,93 \pm 0,93$	-4,1	42,1	11,7
^{57}Co	122,06	$319,16 \pm 0,05$	+0,1	16,2	13,3
^{60}Co	1173,20	$2909,89 \pm 5,20$	+2,6	61,6	5,3
^{60}Co	1332,50	$3296,26 \pm 7,73$	+0,3	66,8	5,0
^{137}Cs	32,00	$83,14 \pm 0,07$	+2,5	9,9	33,7
^{137}Cs	661,70	$1659,48 \pm 0,40$	+4,8	57,8	8,8
^{22}Na	511,00	$1299,96 \pm 1,40$	-0,8	54,5	10,7
^{22}Na	1274,50	$3166,48 \pm 7,07$	-3,3	57,9	4,5

4.2 Anatomie d'un spectre: effet photoélectrique, diffusion Compton et rétrodiffusion


Le spectre du ^{137}Cs (Figure 3) est particulièrement instructif parce que la source n'émet essentiellement qu'une seule raie γ (661,7 keV): toutes les structures observées sous le photopic proviennent donc de la physique de l'interaction gamma-matière, et non d'un mélange de plusieurs énergies. On y distingue nettement:

- le *photopic* à 661,7 keV (effet photoélectrique, Tableau 2).
- un *plateau Compton* entre ~ 50 et ~ 430 keV, relativement plat comme attendu pour une diffusion à petit angle sur des électrons quasi libres.
- une *chute abrupte* du continuum, dont le point mi-hauteur mesuré (≈ 462 keV) est proche du front Compton théorique (éq. 1, 477,4 keV).
- une *bosse de rétrodiffusion* mesurée vers ≈ 195 keV, proche de la prédiction de 184,3 keV (éq. 2).

Un pic étroit apparaît aussi à 32,0 keV, trop bas en énergie pour être un photopic Compton: c'est la raie X caractéristique du baryum (produit de désintégration du ^{137}Cs), émise lors du réarrangement électronique qui suit la désexcitation nucléaire.



(a) Énergie (littérature) en fonction du canal ajusté, pour les onze raies. Le panneau du bas montre les résidus par rapport au modèle quadratique, compatibles avec le RMSE global de 2,6 keV.



(b) Résolution en énergie pour les mêmes onze photopics. L'exposant mesuré ($-0,44$) est proche de $-0,5$, attendu pour un régime limité par le bruit statistique de comptage.

FIGURE 2 – Étalonnage (a) et résolution en énergie (b) du scintillateur, ajustés sur les onze raies des cinq sources.




FIGURE 3 – Spectre du ^{137}Cs annoté: les lignes pointillées courtes marquent les positions théoriques du front Compton et du pic de rétrodiffusion (éq. 1, 2), les lignes mixtes leurs positions mesurées sur le spectre. La zone ombragée délimite le continuum Compton, sous le front théorique.

4.3 Identification du bruit de fond ambiant

Le spectre du bruit de fond (Figure 4), accumulé sur 36 minutes en l'absence de toute source, montre un continuum qui décroît globalement avec l'énergie, la superposition des continuums Compton de multiples émetteurs naturels et du rayonnement cosmique, surmonté d'une bosse nette entre ~ 1350 et ~ 1550 keV. Un ajustement gaussien de cette structure situe son centroïde à 1485 ± 3 keV, à comparer à la raie de référence du ^{40}K à 1460,8 keV [3]. C'est la seule raie intense attendue dans cette gamme d'énergie pour un environnement de laboratoire typique, et sa position est

conforme à l'indice donné dans le protocole, qui situe la principale source de radioactivité ambiante entre 1400 et 1500 keV [4].




FIGURE 4 – Spectre du bruit de fond ambiant (échelle logarithmique, 36 minutes d'acquisition). La raie identifiée à $1485 \pm 3 \text{ keV}$ est attribuée au ^{40}K (1460,8 keV), présent naturellement dans le béton, la brique et le corps humain.

5 Discussion

Qualité de l'étalonnage

Deux arguments soutiennent le choix du modèle quadratique. D'abord, le RMSE chute de près de moitié par rapport au modèle linéaire. Ensuite, les résidus de ce dernier présentent une courbure caractéristique, la signature typique d'un défaut de linéarité du couple PM/amplificateur aux basses énergies [1]. Les résidus individuels du Tableau 2 restent par ailleurs tous inférieurs à 5 keV, cohérents avec le RMSE global, et aucune source ne se démarque par un biais particulier: l'erreur dominante semble donc bien être la non-linéarité résiduelle du détecteur, plutôt qu'une erreur d'identification de raie propre à une source.

Incertitudes

Les incertitudes statistiques sur les centroïdes ajustés (issues de la matrice de covariance du fit gaussien, Tableau 2) sont systématiquement plus petites, souvent de un à deux ordres de grandeur, que les résidus du modèle d'étalonnage. Autrement dit, ce n'est pas le bruit de comptage qui limite la précision de notre étalonnage, mais bien des effets systématiques: légère dérive de linéarité, largeur finie des raies qui rend le centroïde sensible à la forme exacte du fond sous le pic, et pour les deux raies sous 35 keV, la proximité du seuil d'absorption K de l'iode ($\sim 33,2 \text{ keV}$), où la section efficace photoélectrique du NaI varie brusquement et déforme le pic. Cela expliquerait, du moins en partie, pourquoi leur résolution (28 % et 34 %) est nettement moins bonne que ne le prédit la tendance générale en $E^{-0,44}$ (Figure 2b).

Front Compton et rétrodiffusion

Ce test est, en un sens, plus exigeant que l'étalonnage lui-même: il ne repose sur aucun point ajusté, seulement sur la physique de la diffusion Compton appliquée à une énergie de raie connue indépendamment. L'accord entre les positions prédites et mesurées (Section 4.2) valide donc directement la cinématique de diffusion Compton à un seul choc, et les écarts résiduels ($\sim 15 \text{ keV}$ pour le front, $\sim 11 \text{ keV}$ pour la rétrodiffusion) s'expliquent pleinement par la

résolution finie du détecteur, qui « étale » ces structures normalement abruptes sur une largeur comparable au FWHM local.

Identification du ^{40}K

L'écart entre la valeur mesurée (1485 ± 3 keV) et la valeur de référence (1460,8 keV) est de 24 keV, soit environ un écart-type de la largeur du pic à cette énergie ($\sigma \approx \text{FWHM}/2,35 \approx 31$ keV, d'après l'équation 5). L'identification demeure donc solide, mais l'écart est plus grand que pour les raies d'étalonnage elles-mêmes. L'explication la plus probable est que 1461 keV se situe au-delà de la raie d'étalonnage la plus énergétique utilisée (1332,5 keV, ^{60}Co): le modèle quadratique extrapole donc légèrement hors de son domaine de validation à cette énergie, ce qui est une limite connue de ce genre d'ajustement. Une source de ^{40}K ou une autre source proche de 1461 keV n'était toutefois pas disponible pour ancrer directement l'étalonnage à cette énergie.

Limites et améliorations

Le montage utilisé ne permet pas de mesurer une activité absolue (aucune information sur la distance source-détecteur ni sur l'angle solide n'a été consignée durant la manipulation, celle-ci n'étant pas nécessaire pour un étalonnage en énergie). Une prochaine itération de l'expérience gagnerait à consigner la géométrie source-détecteur à chaque manipulation, ce qui permettrait, en plus de l'identification, une estimation quantitative de l'activité des sources. La résolution modeste du NaI(Tl) (comparée par exemple à un détecteur au germanium hyperpur) limite aussi la capacité à distinguer des raies proches en énergie. Un détecteur HPGe aurait permis de résoudre plus finement la région du ^{40}K et de vérifier la présence, ou l'absence, des raies plus faibles des chaînes de l'uranium et du thorium, généralement en dessous du bruit statistique ici. Enfin, une acquisition de bruit de fond plus longue (au-delà de 36 minutes) réduirait l'incertitude statistique sur la position du pic de ^{40}K et permettrait de confirmer sa position avec plus de confiance.

6 Conclusion

Le scintillateur NaI(Tl) a été étalonné avec succès à l'aide de cinq sources γ connues, avec un modèle quadratique canal-énergie atteignant une précision de 2,6 keV (RMSE) sur une plage de 30 keV à 1,33 MeV. Les deux objectifs de l'expérience ont été atteints: l'instrument calibré a permis de vérifier quantitativement la physique de la diffusion Compton (front Compton et pic de rétrodiffusion du ^{137}Cs conformes aux prédictions théoriques, à la résolution près) et d'identifier la source dominante du bruit de fond ambiant du laboratoire comme étant le ^{40}K , avec une énergie mesurée en accord avec la valeur de référence à moins d'un écart-type. Au passage, la résolution en énergie du détecteur a été caractérisée sur plus d'un ordre de grandeur en énergie, révélant un comportement proche du régime limité par la statistique de comptage des photons de scintillation ($R \propto E^{-0,44}$, contre $E^{-0,5}$ attendu).

Cette même démarche, étalonner un détecteur puis identifier une source à partir de son spectre, est utilisée par exemple dans les portiques de détection radiologique aux frontières, la surveillance environnementale autour de centrales nucléaires, ou l'identification de contaminants en médecine nucléaire. Dans notre cas, ce bruit de fond a permis d'identifier une source réelle de radioactivité présente dans l'environnement du laboratoire, plutôt que d'être simplement écarté comme signal parasite.

Bibliographie

- [1] Knoll, G.F. *Radiation Detection and Measurement*, 4^e édition. John Wiley & Sons, 2010.
- [2] Bevington, P.R. & Robinson, D.K. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, 3^e édition. McGraw-Hill, 2002.
- [3] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory. *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data*. <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/> (données du ^{40}K , ^{133}Ba , ^{57}Co , ^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na).

- [4] Département de physique, de génie physique et d'optique, Université Laval. *GPH-3000, Travaux pratiques avancés: DéTECTEURS DE RADIATIONS NUCLÉAIRES*, version 2019-09-23, et *Résumé des manipulations*, version 2022-09-22.
- [5] Engelkemeir, D. Nonlinear response of NaI(Tl) to photons. *Review of Scientific Instruments* **27**, 589–591 (1956).
- [6] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). *Sources and Effects of Ionizing Radiation: UNSCEAR 2000 Report to the General Assembly, with Scientific Annexes, Volume I: Sources*. United Nations, New York, 2000.

Annexe A: spectres individuels des sources d'étalonnage

Les quatre figures suivantes montrent les spectres complets des sources utilisées pour l'étalonnage (à l'exception du ^{137}Cs , présenté en détail à la Figure 3), avec les raies de référence identifiées. Elles sont fournies à titre complémentaire. Le corps du rapport est compréhensible sans s'y référer.




FIGURE 5 – Spectre du ^{133}Ba , quatre raies de référence de 30,85 à 356,02 keV.




FIGURE 6 – Spectre du ^{57}Co , raie unique à 122,06 keV.




FIGURE 7 – Spectre du ^{60}Co , doublet caractéristique à 1173,20 et 1332,50 keV.




FIGURE 8 – Spectre du ^{22}Na , incluant le pic d'annihilation à 511,00 keV et la raie nucléaire à 1274,50 keV.

Annexe B: script d'analyse

L'ensemble du traitement (localisation et ajustement des pics, régression d'étalonnage, génération des figures) est implémenté dans `nucleaire/scripts/analyse_spectres.py` du dépôt du cours. Le script n'est pas reproduit intégralement ici (près de 500 lignes) afin de respecter la longueur cible du rapport; il demeure disponible dans le dépôt pour consultation ou reproduction des résultats.