Journée du 25/11/2026 · TP 1 sur 5 · durée 45 min · en binôme

Mon micromètre est-il juste ?

Puis-je me fier à ce micromètre pour contrôler une pièce à 0,15 mm de tolérance ?

Il vous faut. un micromètre 0-25 mm (notez son numéro), la cale de 10 mm, un chiffon ou des gants, Ellistat.

1 Je prédis

Mon micromètre sera-t-il capable pour une tolérance de 0,15 mm ? ☐ oui ☐ non ☐ je ne sais pas

2 Je mesure

Mesurer la cale de 10 mm **25 fois**, au cliquet. **Retirer puis remettre la cale** à chaque mesure. Noter toutes les valeurs, avec les trois décimales (10,000 et non 10). Micromètre n° _____

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25			

3 Je saisis dans Ellistat

a. **Gage R&R**, onglet **Justesse**, bouton **ajouter une justesse**.

b. Remplir : **Nom** = votre prénom ; **Nombre de mesures** 25 ; **Valeur vraie** 10,000 ; **LSI** 9,925 ; **LSS** 10,075 ; **Valeur de k** 3. Valider.

c. Taper les 25 mesures dans la liste « Mesures », une par ligne, avec toutes les décimales.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « Résultats statistiques », ligne **Cgk** : Cgk = _____

Repère du livret Bosch : un instrument est capable quand Cgk dépasse **1,33**.

5 Je décide

Pour une tolérance de 0,15 mm, mon micromètre est ☐ capable ☐ pas capable. Ma prédiction était ☐ juste ☐ fausse.

Mot nouveau

Cgk : une note unique pour dire si l'instrument est à la fois *groupé* (mêmes valeurs d'une mesure à l'autre) et *centré* (proche de la vraie valeur de la cale).