Journée du 25/11/2026 · TP 2 sur 5 · durée 15 min · en binôme

Jusqu'où peut-il aller ?

Quelle est la plus petite tolérance que mon micromètre peut contrôler ?

Il vous faut. l'étude « Justesse » du TP 1 dans Ellistat. Aucune nouvelle mesure.

1 Je prédis

Mon micromètre est capable pour 0,15 mm de tolérance. Le sera-t-il encore pour :

Tolérance	Ma prédiction	Résultat (étape 5)
0,05 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
0,02 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
0,01 mm	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non

2 Je mesure

Rien à mesurer : on réutilise les 25 mesures du TP 1.

3 J'ouvre mon étude dans Ellistat

Gage R&R, onglet **Justesse**. Choisir votre étude dans la liste en haut à gauche, puis lire le tableau « Résultats statistiques ».

4 Je lis un seul chiffre

Ligne **Tolerance min** : Tolerance min = _____ mm

C'est la plus petite tolérance pour laquelle ce micromètre, avec ma façon de mesurer, reste capable.

5 Je décide

Règle : une tolérance est contrôlable si elle est **supérieure ou égale** à la Tolerance min. Compléter la colonne « Résultat » du tableau de l'étape 1.

Avec ce micromètre, je peux contrôler une cote jusqu'à une tolérance de _____ mm.

Ma prédiction était ☐ juste ☐ à corriger.

Une cote de mon poste a une tolérance de _____ mm : je la contrôle avec ce micromètre ? ☐ oui ☐ non

Mot nouveau

Tolerance min : ce chiffre ne dépend que de la dispersion de vos mesures et de leur décalage avec la cale, pas de la tolérance que vous avez saisie. Un même instrument passe pour une cote et échoue pour une autre.