Journée du 25/11/2026 · TP 4 sur 5 · durée 30 min · en binôme

Avec ou sans cliquet

La façon de serrer change-t-elle la mesure ?

Il vous faut. le même micromètre à cliquet, la même cale de 10 mm, Ellistat. Même opérateur pour les deux séries.

1 Je prédis

Si je serre à la main, sans le cliquet, mes valeurs seront : ☐ plus grandes ☐ plus petites ☐ plus dispersées ☐ pareilles

2 Je mesure

Série A, avec le cliquet : 15 mesures, toujours le même nombre de crans. **Série B, sans le cliquet** : 15 mesures en serrant le tambour à la main, comme d'habitude, sans forcer. Retirer la cale à chaque mesure. Noter les trois décimales.

Série A (avec cliquet)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

Série B (sans cliquet)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	

3 Je saisis dans Ellistat

a. Dans une grille, deux colonnes nommées **Cliquet** et **Main** : taper les 15 valeurs de chaque série.

b. **Stats Desc.**, onglet **Détail**. Cliquer sur le nom de la colonne dans la liste « Échantillons » à gauche.

4 Je lis un seul chiffre

Dans le tableau « PARAMÈTRES », ligne **Ecart type**, pour chaque série :

Avec cliquet : _____ Sans cliquet : _____

5 Je décide

La série la plus dispersée est ☐ avec cliquet ☐ sans cliquet.

Consigne à afficher au poste (une phrase) :

Mot nouveau

Écart type : la taille de la dispersion des mesures. Plus il est petit, plus les valeurs sont groupées. Les deux séries sont mesurées par la même personne : seule la façon de serrer change.