

Nom : Entreprise :

Le principe : pendant trois jours, on travaille sur de vraies pièces. On les mesure, on juge si le lot plaît au client, on surveille une production, puis on vérifie si nos instruments méritent notre confiance. Les calculs sont faits par Excel. Votre travail : mesurer avec soin, lire les résultats, décider.



Nos pièces : 20 butées tournées. On mesure le **petit diamètre**, tolérance 11,85 / 12,00 mm.
Nos instruments : un pied à coulisse au 1/50 (0,02 mm) et un micromètre numérique 0-25 mm au 0,001 mm.

Sommaire

Fiche	Titre	Jour
A	Flash mesure en aveugle	J1
B	Notre lot de production	J1
C	Trois clients, un seul lot	J1
D	Production simulée et carte $\bar{X}/R$	J2
M	Mission d'intersession : ma cote critique	J2 à J3
E	Étude R&R : pied à coulisse contre micromètre	J3
F	Plan de maîtrise d'une cote	J3
Q	Évaluation finale	J3

Mots à connaître

Mot	Ce que ça veut dire, avec mes mots
Moyenne	
Écart-type	
Tolérance (IT)	
Cp	
Cpk	
Cause commune / cause spéciale	
Limite de contrôle	
Répétabilité	
Reproductibilité	

On remplit ce tableau au fil des trois jours, avec ses propres mots.



Flash mesure en aveugle

Jour 1 · 40 min · pied à coulisse puis micromètre



Objectif : constater par soi-même ce que donne la mesure d'une même pièce par plusieurs personnes.

Consignes

1. Mesurez le **petit diamètre** des butées n° 1 à 5, au pied à coulisse.
2. Écrivez chaque valeur sur un post-it, **sans la montrer** ni en parler.
3. Recopiez vos valeurs ci-dessous. Le formateur affiche ensuite les valeurs de tout le groupe.
4. Mesurez ensuite la butée n° 1 au micromètre. Annoncez au formateur vos deux valeurs pour la butée n° 1 (pied à coulisse et micromètre). Il les note au tableau.

Mes mesures (mm)

Butée n°	1	2	3	4	5
Pied à coulisse					
Micromètre					

Les valeurs du groupe pour la butée n° 1

Une valeur par case : celle que chaque stagiaire a lue sur la **butée n° 1**. Pas de moyenne. Dernière colonne : la plus grande valeur moins la plus petite.

Stagiaire	1	2	3	4	5	6	Écart maxi
Pied à coulisse							
Micromètre							

À débattre

1. Quelle est la vraie valeur de cette pièce ?
.....
2. D'où peuvent venir les écarts ? Citez au moins trois causes.
.....
.....
3. La tolérance des butées va de 11,85 à 12,00 mm. Quel instrument choisiriez-vous ? Pourquoi ?
.....
.....

À retenir : une mesure n'est jamais la vraie valeur. C'est la vraie valeur plus une erreur de mesure. Nous verrons le 25 novembre comment mesurer cette erreur.



Notre lot de production

Jour 1 · 75 min · micromètre · classeur 1



Objectif : mesurer tout le lot, voir la forme de sa variabilité et la décrire avec deux nombres.

Organisation

Opérateurs

Mesurent le petit diamètre de leurs butées au micromètre, toujours au même endroit (trait repère), et annoncent la valeur avec ses 3 décimales.

Secrétaire

Saisit les valeurs dans le classeur
projeté : n° pièce, opérateur, diamètre.

Gommettes

Chaque pièce mesurée devient une gommette dans sa classe sur l'histogramme mural.

Mes butées (tolérance 11,85 / 12,00 mm)

N° pièce									
Diamètre (mm)									

Ce que dit le lot (lu sur le classeur)

Nombre de pièces	Moyenne	Écart-type	Plus petite	Plus grande	6 écarts-types

Questions

- Décrivez la forme de l'histogramme en une phrase.
.....
- La moyenne dit où le procédé vise. L'écart-type dit combien il bouge. Lequel des deux un régleur peut-il corriger facilement ?
.....
- Que deviendrait l'histogramme si on mélangeait les pièces de deux tours réglés différemment ?
.....

À retenir : environ 99,7 % des pièces tiennent dans une largeur de 6 écarts-types autour de la moyenne, si l'histogramme a une forme de cloche.



Trois clients, un seul lot

Jour 1 · 50 min · classeur 1 · deux équipes de 3



Objectif : juger le même lot face à trois exigences différentes, et proposer une action.

Les trois cahiers des charges (donnés par le formateur)

	Client 1	Client 2	Client 3
Tolérance basse TI			
Tolérance haute TS			
Cp (la voiture rentre-t-elle dans le garage ?)			
Cpk (est-elle garée au milieu ?)			
Verdict			
Notre action (livrer, régler, trier, améliorer)			

Questions

1. Les pièces sont les mêmes. Pourquoi les verdicts changent-ils ?
.....
2. Pour quel client un simple réglage suffit-il ? Pourquoi ?
.....
3. Pour quel client faut-il améliorer le procédé lui-même ? Citez deux pistes (5M).
.....
.....
4. Nos pièces ont été mesurées sans connaître leur ordre de fabrication. Qu'est-ce que cela change ?
.....
.....

À retenir : Cp compare la largeur de la tolérance à la largeur du procédé. Cpk regarde en plus le centrage. Cpk est toujours inférieur ou égal à Cp. Si Cp est bon et Cpk mauvais : on recentre. Si Cp est mauvais : il faut réduire la dispersion.

Objectif : surveiller une production en direct, voir la différence entre limites de contrôle et tolérances, réagir à une alarme.

Le scénario

Le formateur joue le tour. Toutes les 3 minutes environ, il « produit » un sous-groupe de 3 pièces, tirées de son bac. Après mesure, les pièces retournent dans le bac. Les 8 premiers sous-groupes servent à calculer les limites (phase 1). Ensuite on surveille (phase 2).

Opérateur
Mesure les 3 butées au micromètre et annonce les valeurs (3 décimales).

Secrétaire
Saisit les valeurs dans le classeur, dans l'ordre.

Pilote de carte
Calcule $\bar{X}$ et R à la main et les reporte sur la carte murale.

Les rôles tournent à chaque sous-groupe. Celui qui voit une alarme crie « **stop** » et dit quelle règle est déclenchée.

Relevé

Sous-groupe	Pièce 1	Pièce 2	Pièce 3	$\bar{X}$	R	Phase	Remarque
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Les limites : $LSC = \bar{X} + A_2 \cdot \bar{R}$; $LIC = \bar{X} - A_2 \cdot \bar{R}$; carte R : $LSC = D_4 \cdot \bar{R}$, $LIC = D_3 \cdot \bar{R}$. Formules théoriques et justification : onglet **Formules** du classeur 2.

Les quatre questions du pilote de carte

- Un point est-il hors des limites de contrôle ?
- Sept points de suite sont-ils du même côté de la ligne centrale ?
- Six points de suite montent-ils, ou descendent-ils ?
- Quelque chose de bizarre que les règles ne disent pas ?

À retenir : les limites de contrôle sont la voix du procédé, calculées sur ses propres mesures. Les tolérances sont la voix du client, écrites sur le plan. Un point peut sortir des limites alors que la pièce est bonne : c'est un avertissement, pas un rebut.



Mission d'intersession : ma cote critique

Entre le 6 et le 25 novembre · à présenter en 7 minutes le 25 au matin



Objectif : regarder une cote réelle de votre entreprise avec les yeux d'un technicien qualité. **Aucun chiffre confidentiel n'est demandé :** si vous n'avez pas le droit de sortir une valeur, notez « confidentiel » et décrivez la méthode.

Question	Ce que j'ai trouvé
Quelle pièce, quelle cote ? Pourquoi est-elle critique ?	
Avec quel instrument est-elle mesurée ? Quelle résolution ?	
La règle du 1/10 est-elle respectée ? (résolution comparée à la tolérance)	
Une étude R&R a-t-elle été faite sur cet instrument ? Quand ?	
Connaît-on la capabilité de ce procédé ? Qui la calcule ?	
Comment la cote est-elle surveillée ? (carte, contrôle à 100 %, fréquence, taille des prélèvements)	
Que se passe-t-il quand une mesure est mauvaise ? Qui décide ? Existe-t-il une OCAP écrite ?	
Une chose qui m'a surpris, ou que je changerais	

Objectif : répondre enfin à la question du 5 novembre. Quelle part de ce qu'on mesure vient de la pièce, et quelle part vient de la mesure elle-même ?

Les deux questions de l'étude

Répétabilité

Le même opérateur, sur la même pièce, retrouve-t-il la même valeur ?

Reproductibilité

Trois opérateurs différents trouvent-ils la même valeur ?

Règles du jeu

- 1. 10 pièces, numéros cachés. Seul le maître du jeu connaît la correspondance.
- 2. Chaque opérateur mesure les 10 pièces dans l'ordre tiré au sort ci-dessous, puis recommence (essai 2) **sans voir ses premières valeurs**.
- 3. On mesure toujours au même endroit, au trait repère.
- 4. Le secrétaire note, l'opérateur ne regarde pas la feuille. Au micromètre, on note les 3 décimales affichées.

Étude	Opérateurs A, B, C	Maître du jeu	Secrétaire	Observateur
1 · pied à coulisse	Stagiaires 1, 2, 3	Stagiaire 4	Stagiaire 5	Stagiaire 6
2 · micromètre	Stagiaires 4, 5, 6	Stagiaire 1	Stagiaire 2	Stagiaire 3

L'observateur note les différences de geste entre opérateurs : position de la pièce, serrage, lecture. Ses notes servent au debrief.

Ordre de présentation des pièces (n° de position)

Étude 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Op. A · essai 1	3	8	6	5	1	10	9	4	7	2
Op. A · essai 2	1	4	5	2	9	6	8	3	10	7
Op. B · essai 1	5	10	9	7	4	1	2	3	6	8
Op. B · essai 2	5	10	3	9	4	1	7	8	2	6
Op. C · essai 1	9	7	3	10	1	2	6	5	8	4
Op. C · essai 2	6	3	7	4	1	10	8	2	9	5

Étude 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Op. A · essai 1	6	3	2	9	4	7	1	5	10	8
Op. A · essai 2	10	1	4	6	5	8	3	9	7	2
Op. B · essai 1	3	5	7	4	8	6	9	2	1	10
Op. B · essai 2	1	7	9	4	5	6	3	10	8	2
Op. C · essai 1	3	1	8	10	5	6	7	9	2	4
Op. C · essai 2	6	5	4	8	3	9	7	10	1	2



Étude 1 · pied à coulisse

Opérateur	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A · essai 1										
A · essai 2										
B · essai 1										
B · essai 2										
C · essai 1										
C · essai 2										

Étude 2 · micromètre

Opérateur	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
A · essai 1										
A · essai 2										
B · essai 1										
B · essai 2										
C · essai 1										
C · essai 2										

Résultats (lus sur le classeur)

	Pied à coulisse	Micromètre
Répétabilité (% var. totale)		
Reproductibilité (% var. totale)		
R&R totale (% var. totale)		
R&R totale (% tolérance)		
Catégories distinctes		
Règle du 1/10		
Verdict		

Questions

1. Quel instrument retenez-vous pour cette cote ? Pourquoi ?

2. Pour le pied à coulisse, le problème vient-il plutôt de l'instrument ou des opérateurs ? Quelle action ?

3. Pourquoi cache-t-on les numéros et mélange-t-on l'ordre ?

4. Le 5 novembre, une partie de l'écart-type du lot venait-elle de la mesure ? Qu'est-ce que ça change pour nos Cp ?

À retenir : on valide l'instrument avant de juger le procédé. %R&R inférieur à 10 % : accepté. De 10 à 30 % : selon l'enjeu. Au-delà de 30 % : refusé. La résolution de l'instrument doit être au plus le dixième de la tolérance.



Plan de maîtrise d'une cote

Jour 3 · 60 min · par équipe · à recopier sur l'affiche A3



Objectif : assembler tout ce qu'on a vu en trois jours sur une seule cote, celle de nos pièces ou une cote apportée par un stagiaire.

1. La cote

Pièce, cote, tolérance, pourquoi elle est critique.

2. La mesure

Instrument choisi, résolution, résultat R&R, règle du 1/10.

3. La capacité

Cp, Cpk constatés, verdict, action si insuffisant.

4. La surveillance

Type de carte, taille des sous-groupes, fréquence de prélèvement, qui remplit.

5. La réaction (OCAP)

Quand la carte sonne : qui arrête, qui prévient, que fait-on des pièces produites, comment on trace.

6. Le lien avec le plan de surveillance

Où cette cote apparaît-elle dans le plan de surveillance ?
Qu'ajoute notre travail ?

Critères de réussite de l'affiche

- Les six cases sont remplies et cohérentes entre elles.
- Les limites de contrôle ne sont pas confondues avec les tolérances.
- L'instrument est justifié par un chiffre.
- L'OCAP dit qui fait quoi.