

특수의료장비 설치인정기준(제3조 관련)

1. 운용인력기준

특수의료장비의 종류		자기공명영상 촬영장치	전산화단층 촬영장치	유방촬영용장치
항목				
용도구분		전신용 두부·척추·관절 전용 두부 전용 척추 전용 관절 전용 척추·관절 전용 두부·척추 전용 두부·관절 전용	전신용 비조영증강 전신용 두부 전용 척추 전용 두부·척추 전용	유방용
운용 인력 기준	영상의학과 전문의	전속 1명 이상	비전속 1명 이상	비전속 1명 이상
	방사선사	전속 1명 이상	전속 1명 이상	비전속 1명 이상

비고. 유방촬영용장치를 운용하는 전문의로서 영상의학과전문의가 아닌 사람은 보건복지부 장관이 인정하는 품질관리 교육프로그램을 이수하고 평가에 합격한 경우에는 본인인근무하는 의료기관의 유방촬영용장치 운용인력으로 3년간 시장·군수·구청장에게 등록할 수 있으며 3년마다 재교육을 이수함으로써 그 기간을 연장할 수 있다.

2. 시설기준

가. 자기공명영상 촬영장치 및 전산화단층 촬영장치

특수의료 장비		자기공명영상 촬영장치	전산화단층 촬영장치
항목			
시설 기준	시 지역 (광역시의 군 포함)	1) 200병상 이상인 의료기관만 설치할 수 있다. 2) 200병상 미만인 의료기관이 특수의료장비를 설치하려면 다른 의료기관과 공동활용하여야 하고, 이 경우 공동활용을 위하여 별지 제2호서식의 특수의료장비 공동활용동의서를 제출한 의료기관과	1) 200병상 이상인 의료기관만 설치할 수 있다. 2) 200병상 미만인 의료기관이 특수의료장비를 설치하려면 다른 의료기관과 공동활용하여야 하고, 이 경우 공동활용을 위하여 별지 제2호서식의 특수의료장비 공동활용동의서를 제출한 의료기관과의 병상합계가 200병상 이상이어야 한

군 지역 (인구가 10만 명 이하인 시 지역 포함)	의 병상 합계가 200병상 이 상이어야 한다.	다. 1) 50병상 이상인 의료기관만 설치 할 수 있다. 2) 50병상 미만인 의료기관이 특수 의료장비를 설치하려면 다른 의료 기관과 공동활용하여야 하고, 이 경우 공동활용을 위하여 별지 제2 호서식의 특수의료장비 공동활용 동의서를 제출한 의료기관과의 병 상합계가 100병상 이상이어야 한 다.
비 고	1. 종합병원은 전산화단층 촬영장치의 시설기준을 적용받지 아니한 다. 2. 시설기준 중 자기공명영상 촬영장치 및 전산화단층 촬영장치의 공 동활용에 관한 동의는 각각의 장비에 대하여 둘 이상의 의료기관에 중복하여 할 수 없다. 3. 특수의료장비를 공동활용할 수 있는 의료기관은 특수의료장비를 설치한 의료기관이 소재한 시·군·구(자치구를 말한다. 이하 같다)와 동일한 시·군·구에 소재하거나 지리적으로 경계가 인접한 시·군·구 에 소재한 의료기관으로 한정한다. 4. 다음 각 목의 병원 등의 병상은 공동활용병상으로 인정되지 아니 한다. 가. 「의료법」 제3조에 따른 의료기관 중 치과병원, 한방병원, 요 양병원, 치과의원, 한의원 및 조산원. 다만, 「의료법」 제43조제 2항에 따라 관련 의과 진료과목을 추가로 설치한 한방병원은 제 외한다. 나. 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제3조제5호에 따른 정신의료기관 중 같은 법 제19조제1항 후단 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 설치된 정신병원·정신과의 원 다. 삭제 <2024. 12. 27.> 5. 공동활용병상으로 인정되지 아니하는 의료기관은 자체병상을 확보 하여도 특수의료장비를 설치할 수 없다. 6. 삭제 <2024. 12. 27.>	

나. 유방 촬영용 장치

해당 없음