

(a) Daily mean radon at the Jezero site; correlation 0.989, level ratio 1.97
station Jezero (TSR4M)
reference monitor (RADIM)
radon (Bq/m³)
10⁴
10³
2024-02
2024-05
2024-08
2024-11
2025-02
2025-05
2025-08
2025-11
2026-02
(b) LSTM reconstruction trained on the same period (to 21 Aug 2025) at both probes
Boris
12–15 Oct 2025
22 Nov 2025
TSR4M model
RADIM model
daily max error / threshold
10³
10²
10¹
10⁰
10⁻¹
2024-02
2024-05
2024-08
2024-11
2025-02
2025-05
2025-08
2025-11
2026-02
(c) Agreement between two runs, by what differs between them (median over seed pairs)
Jaccard of daily flags
strong days recovered
agreement
1.0
0.5
0.0
0.97
1.00
0.50
1.00
0.28
0.70
0.24
0.63
0.09
0.46
seed only, TSR4M
seed only, RADIM
training period only
probe only
probe and period