



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

1. ALCANCE.

Inicia con la revisión de la programación y la preparación de la máquina para la sesión, termina con la finalización de los registros de enfermería y la desinfección del reposet.

2. MATERIAL Y EQUIPO

- Material
 - Mesa de trabajo
 - Sanitizante SURFA-SAFE
 - Toalla o sanita
 - Guante crudo (2pzas)
 - Guante estéril (2pzas)
 - Jeringa de 20ml
 - Heparina 5000UI
 - Circuito
 - Filtro
 - Bibag
- Equipo
 - Máquina de hemodiálisis
 - Bascula
 - Estetoscopio
 - Baumanometro manual
 - Termómetro
 - Oxisensor de pulso

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	Enfermería	Revisa bitácora de programación de sesión de hemodiálisis.
5.2	Enfermería	Antes de entrar en contacto con el paciente y su

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

		entorno, realizar lavado de manos clínico. "IT-UV-01 Higiene de manos" . Y portar adecuadamente las medidas precautorias para el manejo del usuario "IT-JE-18 Manejo de medidas precautorias para el personal de hemodiálisis" .
5.3	Enfermería	Realiza la preparación de la maquina previa sesión de paciente.
5.4	Enfermería	Coloca el circuito de manera correcta y coloca el filtro (calibre según indicado por el médico).
5.5	Enfermería	Coloca el bidón de potasio con su lanceta y el bibag en su lugar correcto.
5.6	Enfermería	Realiza un test para que la máquina verifique posibles fallas en el sistema para evitar riesgos al paciente durante la sesión.
5.7	Enfermería	Realiza cebado del circuito mientras se realiza el test, para sacar todo el aire y evitar complicaciones en el paciente.
5.8	Enfermería	Conecta la línea arterial a la venosa del circuito (al terminar el test) para realizar una recirculación de solución para retirar posibles burbujas de aire que se pueden alojar en el filtro.
5.9	Enfermería	Deja la bomba de la máquina en 0 y apaga el flujo para no consumir el bidón del potasio antes de iniciar sesión.
5.10	Enfermería	Recibe paciente al llegar a sesión de hemodiálisis, revisa indicaciones médicas, verificando que estén vigentes y detecta si hay indicación de toma de muestras de sangre, pesa al paciente y lo instala en la maquina asignada para su procedimiento.
5.11	Enfermería	Realiza la conexión de monitor de hemodiálisis, para valorar constantes vitales.
5.12	Enfermería	Programa datos en máquina de hemodiálisis del tratamiento requerido, tomando en cuenta los siguientes tres factores: indicación médica, valoración previa del usuario y laboratoriales.
5.13	Enfermería	Carga en la jeringa de 20ml 1cc del frasco de heparina

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

		de 5000UI y afora con solución salina al 0.9% a 10ml o 20 ml según factibilidad de unidades a infundir, coloca jeringa en elevador inyector del monitor y programa mililitros por hora según lo indicado.
5.14	Enfermería	Notifica vía telefónica a médico tratante en caso de eventualidad en el estado general del paciente y espera indicaciones nuevas.
5.15	Enfermería	Sanitiza la mesa de trabajo con el desinfectante establecido en el protocolo de la institución y procede a preparar el material de conexión de acuerdo al acceso vascular a manejar y realiza actividades de conexión, "IT-JE-21 Manejo y cuidado del acceso vascular para hemodiálisis FAVI" o "IT-JE-20 Manejo y cuidado del acceso vascular para hemodiálisis catéter" .
5.16	Enfermería	Toma muestras de sangres para laboratorio previo al inicio de la sesión (solo cuando estén indicados).
5.17	Enfermería	Verifica seguridad y comodidad del usuario, asegurando el resguardo y firmeza de líneas del circuito extracorpóreo para evitar eventos adversos/centinela.
5.18	Enfermería	Realiza toma de constantes vitales dando inicio al tratamiento y realiza los registros correspondientes en la hoja de enfermería.
5.19	Enfermería	Administra bolo de heparina al inicio del tratamiento, solo en caso de estar indicado; y ajusta flujo sanguíneo en bomba de sangre, según lo indicado.
5.20	Enfermería	Realiza técnica de lavado de manos. "IT-UV-01 Higiene de manos con agua y jabón" posterior a manipulaciones con el usuario, su entorno y accesorios, como maquina monitor.
5.21	Enfermería	Realiza registro de constantes vitales de manera periódica durante tratamiento según estado general del usuario, llevando control de registro de cifras y horario.
5.22	Enfermería	Valora constantemente el estado general de usuario, mediante observación directa, interrogación al usuario

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

		y vigilancia de signos vitales, en búsqueda de alteraciones hemodinámicas.
5.23	Enfermería	Notifica a médico en caso de observar signos o síntomas de alarma y comienza manejo de acuerdo a indicación y protocolo.
5.24	Enfermería	Administra medicamentos cumpliendo con los correctos en la administración de medicamentos y según indicación médica.
5.25	Enfermería	Prepara medicamentos sobre mesa de trabajo desinfectada, cuidando manejo aséptico de frascos y materiales, diluye medicamentos de acuerdo a indicación medica.
5.26	Enfermería	Manejo de técnica aséptica en todo momento al conectar, desconectar, administrar medicamentos o hemocomponentes para evitar contaminación.
5.27	Enfermería	Conecta en lumen de cámara venosa jeringa o fleboteck con dilución medicamentosa indicada, Inyecta de manera manual o programa bomba de infusión, de acuerdo a fármaco administrado "IT-JE-28 Administración De Medicamentos vía intravenosa"
5.28	Enfermería	Una vez finalizada farmacoterapia, retira jeringas, fleboteck utilizado y desecha "PR-JE-08 Manejo de RPBI" , cuidando pinzar lúmenes antes del retiro, y coloca tapones luer.
5.29	Enfermería	Sanitiza mesa de trabajo y prepara material de desconexión de acuerdo al acceso vascular manejado, "IT-JE-21 Manejo y cuidado del acceso vascular para hemodiálisis FAVI" y "IT-JE-20 Manejo y cuidado del acceso vascular para hemodiálisis catéter" .
5.30	Enfermería	Toma constantes vitales finales en últimos minutos del tratamiento y nuevamente al finalizar el retorno sanguíneo, procediendo a desconexión, desechando equipo extracorpóreo.
5.31	Enfermería	Vigila datos de sangrado durante la sesión y posterior a hemostasia en pacientes con FAVI o injerto.
5.32	Enfermería	Realiza registro de constantes vitales y parámetros finales del tratamiento, completa reporte de

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

		enfermería, con su nombre, firma y cedula.
5.33	Enfermería	Da egreso al usuario ambulatorio u hospitalizado en coordinación con administración, camillería o enfermería de hospitalización (según corresponda).
5.34	Enfermería	Realiza limpieza de máquina de hemodiálisis con SURFA-SAFE y franela morada, retira sangre derramada en la maquina con ayuda de gasas crudas o toallas de papel. "IT-JE-22 Instrucción de trabajo para la técnica de sanitización de la máquina de hemodiálisis" Realiza limpieza de camilla y reposet con franela verde y dilución de cloro al 1% cuando se considere contaminado y al 0.1 % cuando se considere no contaminado.
5.35	Enfermería	Observaciones: • La indicación médica debe estar actualizada mensualmente en caso de usuario externo, o diariamente en caso de usuario hospitalizado. • La valoración previa al inicio del usuario, se realizará con la toma de signos vitales, interrogatorio y observación de presencia de edema, realizada por enfermería. • El colaborador debe desarrollar las habilidades clínicas pertinentes que le apoyen en la observación de cambios hemodinámicos de importancia del usuario. • El reporte de enfermería debe realizarse en tiempo y forma mientras el tratamiento transcurre, llenándose con los datos del colaborador que realiza, con máximo dos colaboradores si el paciente inicio y finalizo en distintos turnos.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Muestras de sangre no tomadas de manera oportuna.	a. Revisar las indicaciones medicas previo al inicio de la sesión, buscando de manera intencionada la toma de muestras.
b. Circuito con burbujas de aire por purgado inadecuado.	b. Realizar cebado de la máquina de hemodiálisis durante la realización del test. c. Realizar recirculación en el mismo circuito, para detectar y extraer burbujas del circuito y filtro.
c. Paciente complicado por infección adquirida durante la atención recibida.	d. Realizar higiene de manos respetando los 5 momentos. e. Apego a protocolos de desinfección de mesa de trabajo, máquina de hemodiálisis y reposit.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Higiene de manos con agua y jabón	IT-UV-01
Manejo de RPBI	PR-JE-08
Manejo de medidas precautorias para el personal de hemodiálisis	IT-JE-18




INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS

Manejo y cuidado del acceso vascular para hemodiálisis FAVI	IT-JE-21
Manejo y cuidado del acceso vascular para hemodiálisis catéter	IT-JE-20
Administración De Medicamentos vía intravenosa	IT-JE-28
Instrucción de trabajo para la técnica de sanitización de la máquina de hemodiálisis	IT-JE-22

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	Julio 2021	Alta de documento	Toledo Casas Gerardo	Ana Cecilia Zarate Bautista
02	Agosto 2024	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Ana Cecilia Zarate Bautista
03	Septiembre 2025	Actualización de documento	Mendoza Garcia Mayda Guadalupe	Juan Carlos Vanegas Reyes

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Lic. Juan Carlos Vanegas Reyes	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Hna. María de Jesús García Castro
Jefatura de enfermería	Jefatura de Calidad	Dirección General

