

1. ALCANCE.

Este documento inicia cuando el médico tratante solicita la prueba de HbA1c para ayudar en la evaluación y control de pacientes diabéticos, y termina cuando se procesa.

2. MATERIAL Y EQUIPO

2.1 Material

1. Guantes
2. Cubrebocas
3. Papel para impresora
4. Bata
5. Puntillas
6. Pipeta de 100 µl

2.2 Reactivos

1. Cartucho de prueba.
2. Diluyente.
3. Tubo lila con sangre total de paciente.

2.3 Equipo

1. GETEIN 1100

3. DESARROLLO

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
3.1	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Procedimiento de la prueba: Recolectar la muestra en tubo lila, procurar no hemolizar la muestra.
3.2	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Lleve a temperatura ambiente el diluyente que se utilizará para la prueba (aproximadamente 15 minutos).

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA PROCESAR TEST HBA1C

3.3	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Confirme el número de lote de la tarjeta SD de acuerdo con el lote del kit de la prueba. Realice la calibración de Tarjeta SD cuando sea necesario.
3.4	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Retire la tarjeta de prueba de la bolsa sellada inmediatamente antes de usarla.
3.5	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Edite la información del paciente: Nombre, sexo, edad, ID, muestra, nombre del ítem, auto.
3.6	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Etiquetar la tarjeta de prueba con los 4 últimos dígitos del ID del paciente.
3.7	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Coloque la tarjeta de prueba en la meseta limpia, colocada horizontalmente.
3.8	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Pipetear 10 µl de muestra (sangre total), limpiar el excedente de sangre con una gasa y depositar en el diluyente, homogenizar y tomar 100 µl de la mezcla.
3.9	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Coloque 100µl de la mezcla en el orificio de muestra de la tarjeta de prueba.
3.10	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Inserte la tarjeta de prueba en el Getein 1100 con la flecha apuntando hacia el equipo y presione el botón Comenzar.
3.11	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Una vez transcurridos los 5 minutos de reacción el resultado se mostrará en la pantalla e imprimirá automáticamente.
3.12	Químico laboratorista	Reportar en el sistema Eclipse.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA PROCESAR TEST HBA1C

	y/o Técnico laboratorista	
3.13	Químico laboratorista y/o Técnico laboratorista	Registro en Bitácora de Resultados de Análisis de Hematología FT-LA-01.

4. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Muestra hemolizada	a. Tomar la muestra adecuadamente evitando hacer mucha presión al momento de la toma.
b. Muestra insuficiente	b. Tomar al paciente la muestra llenando el tubo hasta la marca.
c. Reactivo caducado	c. Revisar la caducidad del reactivo antes de usarlo y llevar el inventario al día.

5. ANEXOS.

5.1 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Inserto de HbA1c Fast Test Kit (Immunofluorescence Assay)	No Aplica
Registro en Bitácora de Resultados de Análisis de Hematología	FT-LA-01

6. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
1	09-2019	Alta	QFB. Eloísa González Beas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
2	09-2022	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
3	09-2023	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
4	29/08/2025	Modificación	QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Dra. Giselle Ivette De la Torre García

7. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
QFB. Maria del Refugio Valadez Rivas	Dra. Giselle Ivette De la Torre García	Hna. Maria de Jesus Garcia Castro
Jefatura de Servicio de Laboratorio	Jefatura de Calidad	Dirección General