

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CON HEMODIÁLISIS

1. OBJETIVO.

Implementar procesos seguros que minimicen los riesgos de infecciones asociados a la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis.

2. ALCANCE.

Inicia cuando el departamento de enfermería ejecuta los procesos seguros y termina cuando el departamento de epidemiología supervisa el área.

3. DEFINICIONES.

NA

4. RESPONSABILIDADES.

4.1 **Actualización:** Unidad de vigilancia epidemiológica hospitalaria (UEH).

4.2 **Ejecución:** Enfermería, Seguridad e higiene y medio ambiente, Empresa Subrogada y Epidemiología.

4.3 **Supervisión:** Dirección Médica.

5. DESARROLLO DEL PROCESO.

No.	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
5.1	ENFERMERÍA	El personal de operativo correspondiente al área de enfermería ejecuta procesos seguros con el fin de minimizar riesgos de infección.
5.2		Aplica medidas precautorias para el personal operativo en contacto con pacientes de hemodiálisis (FT-UV-05). EM1
5.3		Además aplica técnica de desinfección de la máquina de hemodiálisis (IT-JE-22) EM1
5.4		Realizar (PR-JE-02) comunicación efectiva entre los miembros del equipo de trabajo.
		En caso de paciente con serología positiva se cuenta con la instrucción de Trabajo Para La Atención Y

TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CON HEMODIÁLISIS

		Manejo De Usuario Con Serología Positiva para hepatitis B, C y VIH en Hemodiálisis (IT-JE-19). EM2
5.5		En cuestión del Manejo de accesos vasculares, se aplica la instrucción de trabajo (IT-JE-20) específica en catéteres, en cuanto al manejo de y cuidado de acceso vascular para hemodiálisis- fístula, se aplica la siguiente instrucción (IT -JE-21). EM2
5.6		En cuanto al reusó de filtros el departamento de hemodiálisis no realiza esta acción, los filtros son desechables.
5.7	EMPRESA SUBROGADA	Toma muestra para análisis microbiológico del agua utilizada en la terapia de reemplazo renal con hemodiálisis. EM2 Apegado siempre a la Norma Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y Servicios. Métodos para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
5.8	SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE	Realiza monitoreo de la calidad del agua a través de los resultados emitidos por la empresa. EM2 Nota: en caso de detectar niveles fuera de los rangos normales (>1 UFC/mL), se avisa a la empresa subrogada para realizar sanitación. Se realiza sanitización cada último domingo del mes. 3.2 Supervisa que la empresa cuente con especificaciones de calidad. EM3
5.9	EPIDEMIOLOGÍA	Supervisión al departamento apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2016: Para la práctica de hemodiálisis a través del formato. (FT-UV-04) EM1 En el cual se evalúa que el personal aplica las medidas precautorias correspondientes para el área. *Higiene personal *Instalaciones *Evaluación RPBI *Insumos para higiene de manos


TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CON HEMODIÁLISIS

6. GESTIÓN DE RIESGOS.

Riesgo	Barrera de Seguridad
a. Infecciones en los pacientes y colaboradores por mal ejecución de los procesos referentes a la atención de pacientes en el área de Hemodiálisis.	a. Confirmar que personal del área de hemodiálisis cuente con conocimientos básicos, así como capacidades y aptitudes en el manejo de pacientes con hemodiálisis.
b. Intoxicación en los pacientes por mala calidad del agua.	b. supervisión continúa de los niveles permisibles de cloración de agua (<1 UFC/ mL) y corrección en caso de que lo requiera.
c. Faltante de filtros desechables en el departamento.	c. Se realiza requisición semanal del material (filtros desechables) para stock del departamento de hemodiálisis, para asegurar que siempre se tenga lo necesario.

7. ANEXOS.

7.1 Flujograma



TERAPIA DE REEMPLAZO RENAL CON HEMODIÁLISIS



7.2 Documentos de referencia.

Nombre del documento	Código
Formato de Medidas precautorias.	FT-UV-05
Instrucción de trabajo de técnica de desinfección de la máquina de hemodiálisis	IT-JE-22
Proceso de comunicación efectiva entre los miembros del equipo de trabajo.	PR-JE-02
Instrucción de trabajo manejo de paciente con serología positiva en hemodiálisis.	IT-JE-19
Instrucción de trabajo manejo y cuidado de acceso vascular para hemodiálisis- catéter.	IT -JE-20
Instrucción de trabajo Manejo y cuidado de acceso vascular para hemodiálisis- fístula.	IT -JE-21
Supervisión de Hemodiálisis.	FT- UV-04

8. CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Realizado	Aprobado
01	06/10/2025	Alta de documento	<i>Dr. Manuel Cortes Gutiérrez</i>	Mtra. Ana Cecilia Zarate Bautista
02	26/09/2025	Actualización de procedimiento	<i>Lic. Viridiana López Fajardo</i>	Dr. Estebán González Díaz

9. AUTORIZACIÓN.

Elaboró	Revisó	Autorizó
 Dr. Estebán González Díaz	 Dra. Giselle Ivette De la Torre García	 Dr. José Gonzalo Vázquez Camacho
Jefatura de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH)	Jefatura de Calidad	Dirección Médica