#### PENYERAHAN ALAT TIMBANG ELEKTRONIK UNTUK UJIAN/PENENTUSAHAN (DIISI OLEH PEMILIK ALAT/PEMBAIK)



1. Tarikh Penyerahan Alat :	7. Butir-Butir Alat :					
	(a) Jenama: (APEX)(B SCALE)(EONG)(TANITA)(CAS)					
2. Kegunaan Alat :	(SMARTWEIGH)(ACLAS)(OKAZAWA) (DIGI)(3SM)(BM)(DICKSON)(CAMRY) (METTLER TOLEDO)(OKAZAWA)(PSN 30) (COMANCHE)(EHC)(WIN)(GMS)(RONG TA)					
(a) Perdagangan						
(b) Bukan Perdagangan	( )					
3. Nama & Alamat Pemilik :	(b) Nama Pembuat : (CHINA)(JAPAN)(KOREA)(USA) (SINGAPORE)(MALAYSIA) ( )					
	(c) Jenis Alat : Elektronik					
4. Nama Pembaik :	(d) No.Model :					
4. Nama i embaix :	(e) No.Siri :					
5. No. Lesen Pembaik :	(f) Had Terima (kg/g) : ( 1 )( 2 )( 5 )( 6 )( 10 )( 15 ) ( 25 )( 30 )( 40 )(					
	(g) Senggatan/e (g): (1)(2)(5)(10)( )					
6. No.Daftar Syarikat/Perniagaan :	(h) Keadaan Alat :					
	Baru Lama					
Cop Syarikat :	(i) Penentusahan Terakhir :					
	(i) Tarikh :					
	(ii) Cawangan :					
	(iii) No. Penentusahan :					
()  Nama & Tandatangan  Pemilik / Pembaik / Wakil Pembaik						
Nota : Tandakan $$ dipetak yang sesuai / berkenaan						
Kegunaan DMSB						
Disemak serta Disahkan Oleh : Nama Pegawai Penentusahan : Tandatangan :						

#### **UJIAN PENENTUSAHAN TIMBANG ELEKTRONIK**

## **BAHAGIAN I**

1. Pemeriksaan Visual / Fizika	ıl	2 Ujian Alat Tanpa Bebanan				
(Termasuk pemeriksaan bentul panduan dalam Arahan Tetap N		Stabil	Tidak Stabil			
Lulus	Tidak Lulus (Nyatakan sebab)					
3. Ujian "Shift" (1/4 had terim	,					
Bebanan pada piring :	кд					

Kedudukan Bebanan	Bacaan Penunjuk (kg)	Perbezaan (g)	Had Selisih Yang Dibenarkan (g)		
1					
2					
3					
4					

1	2
4	3

	1	
4		2
	3	

## 4. Ujian Ketepatan

(Ujian pada bebanan 1/4, 1/2, 3/4 dan maksimum adalah diwajibkan )

Had selisih yang dibenarkan rujuk jadual ujian ketepatan

(Bil 3 pada jadual Ujian Ketepatan)

Bil	Bebanan Standard Kerja (kg/g)  Had Terima Alat (kg/g)			Bacaan Penunjuk	Bacaan Penunjuk Perbezaan (g) (kg/g)	Selisih Yang Dibenarkan (g) Satu Senggatan/e Had Terima Alat (g)							
	1.000		25.000					1.000	15.000		30.000	150.00	
1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00			0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	
2													
3	0.250	3.750	6.250	7.500	37.50								
4													
5	0.500	7.500	12.500	15.000	75.00								
6													
7	0.750	11.250	18.750	22.500	112.50						·		
8	1.000	15.000	25.000	30.000	150.00				_		·		

# **BAHAGIAN II**

1	ULASAN									
	Alat timbang yang diuji adalah <u>layak</u> untuk kegunaan perdagangan									
	Alat timbang yang diuji <u>tidak layak</u> digunakan untuk perdagangan (nyatakan sebab)									
<u>BAHAGI</u>	AN III									
1	Jenis Penentusahan:	Permulaan		Semula						
2	Keputusan Penentusahan:	Lulus		Tidak Lulus						
	Tould		andatanaan Dagawai							
	Tarikh Cop Nama & Tandatangan Pegawai Penentusahan De Metrology Sdn. Bhd. (1318204-U) [Syarikat Berlesen]									