

BORANG SERAHAN UNTUK UJIAN LITENG
(Bagi Penjualan Ubat Cina Tradisional)

BAHAGIAN 1

Nama & Alamat Peniaga / Pembaik :

No.Lesen Pembaik :Kapasiti : Baru Lama

Nama Pembuat :

Penentusahan Terakhir:

- (i) Tarikh :
(ii) Cawangan :
(iii) No.Penentusahan :
(iv) No.Stiker :

BAHAGIAN II

- 1 Adakah beam diperbuat daripada bahan yang tahan lama ? YA ☐ Tidak ☐
- 2 Adakah beam itu lurus, tidak cacat & tidak bercorak ? YA ☐ Tidak ☐
- 3 Adakah talamnya berbentuk bulat & diperbuat daripada tembaga ? YA ☐ Tidak ☐
- 4 Adakah kaunterpois diperbuat daripada tembaga ? YA ☐ Tidak ☐
- 5 Adakah tali yang digunakan untuk menggantung talam dan batu timbang kaunterpois diperbuat daripada bahan yang tahan lama (bahan yg diperbuat drp bahan benang & pasti diterima) YA ☐ Tidak ☐
- 6 Adakah tidak lebih daripada tiga utas tali fulkrum dan ianya hendaklah diperbuat daripada benang halus tahan lama ? YA ☐ Tidak ☐
- 7 Adakah senggatan ditanda dengan titik hitam yang tertanam dalam beam ? YA ☐ Tidak ☐
- 8 Adakah semua Senggatan pada alat mudah dibaca ? YA ☐ Tidak ☐

BAHAGIAN III

Bil	Bebanan	Angka Sebenar	Perbezaan	Had Selisih Yang dibenarkan	Ujian Kepekaan		Catatan
					Timbang yang hdk ditambah	Bergerak / tidak	
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Nota:

- i Ujian hendaklah dijalankan disetiap senggatan.
- ii Ujian had selisih dan ujian kepekaan hendaklah dijalankan serentak.
- iii Alat-alat timbang yang direkabentuk supaya tergantung apabila digunakan hendaklah tergantung semasa diuji.

BAHAGIAN IV

Ulasan / Pandangan :.....

Keputusan : Lulus ☐ Tidak Lulus ☐

.....
Tandatangan Inspektor Penentusahan
Metrology Corporation Malaysia Sdn Bhd

BAHAGIAN V

Tarikh :

- a Bayaran diterima
b No. Pendaftaran
c No.pelekat
d No.Sijil