

09

우수검사실 신임인증 심사점검표

수탁검사

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

수탁검사

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
09.010.070	진단검사의학회 요청에 따른 신설
09.404.040	CAP 참조 신설

• 수정

문항번호	수정유형
09.010.070	배점 변경
09.404.060	설명 수정
09.600.200	배점 변경
09.600.280	설명 추가

• 삭제

문항번호	사유

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

수탁검사

1	제공서비스	5
2	심사범위	5
3	질관리: 검사단계	6
	1. 정도관리 일반	6
	2. 정도관리지침	12
4	질관리: 검사전후단계	14
	1. 검체채취 및 취급	14
	2. 검사의뢰서 및 검체접수	15
	3. 검체처리	16
	4. 검사결과 보고	16
5	검사수행 및 장비 운용	19
	1. 일반사항	19
	2. 재위탁 검사	19
6	인력	21
	1. 전문의	21

수탁검사

1 제공서비스

- 위탁검사란, 검체검사를 당 기관에서 시행하지 않고 검체를 다른 검사기관으로 의뢰하여 검체검사를 시행하는 경우를 말한다.
- 수탁검사란, 당 검사기관이 다른 의료기관으로부터 검체를 전달받아 검체검사를 시행하고 결과를 의뢰기관으로 보고하는 경우를 말한다.
- 수탁의료기관(일반수탁의료기관과 전문수탁의료기관이 포함됨)이란, 수탁검사를 시행하는 의료기관을 말하며, 전문수탁의료기관은 의원급 수탁의료기관으로 정의한다.

2 심사범위

문항	기본B 09.010.070 수탁기관은 “검체검사위탁에 관한 기준”을 준수하는가?	배점 권장 (16점 예정)		아니오															
설명	• 보건복지부 공고 “검체검사위탁에 관한 기준” 중 "검체검사 수탁인증 관련 세부평가기준"의 할인을 위반정도를 평가한다. • 심사원은 수탁기관과 위탁기관간의 검체검사수탁계약을 확인한다. • 심사원에게 계약서 미제공 또는 허위제공 시 0점 처리한다. • 할인율은 최고 할인율을 기준으로 한다.																		
	<table><tr><th>위반정도(할인율)</th><th>점수</th></tr><tr><td>할인율 0%</td><td>16</td></tr><tr><td>할인율 15% 미만</td><td>12</td></tr><tr><td>할인율 15% 이상 30% 미만</td><td>8</td></tr><tr><td>할인율 30% 이상 50% 미만</td><td>4</td></tr><tr><td>할인율 50% 이상 70% 미만</td><td>2</td></tr><tr><td>할인율 70% 이상</td><td>0</td></tr></table>					위반정도(할인율)	점수	할인율 0%	16	할인율 15% 미만	12	할인율 15% 이상 30% 미만	8	할인율 30% 이상 50% 미만	4	할인율 50% 이상 70% 미만	2	할인율 70% 이상	0
	위반정도(할인율)	점수																	
	할인율 0%	16																	
	할인율 15% 미만	12																	
	할인율 15% 이상 30% 미만	8																	
	할인율 30% 이상 50% 미만	4																	
	할인율 50% 이상 70% 미만	2																	
할인율 70% 이상	0																		

문항	기본B 09.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

3 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	필요R 09.300.121 검사실은 정확한 검사를 위하여 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음	
설명	</						

문항	기본B 09.300.122 검사실은 정확한 검사를 위하여 분자진단분야의 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 외부정도관리 결과가 정해놓은 기준을 벗어나는 경우, 검사실은 시정 조치를 실시, 기록하고, 시정 조치의 효과를 모니터링해야 한다. 외부정도관리 결과의 경향을 평가하여 기준을 벗어날 가능성이 높을 경우 예방 조치를 취해야 한다. 외부정도관리 결과의 분석 과정에 관련 직원을 참여시켜야 한다. - 외부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 외부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

문항	기본B 09.300.123 검사실은 정확한 검사를 위하여 세포유전분야의 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 외부정도관리 결과가 정해놓은 기준을 벗어나는 경우, 검사실은 시정 조치를 실시, 기록하고, 시정 조치의 효과를 모니터링해야 한다. 외부정도관리 결과의 경향을 평가하여 기준을 벗어날 가능성이 높을 경우 예방 조치를 취해야 한다. 외부정도관리 결과의 분석 과정에 관련 직원을 참여시켜야 한다. - 외부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 외부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

문항	기본B 09.300.124 검사실은 정확한 검사를 위하여 유세포분야의 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 외부정도관리 결과가 정해놓은 기준을 벗어나는 경우, 검사실은 시정 조치를 실시, 기록하고, 시정 조치의 효과를 모니터링해야 한다. 외부정도관리 결과의 경향을 평가하여 기준을 벗어날 가능성이 높을 경우 예방 조치를 취해야 한다. 외부정도관리 결과의 분석 과정에 관련 직원을 참여시켜야 한다. - 외부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 외부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

문항	기본B 09.300.125 검사실은 정확한 검사를 위하여 조직적합성검사분야의 외부정도 관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 외부정도관리 결과가 정해놓은 기준을 벗어나는 경우, 검사실은 시정 조치를 실시, 기록하고, 시정 조치의 효과를 모니터링해야 한다. 외부정도관리 결과의 경향을 평가하여 기준을 벗어날 가능성이 높을 경우 예방 조치를 취해야 한다. 외부정도관리 결과의 분석 과정에 관련 직원을 참여시켜야 한다. - 외부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 외부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

문항	기본B 09.300.180 대한진단검사정도관리협회의 외부 정도관리 결과는 만족스러운가?	배점 (24)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사실에서는 지난 1년간의 외부정도관리 결과의 복사본을 모두 준비하고, 심사원은 성적을 확인한다. - 지난 1년간의 외부정도관리 결과를 모두 검토하여, 객관적으로 결과가 불만족스러운 검사 항목 당 1점씩 감점한다. (예, unacceptable, SDI > 3.0 등) - 같은 검사가 연속적으로 불만족스러운 결과를 보이거나 적절한 조치를 취하지 않는 경우는 추가로 2점 감점한다. - 정도관리협회에서 해당 검사에 대한 외부정도관리를 시행하지 않는 경우를 제외하고는, 검사를 시행하는데도 불구하고 해당 검사의 대한진단검사정도관리협회의 외부정도관리에 참여하지 않는 경우 0점으로 처리한다. 대한진단검사정도관리협회에서 외부정도관리를 시행하지 않는 검사를 시행하는 경우에는 다른 방법(예, 외국에서 시행하는 외부정도관리 등)으로 검증을 하고 있어야 한다. - 신규기관의 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 09.300.230 유전자검사를 실시하는 기관인 경우, 한국유전자검사평가원이 실시하는 외부정도관리 프로그램에 참가하고 있으며, 그 결과는 만족스러운가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 유전자검사기관은 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'에 따라 한국유전자검사평가원이 실시하는 외부정도관리 프로그램에 참가하여야 한다. - 외부정도관리 점수에 따라 차등으로 점수를 부여한다. (90점 이상 4점, 80점이상 2점, 70점이상 1점) - 외부정도관리 프로그램을 면제 받은 경우 또는 유전자검사를 시행하지 않는 기관은 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 09.300.320 대한진단검사정도관리협회에서 검 체검사수탁기관으로 인증받았는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	신규 가입기관이나 신설기관인 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 09.300.340 검사기관에서 실시하고 있는 모든 해당 검사분야에 대하여 대한진단검사의학회/진단검사의학재단에서 주관하는 우수검사실 인증사업에 참여하고 있는가?	배점 (16)		아니오	
설명	• 해당 분야의 검사를 시행함에도 불구하고 인증심사를 받지 않은 경우 '0점'으로 처리한다.				

문항	기본B 09.300.350 유전자검사를 실시하는 기관인 경 우, 한국유전자검사평가원의 현장평가를 받았는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 유전자검사기관은 '생명윤리 및 안전에 관한 법률'에 따라 한국유전자검사평가원이 실시하는 현장평가에 참가하여야 한다. - 현장평가 등급에 따라 차등으로 점수를 부여한다.(A등급 4점, B등급 2점, C등급 1점) - 현장평가 면제를 받은 경우 또는 유전자검사를 시행하지 않는 기관은 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	필요R 09.300.420 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																			
설명	• 내부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. • 검사실운영 분야의 점수는 검사실의 내부정도관리 체계 전반에 대하여 평가한다. 내부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다. • 검사실운영 외 5개 분야의 점수는 해당 분야의 301.211 문항의 점수를 기입한다. 그 다음 각 분야의 감점점수를 기입한다. 이 문항의 최종점수는 배점(24점)에서 6개 분야 감점점수의 총합을 감점하여 산출한다.																																						
	<table><tr><th>분야</th><th>배점</th><th>분야점수</th><th>감점점수</th></tr><tr><td>검사실운영</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단혈액</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상화학</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상미생물</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>수혈의학</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단면역</td><td>24</td><td></td><td></td></tr><tr><td>최종점수</td><td>24</td><td></td><td></td></tr></table>				분야	배점	분야점수	감점점수	검사실운영	24			진단혈액	24			임상화학	24			임상미생물	24			수혈의학	24			진단면역	24			최종점수	24					
	분야	배점	분야점수	감점점수																																			
	검사실운영	24																																					
	진단혈액	24																																					
	임상화학	24																																					
	임상미생물	24																																					
	수혈의학	24																																					
	진단면역	24																																					
	최종점수	24																																					
• 당해 연도가 자체 평가인 경우에는 심사원이 모든 분야의 내부정도관리 분석결과를 다음의 평가 항목 및 배점을 기준으로 확인하여야 한다.																																							
<table><tr><th>평가(점검)항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 & 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성-결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우에 대한 수정사항 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우에 대한 대응법의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60%미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>				평가(점검)항목	배점	점수	평가기준의 적절성 & 보고양식의 유무	1		기록의 정확성-결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우에 대한 수정사항 기록	5		허용범위를 벗어난 경우에 대한 대응법의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60%미만	(4)	
평가(점검)항목	배점	점수																																					
평가기준의 적절성 & 보고양식의 유무	1																																						
기록의 정확성-결과 및 기록 빈도	1																																						
허용범위를 벗어난 경우에 대한 수정사항 기록	5																																						
허용범위를 벗어난 경우에 대한 대응법의 적절성	5																																						
허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																						
내부정도관리 실시율	8																																						
100%	(8)																																						
90~99%	(7)																																						
80~89%	(6)																																						
60~79%	(5)																																						
60%미만	(4)																																						
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																							

문항	기본B 09.300.421 검사실은 분자진단분야의 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책 수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 검사실의 내부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 내부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

문항	기본B 09.300.422 검사실은 세포유전분야의 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 검사실의 내부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 내부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

문항	기본B 09.300.423 검사실은 유세포검사분야의 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 검사실의 내부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 내부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

문항	기본B 09.300.424 검사실은 조직적합성검사분야의 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다. - 검사실의 내부정도관리 체계 전반에 대해 평가한다. 내부정도관리 체계가 적절하지 않거나, 과정상의 문제가 있거나, 시행을 제대로 하지 않거나, 최종 목표를 달성하는데 적절하지 않은 경우에 그 정도를 반영하여 감점한다.						

2. 정도관리지침

문항	기본B 09.301.341 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																											
설명	- 내부정도관리 검토의 기준이 지침서에 명기되었나를 확인한다. - 내부정도관리 기록을 확인하고 정량값으로 관리되는 검사인 경우 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV)를 산출한 기록과 진단검사의학과 전문의의 검토여부를 확인한다. - 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전 결과들과 차이가 나는 경우 해당 전문의의 검토 기록이 있어야 한다. - 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다. - 해당 분야의 301.340 문항의 점수를 기입한다. 각 분야의 감점점수를 기입한다. 이 문항의 최종점수는 배점에서 5개 분야 감점점수의 총합을 감점하여 산출한다.																																
	<table><tr><th>분야</th><th>배점</th><th>분야점수</th><th>감점점수</th></tr><tr><td>진단혈액</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상화학</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>임상미생물</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>수혈의학</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>진단면역</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>최종점수</td><td>8</td><td></td><td></td></tr></table> 당해 연도가 자체 평가인 경우에는 심사원이 모든 분야의 내부정도관리 기록에 대한 종합검토를 확인하여야 한다.						분야	배점	분야점수	감점점수	진단혈액	8			임상화학	8			임상미생물	8			수혈의학	8			진단면역	8			최종점수	8	
분야	배점	분야점수	감점점수																														
진단혈액	8																																
임상화학	8																																
임상미생물	8																																
수혈의학	8																																
진단면역	8																																
최종점수	8																																

문항	기본B 09.301.342 매월 유세포검사분야의 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 검토의 기준이 지침서에 명기되었나를 확인한다. - 내부정도관리 기록을 확인하고 정량값으로 관리되는 검사인 경우 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV)를 산출한 기록을 확인한다. - 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우 해당 전문의의 검토 기록이 있어야 한다. - 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.						

문항	기본B 09.301.343 매월 조직적합성검사분야의 내부 정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 내부정도관리 검토의 기준이 지침서에 명기되었나를 확인한다. • 내부정도관리 기록을 확인하고 정량값으로 관리되는 검사인 경우 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV)를 산출한 기록을 확인한다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우 해당 전문의의 검토 기록이 있어야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.						

문항	기본B 09.301.344 매월 세포유전검사분야의 내부 정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 내부정도관리 검토의 기준이 지침서에 명기되었나를 확인한다. • 내부정도관리 기록을 확인하고 정량값으로 관리되는 검사인 경우 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV)를 산출한 기록을 확인한다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우 해당 전문의의 검토 기록이 있어야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.						

문항	기본B 09.301.345 매월 분자진단검사분야의 내부 정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 내부정도관리 검토의 기준이 지침서에 명기되었나를 확인한다. • 내부정도관리 기록을 확인하고 정량값으로 관리되는 검사인 경우 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV)를 산출한 기록을 확인한다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우 해당 전문의의 검토 기록이 있어야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.						

4 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검체채취 및 취급

문항	기본B 09.402.010 검체를 운반하는 직원에 대한 교육에 관한 지침이 있으며 주기적인 교육을 시행하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 직원 명부를 확인한다. - 검체운반 직원(외부직원 포함)에 대한 교육내용과 시행기록을 확인한다. - 검체 운반 직원이 해당기관 소속이 아니더라도 교육에 대한 책임은 해당 기관이 가져야 한다.						

문항	기본B 09.402.030 검사결과나 해석에 영향을 미치는 검사방법의 변동 시 이를 임상에 설명하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 개정사항은 결과지, 이메일 또는 검사실 뉴스레터 등을 통하여 안내되어야 한다. - 위탁기관에 이를 안내하는 지침과 체계가 있어야 한다. 검사의 참고범위나 방법 등의 변경 사항이 발생하는 경우 변경일 이전에 위탁기관으로 해당 사항을 통보하여야 한다.						

문항	기본B 09.402.240 운반하는 검체의 종류와 운반 거리에 적합한 검체 포장 방법과 안전한 운반 방법이 문서화되어 있으며, 검체를 운반하는 직원은 이에 따라 시행하고 있는가?	배점 (4)		아니오			
설명	- 검체 운반에 관한 지침을 확인한다. - 검체운반은 외부가 단단한 용기를 이용하여 운반하여야 하며 목적에 적합한 온도를 유지해야 한다. 또한, 냉장, 냉동 및 실온 분리 운송 시스템 및 기록을 갖추어야 한다. - 자동온도기록지가 부착된 운반용기 사용을 권장한다. - 온도에 민감한 반응을 보이는 검체의 경우 icebox 혹은 이와 유사한 운반 용기를 사용하고 있는지 직접 확인한다. - 냉매와 온도 센서는 격벽 등으로 분리되도록 위치하는지 확인하여야 한다. - 검체 용기 파손 등의 사고가 발생하는 경우를 대비한 보고체계가 있어야 한다. - 감염성 검체의 이송에 적합한 포장과 운송방법이 문서화되어 있으며, 이에 대한 교육이 시행되어야 한다. 감염성 검체의 이송은 '감염성 물질 안전운송 지침'에 따른다.						

문항	기본B 09.402.250 외부기관으로부터 검체를 의뢰받는 경우, 의뢰기관에서 보낸 모든 검체가 안전하게 도착하였음을 증명할 수 있는 문서화된 추적시스템이 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 문서에 검체를 보낸 시간과 검체 목록, 검체별 운송 조건(온도, 만약 시간제한이 있는 검사인 경우 제한 시간 등) 등이 기록되어 있어야 한다. - 위탁기관의 검체 인계자와 수탁기관의 검체 인수자 간에 검체의 인수와 인계를 확인하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 09.402.260 검체 운반 과정에서 발생하는 문제점을 발견 할 수 있는 체계가 갖추어져 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 검체운반 과정 중 발생할 수 있는 문제점을 발견한 경우 이에 대한 해결방안, 대책 등의 기록을 확인한다. - 검체 운송 경로별로 검사 결과치의 평균과 분포를 관찰하여, 운송 도중에 발생하는 오류에 대하여 주기적으로 감시하는 지침을 마련하고, 실제 시행한다. - 기관에서 시행하는 검사 중 검체의 운반과정에 영향을 많이 받는 검사 또는 지표(예, glucose, LDH, 혈청 혈색소, cell viability, 육안관찰 등)를 한 가지 선정하여 검체 운송 경로별로 결과치의 평균과 분포를 관찰하여 지속적으로 감시하고, 문제가 발생하는 경우 교정하기 위한 노력을 기울여야 한다. - 신규 기관(일반수탁 기관에 한함)의 경우 지침 및 서식이 마련되어 있으면 '2점'을 부여한다.				

문항	기본B 09.402.270 외부기관에서 채취된 검체의 질을 감시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 의뢰기관별 검사 결과치의 평균과 분포를 관찰하여, 각 의뢰기관에서 발생하는 검체 오류에 대한 체계적인 감시를 주기적으로 시행하는 지침이 마련되어 있어야 한다. - 기관에서 시행하는 검사 중 검체의 채취과정에 영향을 많이 받는 검사 또는 지표(예, glucose, LDH, 혈청 혈색소, cell viability, 육안관찰 등)를 한 가지 선정하여 의뢰 기관별로 결과치의 평균과 분포를 관찰하여 지속적으로 감시하고, 편중된 분포를 보이는 기관에 대하여 지속적 피드백을 시행할 것을 권장한다. - 검체의 질을 감시하여 문제가 발견된 경우, 원인을 파악하고 문제를 해결한 근거가 있어야 한다. - 신규 기관(일반수탁 기관에 한함)의 경우 지침 및 서식이 마련되어 있으면 '4점'을 부여한다.				

2. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 09.403.300 검사기관에서는 검사 의뢰 권한을 갖는 의료인에 의해 의뢰된 검사만을 시행하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 검체 검사는 의료행위에 해당하므로 의사에 의하여 의뢰된 경우만 검사하여야 한다. 일반적으로 의료기관에서 의뢰된 검사는 의사에 의하여 의뢰된 것으로 인정할 수 있다. - 추가 검사를 실시하는 경우도 별도의 의뢰가 있음을 기록으로 남겨야 한다.				

문항	기본B 09.403.489 각 의뢰기관에서 수거한 검체의 접수 시간 및 검체 도착 시간을 기록한 장부를 가지고 있으며, 이러한 검체 접수 및 도착에 관한 프로그램을 운영하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	검체 접수 시간 및 도착 시간이 기록된 장부 또는 프로그램을 확인한다.				

문항	기본B 09.403.490 의뢰된 검체 용기에는 검체 식별에 필요한 확인자(identifier)가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	모든 검체 용기에는 검체의 출처를 확인할 수 있는 확인자가 있어야 한다. 이 확인자는 문자나 숫자, 바코드 등의 형태 모두 가능하다. 이 확인자를 이용하여 검체 검사를 의뢰한 기관과 환자, 채취일자 그리고 검체 종류 등을 추적할 수 있어야 한다.				

3. 검체처리

문항	기본B 09.404.040 수탁검사실은 위탁 기관이 의뢰하는 검체의 채취 및 취급 사양을 올바르게 제공하는가?	배점 (권장)		아니오	
설명	- 수탁검사실은 검체 채취 방법뿐만 아니라 검체무결성 유지를 위한 분석전 검체 관리에 관한 정보를 위탁기관에 제공한다. - 분석전 검체 관리의 예는 검체 온도, 보존제 사용, 운송 시간, 접수 시간, 혈청(혈장) 분리까지의 시간 등 검사 종류에 따른 정보들이 있을 수 있다.				

문항	기본B 09.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다.				

4. 검사결과 보고

문항	기본B 09.405.020 검사에서 얻은 결과는 오류없이 결과보고서에 정확하게 보고되는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 수기검사 결과를 입력(또는 옮겨 적기)하거나, 기기를 이용한 검사의 인터페이스 과정에서의 오류로 인하여 결과보고 오류가 발생 할 수 있다. 5개의 검사를 무작위 추출하여, 이를 확인하고 기록을 남긴다. - 수기검사의 경우, 검사기록과 결과지를 비교한다. 기기를 이용한 검사의 경우 기기에서 직접 출력한 결과와 기관의 결과지(혹은 전산화면 출력)와 비교한다.				

No	검사	검사일자	검사번호	보고한 결과와 검사기록 결과의 일치 여부
1				
2				
3				
4				
5				

문항	기본B 09.405.500 최종 결과보고서에는 아래 사항이 기재되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 아래 사항이 기재되어야 한다. (1) 검사명, 결과, 단위(SI unit 등) (2) 환자 성명, 성별, 나이(생년월일), 병록번호 (3) 의뢰의사명 (4) 검체명, 채취일시, 채취부위(필요시) (5) 접수일시, 검사일시, 결과 보고일시 (6) 검사자, 보고자 (7) 전문의 검토 및 서명(전문가가 판독하고 판독소견서를 작성해야 하는 검사의 경우) (8) 검사실명 및 연락처 (9) 위탁검사 여부 (10) 참고구간, 임상 결정 값(clinical decision value), 임상 결정 값을 뒷받침하는 도표/계산도표(normogram) (필요한 경우) (11) 결과의 해석(필요한 경우) (12) 주의 또는 설명 메모(예: 결과에 영향을 주는 검체의 질/적합성, 위탁 검사실의 결과/해석, 개발 과정의 사용) (필요한 경우) (13) 페이지 수/총 페이지 수(예: '페이지 1/1', '페이지 2/5' 등) "본 검사실은 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 우수검사실 신임 인증을 받은 검사실입니다." 라는 내용이 결과지에 들어가는 것을 권장한다. - 수탁의료기관의 경우, 검사실명과 주소가 반드시 있어야 한다. 검사실명과 주소가 없는 경우 '0점'으로 평가한다. - 수탁검사결과지에는 아래사항이 추가되어야 한다. (1) 담당 임상병리사 (면허번호포함) (2) 담당 전문의 (진단검사의학 전문의번호 포함) (3) 기관번호 - 검체 접수일 및 결과 보고일은 분단위까지 기록되어야 하며, 환자의 검사결과 사본을 확인용으로 비치하고 있어야 한다. - 타 기관으로 재위탁한 검사의 경우 재위탁 검사 결과임을 결과지에 기술하여야 한다.				

문항	기본B 09.405.960 수탁검사기관은 검체검사를 의뢰한 기관으로 통보한 결과와 동일한 결과지를 일정기간 보관하고 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 보관기간은 의료법 시행규칙에 명시한 기준을 따른다. - 위탁기관으로 결과를 전산적으로 통보하는 경우 서면결과지가 아닌 전산결과의 보관도 인정한다.				

문항	기본B 09.405.961 수탁검사기관으로 도착한 검체의 결과 통보 TAT가 정해져 있고, 부득이한 사정으로 지연될 경우 이를 미리 위탁기관에 통보하는 체계를 갖추고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사별 TAT가 정해져 있고, 이를 분석한 자료를 제시하여야 한다. • 결과보고가 지연된 경우 조치 사항을 확인한다.				

문항	기본B 09.405.962 HIV 감염증 등 즉시 통보가 필요한 검사 결과들에 대하여 위탁기관과 적절한 시간 이내에 의견 교환할 수 있는 체계가 갖추어져 있는가?	배점 (4)		아니오	해당 없음
설명	• 수탁검사기관은 HIV나 다른 고위험 감염증(결핵 등)의 결과는 적절한 시간 이내에 위탁기관의 의료진과 결과에 대한 의견 교환과 통보가 이루어져야 한다. • 실제 통보한 기록을 확인한다.				

문항	기본B 09.405.963 경고치 결과를 위탁기관의 의료진에게 즉시 통보하는 체계가 갖추어져 있는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	• 수탁검사기관에서 얻은 경고치 결과를 빠른 시간내에 위탁 기관으로 통보할 수 있는 구체적 방법을 명시한 문서화된 협약이 있어야 한다. • 심사원은 기관의 수탁 검사 목록을 확인하여 경고치 보고가 필요치 않은 경우에만 '해당없음'으로 평가한다. • 신규기관(일반수탁기관에 한함)의 경우 지침 및 서식이 마련되어 있으면 '1점'을 부여한다.				

문항	기본B 09.405.964 경고치 통보가 전화 등을 통하여 구두로 전달된 경우, 이 결과가 정확하게 전달되었는지 확인하는 절차가 있는가?	배점 (2)		아니오	해당 없음
설명	• 경고치 통보는 전자적 방법(팩스나 컴퓨터)으로 이루어져도 무방하다. 그러나 결과가 결과를 받아야 하는 당사자에게 정확하게 전달되었는지를 재확인(예를 들면 전화 통화 등을 통하여)하는 절차가 필요하다. • 심사원은 기관의 수탁 검사 목록을 확인하여 경고치 보고가 필요치 않은 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.				

문항	기본B 09.405.965 의뢰받은 검체검사의 결과가 의뢰한 의료인 이외 다른 곳으로 유출되지 않도록 금지하는 지침이 있으며 이를 주기적으로 교육하는가?	배점 (4)		해당 없음	
설명	• 기관은 건강정보 관리책임자를 선임해야한다. 이 책임자는 의료법에 의하여 비밀누설금지의 의무가 있는 의료인이어야 한다. • 건강정보 관리에 대한 지침을 확인하고, 건강정보 관리책임자를 면담하여 체계의 적절성 여부를 판단한다.				

5 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 09.600.200 자체적인 정기장비 점검 프로그램 이외에 장비회사와 별도로 계약된 점검 프로그램이 있는가?	배점 (2)		해당 없음	
설명	장비회사와 계약된 정기점검 계약서를 확인하며, 장비회사의 정기점검 기록부 사본의 보관 유무를 확인한다.				

문항	기본B 09.600.280 장비사용 연한이 지난 장비는 주기적인 검증을 하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 각 분야별 검사건수 혹은 사용연한에 따른 장비운용 프로그램이 있어야 한다. - 검사실에서는 각 장비의 사용연한에 대한 목록을 준비하고, 심사원은 사용 연한이 지난 장비에 대한 검증을 실시하고 있었는지 확인한다. - 사용 연한이 지난 장비가 하나도 없는 경우 '해당없음'으로 처리한다. - 검사실은 사용연한이 지난 장비에 대한 자체 검증방법이 있어야 한다.						

문항	기본B 09.600.290 임상병리사가 정기적인 교대근무를 실시하는 경우, 교대시점에서 인수인계 장부 및 검사업무 지침서에 대한 숙지 여부를 자료로 보관하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

2. 재위탁 검사

재위탁 검사란, 수탁검사기관이 타 기관으로부터 의뢰받은 검체검사를 당 기관에서 시행하지 않고 제3의 의료기관으로 위탁하는 것을 말한다.

문항	기본B 09.602.092 재위탁검사의 기관별 위탁 검사 리스트가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 해당 검사기관에서 실시하지 않고 재위탁하는 검사의 목록이 있고, 각 검사의 재위탁이 이루어지는 기관이 명시되어 있어야 한다. 기관 명시가 없는 경우 '0점'으로 평가한다. - 재위탁을 하지 않으면 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 09.602.093 재위탁검사에 대한 전년도 검사별 의뢰 통계가 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 09.602.094 재위탁검사하여 얻은 결과를 검사를 의뢰한 기관(즉, 위탁기관)으로 보낼 때, 결과보고서에 결과가 재위탁으로 얻은 결과임을 표시하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• "본 결과는 국내의 다른 의료기관으로 재의뢰하여 얻은 결과로, 재위탁 의료기관은 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 우수검사실 신임인증을 통과한 기관입니다."라는 식의 문구가 있어야 한다.						

문항	기본B 09.602.095 검체검사를 재의뢰하는 국내 재위탁기관은 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 우수검사실 신임인증을 받은 기관이며 이를 증명할 서류를 갖추고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 대한진단검사의학회/진단검사의학재단에서 발행한 '우수검사실 신임인증서' 혹은 '진단검사의학 수탁기관 인증확인서' 사본을 보유하고 있어야 하며, 그렇지 않은 경우, '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 09.602.096 재위탁검사를 실시하는 기관은 대한진단검사정도관리협회에 가입한 기관으로서 수탁기관으로 인증을 받았는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 대한진단검사정도관리협회에서 발행한 '진단검사의학 수탁기관 인증확인서' 사본을 보유하고 있어야 하며, 그렇지 않은 경우, '0점'으로 평가한다.						

문항	기본B 09.602.098 국내에서 검사를 시행하는 기관이 없는 검사인 경우, 국외 재위탁 기관은 공신력있는 기관의 인증프로그램을 통과한 기관이며 이를 증명할 수 있는 서류를 갖추고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• CAP, AABB, ISO 등을 예로 들 수 있다.						

6 인력

1. 전문의

문항	기본B 09.702.221 각 분야별로 적정수의 전문의가 상근하고 있는가?	배점 (24)		아니오		해당 없음	
설명	- 분야별 검사의 질향상을 위하여 각 분야별 전문의가 별도로 배치되어야 하며, 심사원은 전문의가 검사 결과를 검증한 근거(서명)를 무작위로 확인한다. - 전문의의 담당분야가 2개인 경우 '12점'을 감점하고, 3개 또는 그 이상인 경우는 '0점'으로 평가한다. - 단, 연간 총 검사건수가 300만건 이하인 기관은 '해당없음'으로 평가한다. - 검사실 전년도 검사건수 : _ 건 - 상근 진단검사의학과 전문의 수 : _ 명						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 수탁검사분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신 모든
사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일