

Listado de Incidencias/No Confirmidades más de 3 meses abiertas

Número	Origen		Tipo	Responsable	Resumen	F.Apertura	Estado
1192	Auditoría Interna	I-16-2017 Ensayo Lawrence	OBSERVACION	laura	OBS1- Enjuague de la válvula	09/01/2018	Pte. Cierre
1193	Auditoría Interna	I-16-2017 Ensayo Lawrence	OBSERVACION	laura	OBS2- Certificado alúmina inexistente	09/01/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1194	Auditoría Interna	I-16-2017 Ensayo Lawrence	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM1- Vaso de solución de nirato sucio	09/01/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1195	Auditoría Interna	I-16-2017 Ensayo Lawrence	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM2- Modificar en PNT el tamaño de grano de la alúmina	09/01/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1210	Auditoría Interna	I-13-2018 SISTEMA 17025: parte técnica (ampliación)	OBSERVACION	cynthia	OBS 2. Diferenciar entre magnitud/unidad de medida y entre Presión relativa y absoluta	25/01/2018	Pte. Cierre
1223	Auditoría Interna	I-01-2018 Servicio control P.Especiales (Tablada)	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 1. Errores de Registro	07/03/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1224	Auditoría Interna	I-01-2018 Servicio control P.Especiales (Tablada)	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 2. Diferencias en la Gestión de anomalías y fallos	07/03/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1225	Auditoría Interna	I-01-2018 Servicio control P.Especiales (Tablada)	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 3. Inexistencia de procedimiento estándar para archivar IQTRs	07/03/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1226	Auditoría Interna	I-01-2018 Servicio control P.Especiales (Tablada)	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 4. Errores de archivo	07/03/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1227	Auditoría Interna	I-01-2018 Servicio control P.Especiales (Tablada)	OBSERVACION	cynthia	OBS 1. Error de codificación	07/03/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1228	Auditoría Interna	I-01-2018 Servicio control P.Especiales (Tablada)	PROPUESTA DE MEJORA	cynthia	PM 1. Inclusión de campo para indicar el número de revisión de los documentos	07/03/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1229	Auditoría Interna	I-01-2018 Servicio control P.Especiales (Tablada)	PROPUESTA DE MEJORA	cynthia	PM 2. Diferenciar entre evidencia de actividad y evidencia de certificación	07/03/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1232	Auditoría Externa	E-08-2018 - AIRBUS DS Servicio Procesos	NO CONFORMIDAD	laura	NC 1 Mayor: IQTR archivados con codificación incorrecta	23/03/2018	Pte. Cierre
1233	Auditoría Externa	E-08-2018 - AIRBUS DS Servicio Procesos	NO CONFORMIDAD	laura	NC 2 Menor: Ausencia de registro un de IQTP en la base de datos correspondiente	23/03/2018	Pte. Cierre
1244	Reclamación de Cliente		NO CONFORMIDAD	laura	Calibración errónea de manómetro averiado y error en etiquetado de dos manómetros	13/04/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1249	Auditoría Interna	I-09-2018 - CASA 1400-55 FT	OBSERVACION	cynthia	OBS1 - Exclusividad de las tareas del Responsable de Laboratorio	27/04/2018	Pte. Cierre

Listado de Incidencias/No Confirmidades más de 3 meses abiertas

Número	Origen		Tipo	Responsable	Resumen	F.Apertura	Estado
1253	Auditoría Externa	E-11-2017 - ENAC CALIBRACIONES AMPLIACION	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC4- Falta de trazabilidad metrológica	15/03/2018	Pte. Cierre
1255	Auditoría Externa	E-11-2017 - ENAC CALIBRACIONES AMPLIACION	OBSERVACION	cynthia	OBS1- Falta de precauciones en medida de resistencias de alto valor en el Procedimiento PNT C 067	15/03/2018	Pte. Cierre
1256	Auditoría Externa	E-11-2017 - ENAC CALIBRACIONES AMPLIACION	OBSERVACION	cynthia	OBS2- Falta de definición de criterios de aceptación y rechazo	15/03/2018	Pte. Cierre
1257	Auditoría Externa	E-11-2017 - ENAC CALIBRACIONES AMPLIACION	OBSERVACION	cynthia	OBS3- Conformidad de los controles internos	15/03/2018	Pte. Cierre
1260	Auditoría Externa	E-11-2017 - ENAC CALIBRACIONES AMPLIACION	OBSERVACION	cynthia	OBS6- Incertidumbre calculada más elevada que CMC evaluada para multímetro calibrado	15/03/2018	Pte. Cierre
1262	Auditoría Interna	I-06-2018-ENAC ENSAYOS	OBSERVACION	laura	OBS1- Validación fórmula viscosidad cinemática	09/05/2018	Pte. Cierre
1263	Auditoría Interna	I-06-2018-ENAC ENSAYOS	OBSERVACION	laura	OBS2- Tendencias conforme a POC 0502	09/05/2018	Pte. Cierre
1277	Mejora Continua	DETECCIÓN INTERNA 2018	PROPUESTA DE MEJORA	laura	CFT ESPAÑA18: ASESORAMIENTO COMPRAS EQUIPOS	05/06/2018	Abierto
1282	Auditoría Externa	E-09-2018 ESCCA	OBSERVACION	cynthia	OBS 1. Establecimiento del Proyecto (Cap. 1)	08/06/2018	Pte. Cierre
1283	Auditoría Externa	E-09-2018 ESCCA	PROPUESTA DE MEJORA	cynthia	PM 1. Monitorización (Cap. 4)	08/06/2018	Abierto
1284	Auditoría Externa	E-09-2018 ESCCA	OBSERVACION	cynthia	OBS 2. Habilidades y gestión de capacidades (Cap 3)	08/06/2018	Pte. Cierre
1285	Auditoría Externa	E-09-2018 ESCCA	OBSERVACION	cynthia	OBS 3. Partes contribuyentes clave - selección y seguimiento (Cap. 9)	08/06/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1286	Auditoría Externa	E-09-2018 ESCCA	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 1. Gestión de riesgos (Cap. 8)	08/06/2018	Pte. Cierre
1287	Auditoría Externa	E-09-2018 ESCCA	PROPUESTA DE MEJORA	cynthia	PM 2. Seguimiento y control (Cap. 5)	08/06/2018	Abierto
1288	Auditoría Interna	I-14-2018 ENAC CALIBRACIONES (ampliación julio)	NO CONFORMIDAD	laura	NC 1:No hay referencias a la EA 4/02 en los procedimientos internos	14/06/2018	Pte. Cierre
1289	Auditoría Interna	I-14-2018 ENAC CALIBRACIONES (ampliación julio)	NO CONFORMIDAD	laura	NC 2: Faltan patrones que abarquen parte del alcance de micrómetros de interiores de 3 contactos	14/06/2018	Pte. Cierre
1292	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	laura	Llaves de referencia no conformes	12/06/2018	Pte. Cierre

Listado de Incidencias/No Conformidades más de 3 meses abiertas

Número	Origen		Tipo	Responsable	Resumen	F.Apertura	Estado
1295	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	PROPUESTA DE MEJORA	masanchez	Nombre de los Ensayos bajo acreditación ENAC en los informes.	22/06/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1296	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	masanchez	Error en Informes de Ensayos de contaminación por partículas en fluidos hidráulicos.	22/06/2018	Pte. Cierre
1304	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	laura	Ensayo rugosidad ITECAM escala Rz	13/07/2018	Abierto
1305	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	cynthia	Falta de etiquetas y FDS de soluciones preparadas	09/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1306	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	cynthia	BOEING - CANAGROSA used 801 Process Code without Boeing approval	17/07/2018	Pte. Cierre
1307	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 1. Calibración durómetro	23/07/2018	Pte. Cierre
1308	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 2. Resultados intercomparaciones dureza	23/07/2018	Pte. Cierre
1309	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 3. Errores en estimaciones de CMC	23/07/2018	Pte. Cierre
1310	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 4. Validación software incompleta	23/07/2018	Pte. Cierre
1311	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 5. Incoherencia sistemática con CMC solicitada	23/07/2018	Pte. Cierre
1312	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 6. Calibración lámina de espesor	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1313	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 7. Calibración manómetro	23/07/2018	Pte. Cierre
1314	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 1. Evaluación de riesgos a la imparcialidad	23/07/2018	Pte. Cierre
1315	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 2. Errores de registro de cualificaciones	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1316	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 3. Error elección cifras signitificativas en expresión resultados	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas

Listado de Incidencias/No Conformidades más de 3 meses abiertas

Número	Origen		Tipo	Responsable	Resumen	F.Apertura	Estado
1317	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 4. Componente de deriva	23/07/2018	Pte. Cierre
1318	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 5. Falta de cierre de discrepancias anteriores	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1319	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 6. Planificación actividades control interno	23/07/2018	Pte. Cierre
1320	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 7. Oferta evaluación cumplimiento especificaciones	23/07/2018	Pte. Cierre
1321	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 8. Lugar realización calibración	23/07/2018	Pte. Cierre
1322	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 9. Medidas tomadas para cumplimiento requisitos sensores presión y masas	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1323	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 10. Identificación de cambios en informes	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1324	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 11. Intervalo de condiciones ambientales incoherente con la actividad	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1325	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 12. Deriva entre calibraciones pesas patrón	23/07/2018	Pte. Cierre
1326	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 13. Diferencia de aspectos a contemplar según instrumento bajo calibración	23/07/2018	Pte. Cierre
1327	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 14. Evaluación proveedores y renting de equipos	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1328	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 15. Retroalimentación personal	23/07/2018	Pte. Cierre
1329	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 16. Incertidumbre sobre patrones cilíndricos	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1330	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 17. Incertidumbre y correlación de bloques patrón	23/07/2018	Pte. Cierre

Listado de Incidencias/No Conformidades más de 3 meses abiertas

Número	Origen		Tipo	Responsable	Resumen	F.Apertura	Estado
1331	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 18. Trazabilidad cambios de ediciones	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1332	Auditoría Externa	E-03-2018 ENAC CALIBRACIONES SEG+AMPL	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 19. Falta de aporte de medidas antes de ajuste en certificado de calibración	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1333	Auditoría Externa	E-17-2018 AIRBUS SISTEMA	OBSERVACION	cynthia	OBS 1. Falta de firma de los QAP emitidos por el cliente	23/07/2018	Pte. Cierre
1334	Auditoría Externa	E-17-2018 AIRBUS SISTEMA	OBSERVACION	cynthia	OBS 2. Cierre de observaciones auditorías anteriores	23/07/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1335	Auditoría Externa	E-17-2018 AIRBUS SISTEMA	PROPUESTA DE MEJORA	cynthia	PM 1. Solicitud de informes firmados	23/07/2018	Abierto
1336	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	masanchez	INTERCOMPARATIVO ASTM-JF1803	20/06/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1337	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	masanchez	INTERCOMPARATIVO EXOVA-KIT 7-2-2018 Corrosión en cámara de niebla salina	16/07/2018	Pte. Cierre
1338	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	masanchez	INTERCOMPARATIVO EXOVA-KIT 10-9-2018	16/07/2018	Pte. Cierre
1343	Auditoría Interna	I-05-2018 Nadcap MTL Iberia	OBSERVACION	cynthia	OBS 2. Use of standards	14/08/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1344	Auditoría Interna	I-05-2018 Nadcap MTL Iberia	OBSERVACION	cynthia	OBS 3. Calibration of Reference Standards	14/08/2018	Pte. Cierre
1348	Reclamación de Cliente		NO CONFORMIDAD	laura	Incidencia en expresión de resultados	03/09/2018	Pte. Cierre
1349	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 1. Incertidumbre inadecuada de las sondas usadas en las calibraciones de los equipos	11/09/2018	Pte. Cierre
1350	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NC 2. Inadecuación de métodos de ensayo	11/09/2018	Pte. Cierre
1351	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 1. Riesgos a la imparcialidad	11/09/2018	Pte. Cierre
1352	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 2. Evidencias de registros de cualificaciones incompletas	11/09/2018	En Tramitación
1353	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 3. Equipamiento	11/09/2018	En Tramitación
1354	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 4. Falta de calibración/verificación patrones del equipo de Rayos X	11/09/2018	Pte. Cierre
1355	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 5. Falta criterio de aceptación/rechazo en recepción de muestras	11/09/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas

Listado de Incidencias/No Confirmidades más de 3 meses abiertas

Número	Origen		Tipo	Responsable	Resumen	F.Apertura	Estado
1356	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 6. Falta de comprobación de parámetros de ensayo exigidos por la normativa	11/09/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1357	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 7. Incertidumbres declaradas de algunos ensayos excesivas	11/09/2018	Pte. Cierre
1358	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 8. Criterios para la evaluación de los controles de calidad	11/09/2018	Pte. Cierre
1359	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 9. Falta de periodicidad del rango de medida en algunos ensayos	11/09/2018	Pte. Cierre
1360	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 10. Participación en intercomparativos	11/09/2018	Pte. Cierre
1361	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 11. Información contenida en los informes	12/09/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1362	Auditoría Externa	E-04-2018 ENAC ENSAYOS	NO CONFORMIDAD	cynthia	NCm 12. Evaluación de las acciones correctivas tomadas	12/09/2018	Pte. Cierre
1365	Auditoría Externa	E-07-2018 NADCAP MTL Iberia	NO CONFORMIDAD	cynthia	1. MINOR: Subcontractors evaluation	02/10/2018	Pte. Cierre
1366	Auditoría Externa	E-07-2018 NADCAP MTL Iberia	NO CONFORMIDAD	cynthia	2. MAJOR: Precision of the instrument under calibration	02/10/2018	Pte. Cierre
1367	Auditoría Externa	E-07-2018 NADCAP MTL Iberia	NO CONFORMIDAD	cynthia	3. MINOR: Recording hardness values	02/10/2018	Pte. Cierre
1368	Auditoría Externa	E-07-2018 NADCAP MTL Iberia	NO CONFORMIDAD	cynthia	4. MAJOR: Failure of corrective action system	02/10/2018	Pte. Cierre
1371	Reclamación de Cliente		NO CONFORMIDAD	cynthia	Error en toma de datos en ensayo de color	18/10/2018	Pte. Cierre
1372	Auditoría Externa	E-18-2018 AIRBUS DS CONDUCTIVIDAD	PROPUESTA DE MEJORA	cynthia	Comprobación con palpador inclinado	18/10/2018	Pte. Cierre
1373	Auditoría Externa	E-18-2018 AIRBUS DS CONDUCTIVIDAD	PROPUESTA DE MEJORA	cynthia	Referencias equivocadas en PNT C 026	18/10/2018	Pte. Cierre
1374	Reclamación de Cliente		NO CONFORMIDAD	cynthia	Retraso en la entrega de los resultados de muestras de combustible	19/10/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1376	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	14001 - OBS 1. Trazabilidad Revisión por la Dirección	22/10/2018	Pte. Cierre
1377	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	14001 - OBS 2. Trazabilidad de riesgos y requisitos de partes interesadas	22/10/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1378	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	14001 - OBS 3. Publicación de la Política integrada del sistema en sitio web	22/10/2018	Pte. Cierre
1379	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	14001 - OBS 4. Errores en fechas de almacenamiento de RRPP	22/10/2018	Pte. Cierre

Listado de Incidencias/No Confirmidades más de 3 meses abiertas

Número	Origen		Tipo	Responsable	Resumen	F.Apertura	Estado
1380	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	NO CONFORMIDAD	cynthia	9100 - NC 1. Cumplimentación inadecuada de las OP	22/10/2018	Pte. Cierre
1390	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	cynthia	Revisión de certificados de calibración	05/11/2018	Pte. Plan Acciones Correctivas
1391	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	9001 - OBS 1. Mantenimiento cabina flujo laminar	27/11/2018	Pte. Cierre
1393	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	9001 - OBS 3. Trazabilidad lotes intermedios	27/11/2018	Pte. Cierre
1394	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	9001 - OBS 4. Controles intermedios equipo autoclave	27/11/2018	Pte. Cierre
1395	Auditoría Externa	E-05-2018.EQA SGCMA Integrado	OBSERVACION	cynthia	9001 - OBS 5. Ampliación Programa Intercomparativos	27/11/2018	Pte. Cierre
1396	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	masanchez	INTERCOMPARATIVO: 2018.DIM.01.C (Regla vertical de trazos)	09/10/2018	Abierto
1397	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	masanchez	INTERCOMPARATIVO comparación dimensional 2018.DIM.01.M (MI2C)	09/10/2018	Abierto
1398	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	NO CONFORMIDAD	laura	NCm1- Risk in confusion with the order of the bath to next step.	12/12/2018	Abierto
1399	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	NO CONFORMIDAD	laura	NCm2- Criterion to renew/replenish the batch	12/12/2018	Abierto
1400	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM1: Prime thickness test	12/12/2018	Abierto
1402	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM2: Whole process	12/12/2018	Abierto
1403	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM3: Every step	12/12/2018	Abierto
1404	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM4: Maintenance	12/12/2018	Abierto
1405	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM5: Rinsing	12/12/2018	Abierto
1406	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM6: Supplier evaluation	12/12/2018	Abierto
1407	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM7: Raw materials procurement planning	12/12/2018	Abierto
1408	Auditoría Externa	E-20-2018 HENKEL	PROPUESTA DE MEJORA	laura	PM7: Prime process	12/12/2018	Abierto
1409	Detección Interna	DETECCIÓN INTERNA 2018	NO CONFORMIDAD	masanchez	Intercomparativo Aquacheck- Resultado no conforme ensayo Fluoruros	22/10/2018	Abierto