

## Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
937	repetir la medida en otro durómetro	Medir la misma muestra de intercomparativo en otro durómetro para confirmar la tendencia del equipo. Se realizará la medida en Iberia y en otro microdurómetro. Calidad alarga el plazo de resolución de esta acción para el 16 de diciembre de 2016	Jonatan Mesa Alcocer	16/12/2016	Correctiva