

Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
798	Verificación del equipo	Antes de medir en el ensayo de espesores I+D-P 213 debe registrarse la verificación que se realiza con el equipo.	Emilio Roiz Lafuente	02/08/2016	Correctiva
952	Extracción en almacén de productos químicos	Se pondrá un sistema de extracción en el almacén de productos químicos	Emilio Roiz Lafuente	20/11/2016	Correctiva