

## Listado de Acciones Correctoras Pendientes : 16/01/2017

Nº P.N.C	Título	Descripción	Responsable	Fecha	Tipo
876	Realizar verificación de los electrodos	Se realizará una verificación de los electrodos selectivos de iones una vez estudiada la documentación aportada por el fabricante. SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR ESTA ROTO SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE EN ESTADO DE REPARACIÓN	Teresa Sanz	20/11/2016	Correctiva
876	Muestra de control interno	Mensualmente se medirá la concentración de cloruros a una muestra de control interno y se comprobará que el electrodo funciona correctamente. SE RETRASA ESTA ACCION PORQUE EL VALORADOR SIGUE ESTROPEADO SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE EN ESTADO DE REPARACIÓN	Teresa Sanz	20/11/2016	Correctiva
876	procedimiento de manejo del valorador	-Realizar un procedimiento de manejo del valorador y dar formación a todo el personal involucrado SE ATRASA LA RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE ESTROPEADO SE AUMENTA EL TIEMPO DE RESOLUCIÓN PORQUE EL VALORADOR SIGUE EN ESTADO DE REPARACIÓN	Teresa Sanz	20/11/2016	Correctiva
878	Despliegue de las comunicaciones del cliente	-La persona responsable del laboratorio de Iberia será la que se encargue de actualizar la planificación y de desplegar los cambios en los PNT Se retrasa la acción para procedimentarlo en la documentación interna.	Teresa Sanz	21/07/2016	Correctiva