GRUPO FALPAT SRL
Control de Stock de Materiales
Ruta 6 y 34 km 156, Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina
https://www.grupofalpat.com.ar

INFORME TÉCNICO: CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

Código SGC: IT-SGC-003
Vigencia: Noviembre 2026
Revisión: v1.0

PLANTA Y UBICACIÓN: Planta Luján / Planta Campana — Eje de Fiscalización SGC

Sección 1. ALCANCE METROLÓGICO DEL REPOSITORIO

Reunir, centralizar digitalmente y auditar la vigencia técnica de las certificaciones anuales de la totalidad de los equipos de pesaje comercial y analítico que operan en ambas plantas industriales.

Sección 2. REQUISITOS TÉCNICOS E INTERVALOS DE CONTROL

Toda calibración e inspección debe poseer trazabilidad formal ante el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o laboratorios validados por el Servicio Argentino de Calibración (SAC) bajo lineamientos normativos ISO/IEC 17025. Los límites admisibles máximos de desvío tolerados por el SGC son de ±0.1% para básculas de camiones de gran porte y de ±0.01% para balanzas analíticas críticas de precisión del laboratorio de dosificación.