Eisen aan de Service Technicus on site versie

1.1:19-11-2020 versie 1.2:04-10-2022

Om in aanmerking te komen voor het GOZ pasje moet de organisatie voldoen aan de eisen uit het GOZ certificatieschema en dient de Service Technicus (In-house & Field Service) te voldoen aan onderstaande eisen.

- 1. De Service Technicus beschikt minimaal over een afgeronde (of vergelijkbare) opleiding:
- MBO 4 niveau in technische richting (bijvoorbeeld elektronica of elektrotechniek)
- HBO Medische Techniek / Gezondheidstechnologie Aantoonbare werkervaring met of opleiding, van vergelijkbaar werk- en denkniveau, op het gebied van technisch onderhoud aan de specifieke productgroep
- Praktijkgerichte vakcursussen Medische Techniek (INTOP A, B, C)
- 4. De Service Technicus beschikt aantoonbaar over relevante kennis van de van toepassing zijnde Medical Device Directive/Medical Device Regulation

Toelichting: dit betreft tenminste hoofdstuk I werkingssfeer en definities; artikel 5, artikel 23 lid 1 en 2, uit bijlage 1 (Algemene veiligheids- en prestatie-eisen, algemene eisen) artikel 6, artikel 18.7 en artikel 23.4. lid k

- 5. De Service Technicus beschikt-Indien de te onderhouden apparatuur wordt toegepast in de directe patiëntenzorg, of in het laboratorium met patiëntmateriaal, dan kan de te onderhouden apparatuur met ziekteverwekkende (pathogene) micro-organismen in aanraking komen en daarmee een besmettingsgevaar vormen. Bij onderhoud aan deze apparatuur dient de Service Technicus aantoonbaar over kennis van de WIP-richtlijn Werkgroep Infectiepreventie "Onderhoud aan medische- en laboratoriumapparatuur versie 2010" te beschikken.
- 6. De Service Technicus beschikt aantoonbaar over, voor de functie relevante, kennis van de GMH Gedragscode Medische Hulpmiddelen <u>Toelichting</u>: dit betreft met name de artikelen 2, 3, 5, 7, 10, 12 en 22 van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen
- 10. De Service Technicus is in voldoende mate de Nederlandse en Engelse taal machtig. Toelichting: veel <u>trainingen</u>, specifieke technische informatie en documentatie <u>is in de Engelse taal zijn in de</u> Engelse taal