

사전 EESH 심사 Check sheet

[Confidential]
INNO. 1825

사전 EESH 심사 Check Sheet

1. 신청부서 : 광학솔루션OE선행개발팀 (이동건 선임)
4. 설 비 명 : Universal Lens calibration

2. 장 소 : 1층 동관 ToF Zone

3. 일 시 : 2022년 12 월 13 일

안전환경
확인



일반 점검		
NO	점검 항목	점검 결과
1	전기선로는 안전하게 설치되었는가	OK / NO
2	정격용량의 차단기를 사용하였는가	OK / NO
3	장비의 내부접지는 되어 있는가	OK / NO
4	장비 내부배선은 규정전선을 사용했는가	OK / NO
5	전선의 단말처리 및 단자부 처리상태는 적정하는가	OK / NO
6	비상정지 S/W는 부착(작업자 옆)되었는가	OK / NO
7	안전장치(보호Cover)는 부착되어 있는가	OK / NO
8	장비의 위험점은 없는가	OK / NO
9	장비 및 주변에 화재위험은 없는가	OK / NO
10	화재위험 장비주변에 적정한 소화기는 설치되었는가	OK / NO
11	적정한 Duct 시설은 되어 있는가	OK / NO
12	배기Duct는 방지시설에 적정하게 연결되었는가	OK / NO
13	Duct 청소구는 있는가	OK / NO
14	위험물, 가스는 사용하는가	OK / NO
15	Gas 누설검사에 이상은 없는가	OK / NO
16	화학물질관리협회에서 유해성 심사는 받았는가	OK / NO
17	MSDS자료는 비치되었는가	OK / NO
18	사용량은 얼마나 되는가(일/월/년)	OK / NO
19	인허가 사항에 포함여부 확인	OK / NO
20	경고표지는 부착되었는가	OK / NO
21	보호구는 비치되었는가(레이저설비 보안경 비치)	OK / NO
22	정비에 이상소음은 없는가	OK / NO

개선 조치

사전 EESH 심사		점검 결과
구분	검토 의견	
기계	반영 요청 : 특이사항 無 점검 결과 : 특이사항 없음	OK / NO
전기	반영 요청 : 특이사항 無 점검 결과 : 특이사항 없음	OK / NO
환경	반영 요청 : 특이사항 無 점검 결과 : 특이사항 없음	OK / NO
안전	반영 요청 : 설비의 신규 도입 시 - 수시 위험성 평가 진행 필요 - 설비명, 책임 정/부, 작업지도서, 안전작업지도서 부착 필요 - 사용/미사용에 대한 표기 부착 필요 - 해당 설비의 위험경고 표지 부착 필요 점검 결과 : 특이사항 없음	OK / NO
보건	반영 요청 : 특이사항 無 점검 결과 : 특이사항 없음	OK / NO
방재	반영 요청 : 특이사항 無 점검 결과 : 특이사항 없음	OK / NO
종합 의견	작업안전환경의 신인 여부 확인 필요	OK / NO