

# 检验检测报告

## **TEST REPORT**

#### STFWT20203110

产品名称

Product Name

一次性防护口罩

委托单位

Trust Unit

江苏若尧医疗装备有限公司

生产单位

江苏若尧医疗装备有限公司

Manufacturer

委托送样检验

检验检测类别

Test Category





#### 检验检测报 告





防伪查询

共 3 页第 1 页 Page 1 of 3

#### STFWT20203110

			Page 1 of 3			
产品名称 Product Name	, <i>'/p M</i> + 17t +th 17 '''E	规格型号 Specification Type 耳挂式-I 号				
	一次性防护口罩	商 标 Trademark				
委托单位 Trust Unit	江苏若尧医疗装备有限公司 电 话 Tel		15061048330			
生产单位 Manufacturer	江苏若尧医疗装备有限公司	样品等级 Sample Grade				
样品数量 Sample Quantity	25 只	送样日期 Sample Receiving Date	2020-03-05			
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	20200301			
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求	363				
检验检测及判 定依据 Document and Decide Accordance	YY 0469-2011 《医用外科口罩》					
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验,所检项目符合 YY 0469-2011 标准规定的要求。 签发日期, 2020-03-11 SignatuimDate					
备 注 Remarks	标记"——"的检测项目表示不予单项评价或不具备单项评价条件 本报告检验结论仅对所检项目得出,不代表未经检验的项目或功能符合要求。 本报告仅对来样负责。					

批准: Approver 群.新

审核: Examiner

主 检: Majortester

茶燕文

## 检验检测结果 Testing Results

#### STFWT20203110

共 3 页第 2 页 Page 2 of 3

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	外观		口罩外观应整洁,形状完 好,表面不得有破损、污渍。	口罩外观整洁,形状完好, 表面未有破损、污渍。	合 格
2	结构与尺寸		口罩佩戴好后,应能罩住佩 戴者的鼻、口至下颌。应符 合标志的设计尺寸及允差。	口罩佩戴好后,能罩住佩戴 者的鼻、口至下颌。	(===
3	鼻夹		1、口罩上应配有鼻夹,鼻夹由可塑性材料制成。 2、鼻夹长度应不小于 8.0cm。	1、口罩上配有鼻夹,鼻夹 由可塑性材料制成。 2、鼻夹长度: 11.0cm、11.0cm、11.0cm。	合 格
4	口罩带		1、口罩带应戴取方便。 2、每根口罩带与口罩体连 接点处的断裂强力应不小 于 10N。	1、口罩带戴取方便。 1 <sup>#</sup> : 试样物 88强力不小于 10N 2 <sup>#</sup> : 试样物 88强力不小于 10N 3 <sup>#</sup> : 试样物 88强力不小于 10N	合 格
5	合成血液穿透		将 2ml 合成血液以 16.0kPa (120mmHg)压力喷向口罩 外侧面后,口罩内侧面不应 出现渗透。	将 2ml 合成血液以 16.0kPa (120mmHg) 压力喷向口 罩,口罩内侧未出现渗透。	合 格
6	细菌过滤效率/% (BFE)		≥95	96.5	合 格
7	颗粒过滤效率/% (PFE)		口罩对非油性颗粒的过滤 效率应不小于 30%。	1 <sup>#</sup> : 86.3 2 <sup>#</sup> : 86.5 3 <sup>#</sup> : 86.6	合 格
8	压力差 (△ <i>p</i> )	Pa	口罩两侧面进行气体交换 的压力差 $\triangle p$ 应不大于 49Pa。	24	合 格
9	阻燃性能	S	口罩材料应采用不易燃材料;口罩离开火焰后燃烧不大于5s。	1#: 0 2#: 0 3#: 0	合 格

## 检验检测结果 Testing Results

STFWT20203110

共 3 页第 3 页 Page 3 of 3

样品图片



-以下空白-

## 注 意 事 项

- 1、检验检测报告无"检验检测报告专用章"或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖"检验检测报告专用章"或检验检测单位公章 无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

### Points For Attention

- 1. This Report Is Invalid If Without "The Text Report Special Seal" Or The Official Seal Of The Institute.
- 2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By "The Text Report Special Seal" Or The Official Seal Of The Institute.
- 3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
- 4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

检验检测机构地址: 江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道166号

The Institute Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park, Gaogang, Taizhou. Jiangsu

检验检测机构监督电话: 0523-86989901

The Institute Complain Tel:0523-86989901

检验检测机构业务电话: 0523-86989959

The Institute Businese Tel:0523-86989959

检验检测机构传真: 0523-86989939

The Institute Fax:0523-86989939

检验检测机构邮编: 225300

The Institute Post:225300

检验检测机构网址: www.jstfzx.com

The Institute Web:www.jstfzx.com

检验检测机构邮箱: 1735889887@qq.com The Institute E-mail:1735889887@qq.com