

	DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S LABORATORIO DE CALIBRACIÓN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N°. 2026-08-25 -CNA- 06	FORM19 REV. 07

Fecha de recepción del equipo: 2026-08-25
 Fecha de calibración: 2026-08-25
 Fecha de emisión del certificado: 2026-08-27
 Fecha de caducidad: 2027-08-25

(1) INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL CLIENTE

Cliente: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.
 Dirección: AV. DE LOS SHYRIS N-35-174 Y SUECIA
 Contacto: FERNANDO ZAPATA
 Teléfono: 0989223837

(2) INFORMACIÓN DEL EQUIPO A CALIBRAR

Equipo: Alcohómetro
 Fabricante: CMI
 Modelo: ALCOBLOW
 Serie Nro.: AB114128
 Resolución: N/A
 Código empresa: (1) N/A

1. EQUIPAMIENTO UTILIZADO

Se utiliza simuladores de gas húmedo caracterizados con certificado N°: LENT-26-119-BRC, LENT-26-118-BRC, LENT-26-083-BRC, LENT-26-082-BRC, LENT-26-060-BRC, LENT-25-290-BRC, LENT-25-291-BRC, LENT-25-292-BRC, LENT-25-293-BRC por METAS DEL ECUADOR; manómetro digital calibrado con certificado No: DALE-LAB-26-0137-PI, DALE-LAB-25-0857-PI por METROLOGIC; termohigrómetro calibrado con certificado N°: CGC-6250-001-25, CGC-5896-001-25 por ELICROM; flujómetro calibrado con certificado No: CGC-7756-001-25, M-CGC-2756-001-26 por ELICROM laboratorio acreditado por A2LA.

2. PATRONES DE REFERENCIA UTILIZADOS

Para la calibración se utiliza materiales de referencia certificados (MRC) producidas por un laboratorio bajo la norma ISO 17034:2016.

MRC utilizado para esta calibración:

Valor nominal del MRC:	0,2049	0,2982
Unidades	g/L	g/L
Lote:	202501E	202506A
Botella N°:	1094	8
Expiración:	2027-01-28	2027-06-10

3. MÉTODO DE CALIBRACIÓN

De acuerdo al procedimiento interno POE01 PROCEDIMIENTO PARA LA CALIBRACIÓN DE ALCOHOLÍMETROS.

Condiciones ambientales:

TEMPERATURA INICIAL °C:	23,9	TEMPERATURA FINAL °C:	24,3	HUMEDAD RELATIVA INICIAL %HR:	47,4	HUMEDAD RELATIVA FINAL %HR:	46,1
-------------------------	------	-----------------------	------	-------------------------------	------	-----------------------------	------

4. LUGAR DONDE SE REALIZA LA CALIBRACIÓN

Cliente/Empresa: Laboratorio de DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S.
 Dirección/Referencia: Manuel Semblantes N58-50 Y Vicente Anda Aguirre

5. INCERTIDUMBRE

El valor de la incertidumbre es obtenida según el procedimiento para la estimación de la incertidumbre PGT03 y la guía para la expresión de la Incertidumbre de Medida (GUM) vigente. La incertidumbre expandida reportada de la medición se establece como la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k calculado, de tal manera que la probabilidad de cobertura corresponde a aproximadamente 95%.

FIRMAS AUTORIZADAS

CALIBRADO POR:



Validar únicamente en FirmaBC.
 Firmado electrónicamente por:
LENIN EDUARDO
GARCIA ROSERO

ING. LENIN GARCIA
 Técnico de laboratorio

AUTORIZADO POR:



Validar únicamente en FirmaBC.
 Firmado electrónicamente por:
EDISON DAVID
MONTESDEOCA SIMBAÑA

ING. EDISON MONTESDEOCA
 Responsable Técnico

NOTA: Los resultados del presente certificado se refieren al instrumento calibrado y las condiciones ambientales en las que se realizaron las mediciones. El Laboratorio DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S. no se responsabiliza por los perjuicios que puede causar el mal uso del instrumento y del presente certificado. Queda prohibida la reproducción parcial o total de este certificado sin la autorización expresa y por escrito del laboratorio DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S. ya que puede dar lugar a interpretaciones equivocados de los resultados.

El material de referencia certificado y certificados de calibración de equipos así como la carta de trazabilidad se encuentran disponibles en caso de requerirse.

	DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S LABORATORIO DE CALIBRACIÓN		FORM19	
	CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN N° 2026-08-25 -CNA- 06		REV. 07	

6. MEDICIÓN ANTES DE CALIBRACIÓN

1. Ajuste de equipo.	SI	X	NO	
2. Número de test antes del ajuste.	N/A			
3. Fecha de última calibración.	2025-09-01			

Lecturas antes del ajuste g/L		
Puntos de medición	0,2049	0,2982
Resultados	LOW	LOW

7. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Valor nominal del material de referencia MRC.	LECTURAS				
g/L	lectura 1	lectura 2	lectura 3	lectura 4	lectura 5
0,20	LOW	LOW	LOW	LOW	LOW
0,30	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH	HIGH

OBSERVACIONES

- (1) El Laboratorio DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S. no se responsabiliza de la información proporcionada por el cliente.
- (2) El Laboratorio DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S. no se responsabiliza por la información tomada de las especificaciones del fabricante del instrumento bajo prueba.
- El usuario es responsable de repetir la calibración a intervalos de tiempo apropiados.
- El Laboratorio DALEDIGITAL DISPOSITIVOS S.A.S guarda la total confidencialidad de la información proporcionada por el cliente y de los resultados obtenidos en el proceso de calibración.
- Las unidades del presente certificado se expresan en gramos de etanol sobre litro de sangre

MODIFICACIONES AL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

NOTA 1.- No aplica.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

NOTA 2.- No aplica.

Somos su mejor elección en calibración de alcoholímetros

FIN DEL CERTIFICADO