1. Validation du Modèle Windkessel

2. Résumé

Cette étude présente la validation du modèle Windkessel à 5 éléments (Rc, Rp, C, L, Cprox) contre des données de référence expérimentales. Le modèle est un modèle lumped-parameter cardiovasculaire utilisé pour simuler la pressurisation aortique.

3. Théorie du Modèle Windkessel

3.1. Le modèle Windkessel est un modèle lumped-parameter cardiovasculaire basé sur l'analogie entre les systèmes hydraulique et électrique :

- Pression P (Pa) Tension V (unités : Pa ou mmHg)
- Débit Q (m^3/s) Courant I (unités : m^3/s)
- Résistance R Résistance R (unités : $Pa \cdot s/m^3$)
- Compliance C Capacitance C (unités : m^3/Pa)
- Inertance L Inductance L (unités : $Pa \cdot s^2/m^3$)

3.2. Modèle à 4 Éléments (Rc, Rp, C, L)

Le modèle 4-éléments inclut une inertance L en série avec Rc.

$$C\left(\frac{dP_2}{dt}\right) + \frac{P_2}{R_p} = Q(t)$$

Fig. 1: Équation différentielle au nœud de compliance

$$P_1(t) = P_2(t) + R_c Q(t) + L\left(\frac{dQ}{dt}\right)$$

Fig. 2: Reconstruction de la pression aortique

$$\tau = R_p C$$

Fig. 3: Constante de temps diastolique (tau = Rp x C)

3.3. Modèle à 5 Éléments (Rc, Rp, C, L, Cprox)

Le modèle 5-éléments ajoute une compliance proximale Cprox.

$$C_{\text{prox}}\left(\frac{dP_{\text{prox}}}{dt}\right) = Q(t) - \frac{P_{\text{prox}} - P_2}{R_c}$$

Fig. 4: Équation pour la compliance proximale

$$C\left(\frac{dP_2}{dt}\right) = \frac{P_{\text{prox}} - P_2}{R_c} - \frac{P_2}{R_p}$$

Fig. 5: Équation pour la compliance distale

$$P_1(t) = P_{\text{prox}}(t) + L\left(\frac{dQ}{dt}\right)$$

Fig. 6: Reconstruction de la pression aortique

4. Paramètres du Modèle

Paramètre	Valeur	Unité
Paramètre	Valeur	Unité
Résistance caractéristique (Rc)	1.00e+06	$Pa \cdot s/m^3$
Résistance périphérique (Rp)	2.00e+09	$Pa \cdot s/m^3$
Compliance distale (C)	2.00e-07	m^3/Pa
Inertance (L)	5.00e+03	$Pa \cdot s^2/m^3$
Compliance proximale (Cprox)	1.00e-08	m^3/Pa

Tableau 1: Paramètres du modèle Windkessel 5 éléments (avec Cprox)

4.1. Constante de Temps Théorique

4.1.1.

La constante de temps diastolique théorique est calculée par $\tau = Rp \times C$.

$\tau = 2.00e+09 \times 2.00e-07 = 400.0000$ s

5. Métriques de Validation

Métrique	Valeur	Seuil	Statut
Métrique	Valeur	Seuil	Statut
NRMS error	0.03%	≤ 15%	✅ PASS
Peak time shift	−34.43 ms	≤ 50 ms	✅ PASS
Relative tau error	8.00%	≤ 20%	✅ PASS

Tableau 2: Métriques de validation du modèle

6. Analyse Détaillée

6.1. Constante de Temps Diastolique

6.1.1.

La constante de temps diastolique (τ) caractérise la décroissance exponentielle de la pression durante la diastole.

- τ simulé : 0.2371 s
- τ référence : 0.2578 s

6.2. Comparaison des Formes d'Onde

6.2.1.

La forme d'onde de pression simulée est comparée à la référence après mise à l'échelle affine pour s'affranchir des différences d'amplitude.

L'erreur NRMS de 0.03% indique un écart global acceptable entre les deux signaux.

7. Visualisations



Fig. 7: Comparaison des formes d'onde de pression - Simulé vs Référence

8. Conclusion

8.1. La validation du modèle Windkessel est ACCEPTÉE. Toutes les métriques sont dans les tolérances définies:

- L'erreur NRMS est inférieure à 15%
- Le décalage temporel du pic est inférieur à 50ms
- L'erreur relative sur τ est inférieure à 20%

Le modèle Windkessel avec les paramètres définis reproduit correctement la dynamique de pressurisation aortique.