



Bang Saphan Hospital

Kamnoet Nopphakhun , Bang Saphan , Prachuap Khiri Khan

Cert. No. : PM-2026-0007

Certificate of Testing

Detail : Patient Monitor
Manufacture : Omron
Model : HEM-7120
S/N : SN-12348
ID No. : AST-008

Departments : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล
Temperature : $12 \pm 2^{\circ}\text{C}$ Humidity : $12 \pm 5\% \text{ R.H.}$
Cal. Date: 22/03/2026 Appr. Date: 23/03/2026

	STD Setting	UUC Reading	Error (Budget) Offset	Accept value	Result
Papa	100	99.1	-0.9	+/- 0.00	ผ่าน

Calibration Standard Used

Manufacture	Model	S/N	Cal date	Cert No.
LS	Class F1	SS111G835-17	23 Dec 2023	
BIOS	Defender 510H	153635	23 Dec 2023	

วิธีทดสอบ : โดยการวัดเทียบกับเครื่องสร้างสัญญาณมาตรฐาน โดยการกำหนดค่าแรงดัน, อัตราการเต้นของหัวใจ อ่านค่าและจดบันทึก
โดยการนำเครื่องมือที่ต้องการทดสอบต่อเข้ากับเครื่องสร้างสัญญาณแล้วกำหนดค่า % และ ECG อ่านผลและจดบันทึก

Calibration by :

(นายสมโชค ชัยเกษ)

ช่างเทคนิค

Approved by :

(aaa)

หัวหน้าแผนก

Comment: This report certifies the testing results as of the date, the location and the conditions of testing only.