



## Preventive Maintenance Report

Detail : Infusion Pump  
Manufacture : Omron  
Model : HEM-7120  
S/N : SN-12318  
ID No : AST-0018

Department : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล  
PM Date : Sunday, March 22, 2026

### 1. ตรวจสอบสภาพทั่วไป

|                              | ปกติ                                | ไม่ปกติ                  | N/A                                 |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1.1 สภาพภายนอก / โครงสร้าง   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.2 ฝ่มือการติดตั้ง/ยึดโยง   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.3 การขับเคลื่อน/เบรค       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.4 สายไฟ AC ปลั๊ก           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.5 สายสัญญาณ                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.6 ความตึงหย่อน/ความหนาแน่น | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.7 เบรกเกอร์/ฟิวส์          | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.8 หลอด ท่อ/วัสดุท่อหุ้ม    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.9 สายเคเบิล                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.10 ข้อต่อ/จุดต่อต่างๆ      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.11 Electrodes/Transducers  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.12 ฟิลเตอร์                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.13 สวิตช์/การควบคุม        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.14 อินเตอร์                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.15 มอเตอร์/ปั๊ม/พัดลม      | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.16 ระดับ/ของเหลว           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.17 แบตเตอรี่/การชาร์จประจุ | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.18 การแสดงผล               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.19 Self Test               | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.20 สัญญาณเตือน             | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.21 สัญญาณแสดงการทำงาน      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 1.22 ฉลาก/เครื่องหมาย        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1.23 อุปกรณ์ประกอบ           | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### หมายเหตุ

1

### 2. การปลอดภัย

|                          | ปกติ                     | ไม่ปกติ                  | N/A                                 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 2.1 ระบบกราวด์ (0.5 OHM) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2 การรั่วของกระแสไฟฟ้า | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

### หมายเหตุ

2

### 3. การบำรุงรักษา

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 3.1 ทำความสะอาดตัวเครื่อง, สายประกอบภายนอกและภายใน | <input type="checkbox"/> |
| 3.2 การหล่อลื่นจุดสัมผัสกลไกต่างๆ                  | <input type="checkbox"/> |
| 3.3 ปรับเทียบค่ามาตรฐาน/ปรับจูนแก้ไข กลไกต่างๆ     | <input type="checkbox"/> |
| 3.4 เปลี่ยนวัสดุตามอายุงาน ฟิลเตอร์/แบ่งถ่าน       | <input type="checkbox"/> |
| 3.5 เปลี่ยนถ่ายของเหลวในกระเปาะ                    | <input type="checkbox"/> |

### หมายเหตุ

3

สรุปโดยรวม

☒ ผ่าน

☐ ไม่ผ่าน

บำรุงรักษา  
โดย :

(SSS)

ช่างเทคนิค



# Bang Saphan Hospital

Kamnoet Nopphakhun , Bang Saphan , Prachuap Khiri Khan

Cert. No. : PM-2026-0017

## Certificate of Testing

Detail : Infusion Pump  
Manufacture : Omron  
Model : HEM-7120  
S/N : SN-12318  
ID No. : AST-0018

Departments : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
Address : บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
Section : NUR - กลุ่มงานการพยาบาล  
Temperature :  $11 \pm 2^{\circ}\text{C}$  Humidity :  $0 \pm 5\% \text{ R.H.}$   
Cal. Date: 22/03/2026 Appr. Date: 22/03/2026

IV SET  
Covex

AMOUNT  
200 Drop/mL

OCCLUSION PRESSURE  
300 mmHg

OCCLUSION ALARM  
Pass

|           | STD Setting   | UUC Reading | Error<br>(Budget) Offset | Accept value     | Result |
|-----------|---------------|-------------|--------------------------|------------------|--------|
| Flow Rate | mL/h<br>53.33 | 53.33       | 0                        | mL/h<br>+/- 0.00 | ผ่าน   |
| Volume    | mL<br>116.67  | 116.67      | 0                        | mL<br>+/- 0.00   | ผ่าน   |

### Calibration Standard Used

| Manufacture | Model         | S/N          | Cal date    | Cert No. |
|-------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| ADDITEL     | ADT681        | 211H17040006 | 23 Dec 2023 |          |
| BIOS        | Defender 510H | 153635       | 23 Dec 2023 |          |

วิธีทดสอบ : โดยการวัดเทียบกับเครื่องสร้างสัญญาณมาตรฐาน โดยการกำหนดค่าแรงดัน, อัตราการเดินของหัวใจ อ่านค่าและจดบันทึก  
โดยการนำเครื่องมือที่ต้องการทดสอบต่อเข้ากับเครื่องสร้างสัญญาณแล้วกำหนดค่า % และ ECG อ่านผลและจดบันทึก

Calibration by :

( SSS )

ช่างเทคนิค

Approved by :

( aaa )

หัวหน้าแผนก

**Comment:** This report certifies the testing results as of the date, the location and the conditions of testing only.