



Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312504

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 1083/05

Действительно до
20.05.2024 г.

Средство измерений: Преобразователь давления измерительный PSD-4,
Рег. № 70196-18
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при
утверждении типа

заводской (серийный) номер 1A00U3K4WIT ,
в составе - ;
номер знака предыдущей поверки - ;

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 202-022-2017 «Преобразователи давления измерительные Sitrans PSD-30
PSD-31, PSA-31, PSD-4. Методика поверки»
наименование или обозначение документа, на основании
которого выполнена поверка

с применением эталонов: Мультиметр 3458A, зав. № МУ45053220; преобразователь
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-190-А0, 1р., № 2132209

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 21,7 °C

Относительная влажность воздуха 51%, атмосферное давление 100,3 кПа
перечень влияющих факторов,
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:



Главный метролог

подпись

подпись

Дмитрий Сергеевич Белозерцев

Поверитель

Сергей Михайлович Семенихин

Дата поверки
21.05.2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312504

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 1084/05

Действительно до
20.05.2024 г.

Средство измерений: Преобразователь давления измерительный PSD-4,
Рег. № 70196-18
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при
утверждении типа

заводской (серийный) номер 1A00VRBD5IR

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 202-022-2017 «Преобразователи давления измерительные Sitrans PSD-30
PSD-31, PSA-31, PSD-4. Методика поверки»
наименование или обозначение документа, на основании
которого выполнена поверка

с применением эталонов: Мультиметр 3458A, зав. № MY45053220; преобразователь
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-190-A0, 1р., № 2132209
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 21,7 °C

Относительная влажность воздуха 51%, атмосферное давление 100,3 кПа
перечень влияющих факторов,
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть
пригодным к применению.

Знак поверки:



Главный метролог

Дмитрий Сергеевич Белозерцев

Поверитель

подпись

Сергей Михайлович Семенихин

Дата поверки
21.05.2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312504

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 1085/05

Действительно до
20.05.2024 г.

Средство измерений: Преобразователь давления измерительный PSD-4,
Рег. № 70196-18
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при
утверждении типа

заводской (серийный) номер 1A00VRBE62S ,
в составе - ;
номер знака предыдущей поверки - ;

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 202-022-2017 «Преобразователи давления измерительные Sitrans PSD-30
PSD-31, PSA-31, PSD-4. Методика поверки»
наименование или обозначение документа, на основании
которого выполнена поверка

с применением эталонов: Мультиметр 3458A, зав. № MY45053220; преобразователь
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-190-A0, 1р., № 2132209
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 21,7 °C
перечень влияющих факторов,

Относительная влажность воздуха 51%, атмосферное давление 100,3 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:



Главный метролог

Дмитрий Сергеевич Белозерцев

Поверитель

Сергей Михайлович Семенихин

Дата поверки
21.05.2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312504

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 1086/05

Действительно до
20.05.2024 г.

Средство измерений: Преобразователь давления измерительный PSD-4,
Рег. № 70196-18
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при
утверждении типа

заводской (серийный) номер 1A00VRBFOJC ,
в составе - :
номер знака предыдущей поверки - ,

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 202-022-2017 «Преобразователи давления измерительные Sitrans PSD-30
PSD-31, PSA-31, PSD-4. Методика поверки»
наименование или обозначение документа, на основании
которого выполнена поверка

с применением эталонов: Мультиметр 3458A, зав. № MY45053220; преобразователь
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-190-A0, 1р., № 2132209
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 21,7 °C
перечень влияющих факторов,

Относительная влажность воздуха 51%, атмосферное давление 100,3 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:



Главный метролог

подпись

Дмитрий Сергеевич Белозерцев

Поверитель

подпись

Сергей Михайлович Семенихин

Дата поверки
21.05.2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312504

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 1087/05

Действительно до
20.05.2024 г.

Средство измерений: Преобразователь давления измерительный PSD-4,
Рег. № 70196-18
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при
утверждении типа

заводской (серийный) номер 1A00VRBGZ3N

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с МП 202-022-2017 «Преобразователи давления измерительные Sitrans PSD-30
PSD-31, PSA-31, PSD-4. Методика поверки»
наименование или обозначение документа, на основании
которого выполнена поверка

с применением эталонов: Мультиметр 3458A, зав. № MY45053220; преобразователь
регистрационный номер и (или) наименование, тип,
давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-190-A0, 1р., № 2132209

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 21,7 °C
перечень влияющих факторов,

Относительная влажность воздуха 51%, атмосферное давление 100,3 кПа
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:



Главный метролог

Дмитрий Сергеевич Белозерцев

Поверитель

Сергей Михайлович Семенихин

Дата поверки
21.05.2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью «СДС-СЕРТ»
Аттестат аккредитации RA.RU.312504

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 1088/05

Действительно до
20.05.2024 г.

Средство измерений: Преобразователь давления измерительный PSD-4,
Рег. № 70196-18
наименование, тип, модификация, регистрационный номер в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при
утверждении типа

заводской (серийный) номер 1A00VRBHZ3O

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений
в соответствии с МП 202-022-2017 «Преобразователи давления измерительные Sitrans PSD-30
PSD-31, PSA-31, PSD-4. Методика поверки»

наименование или обозначение документа, на основании
которого выполнена поверка
с применением эталонов: Мультиметр 3458A, зав. № МУ45053220; преобразователь

регистрационный номер и (или) наименование, тип,
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-190-А0, 1р., № 2132209

при следующих значениях влияющих факторов: Температура воздуха 21,7 °C

перечень влияющих факторов,
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений
Относительная влажность воздуха 51%, атмосферное давление 100,3 кПа

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Знак поверки:



Главный метролог

Дмитрий Сергеевич Белозерцев

Поверитель

подпись

подпись

Сергей Михайлович Семенихин

Дата поверки
21.05.2019 г.