数据质量检查报告

基础方案 · 全记录

数据：SN062 · EEG · 睡眠多导

基础检查方案 / 整份记录

模态 / 格式	分析通道	采样率
头皮 EEG / EDF	4 道	256 Hz
检查范围	**原始记录**	**已计算时长**
0-14104 秒	14104 秒	14104 / 14104 秒

综合分 / 100

94.09

主要发现 · 工频干扰

17.10% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 4 个通道

分数描述本方案候选负担，不设通用合格线。

检查结果

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
信号完整性	99.95	33.3%	0.05% 的采样点被标记为无效或持续恒值
工频干扰	82.90	33.3%	17.10% 的通道检查窗检出工频候选，涉及 4 个通道
高频突发	99.43	33.3%	0.57% 的累计通道时长被标记，共 192 段候选

补充检查 · 不计入综合分

检查项目	得分 / 100	权重	检查发现
MNE 幅度通道候选	100.00	不计入	本项未检出候选
MNE 幅度区间候选	99.85	不计入	0.15% 的已检查时长被标记


综合分 = 各项得分 × 对应权重，再相加。权重按显示精度四舍五入。受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。

问题定位与证据

候选位置与输入信号

通道 / 类型	原始时间	定位依据
EEG F4-M1 / 高频突发	32-35 秒	峰值 z = 9.25
EEG F4-M1 / 高频突发	40.75-41.5 秒	峰值 z = 5.33
EEG C3-M2 / 工频	14055-14059 秒	4459/13750 窗命中；代表频率 50 Hz
EEG F4-M1 / 工频	14055-14059 秒	2713/13750 窗命中；代表频率 50 Hz

展示前 2 条高频候选及命中最多的 2 个工频通道；工频时间为代表窗口。



阴影标出待复核区间，横轴为原始记录时间。图中示例不代表全部候选。

测量依据

检查项目	实际测量
信号完整性	无效数值 0 个；持续恒值 7,906 个采样点
工频干扰	9,406 / 55,000 个通道检查窗被标记
高频突发	各通道候选时长合计 317.75 秒 / 有效检查时长合计 55,862.07 秒
MNE 幅度通道候选	0 / 56,416 通道与分析块的累计秒数 为候选
MNE 幅度区间候选	21.65 / 14,104 秒 为候选

通道窗指一个通道的一个检查窗；累计通道秒为各通道时长之和。工频窗命中比例不等于整份记录的污染时长比例。

分项 = 100 × (1 - 候选占比)。权重见检查结果表；受限项权重为 0，其余有效项重新归一化。

自动标记为待复核线索。比较不同记录时，需使用相同检查项目、输入处理状态及评分配置。

评分规则：project-weighted/1.2 · 导出版本：eeg-pdf/1.5 · 报告编号：0fee1818423a42519ad604a4d7dc9363