

Testeo General del Equipo		ELGA VEOLIA		Servicio N°:					
				042422					
Cliente: <u>SWISS MEDICAL (CATAMARCA)</u>				Fecha: <u>04/03/26</u>					
Contacto:		Modelo: <u>MP120</u>		Diagnostica: <u>ABBOTT</u>					
Dirección: <u>CATAMARCA 1242 (CABA)</u>		N° Serie: <u>MP00003507</u>		S1: <u>26000693</u>					
Sector: <u>LABORATORIO 2º PISO</u>		Tanque: <u>/</u>		Remito:					
Tipo Serv: <u>MENSUAL / SEMESTRAL</u>		N° Serie: <u>/</u>		svo: <u>26000</u>					
Vencimiento de Consumibles				LC 109 <u>9/26</u>					
LC 174 <u>8/26</u>	LC 136 <u>9/26</u>	LC 105 <u>3/27</u>	LC 14727						
RO CICLOS		6221		VOL TOTAL					
				208442					
Relevamiento de Datos									
				SI	NO				
				N/A					
Cloro libre Alimentación:	<u>0,10</u> ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐				
Conductividad alimentación:	<u>293</u> uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☒	☐	☐				
Tensión alimentación:	<u>220</u> v	Filtro Malla Loop solo	☒	☐	☐				
Tensión fuente de alimentación:	<u>24</u> v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐				
Tensión Bomba Recirculación:	<u>6,8 / 14,9</u> v °C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☒	☐	☐				
Tensión EDI	<u>N/A</u> °C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐				
Presión alimentación:	<u>3</u> Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐				
Presión bomba de alta:	<u>8,4</u> Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐				
Presión Loop:	<u>1,15</u> Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐				
Conductividad RO:	<u>10</u> uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☒	☐	☐				
Conductividad Loop:	<u>0,067</u> uS/cm	Consumo bomba de alta:	<u>/</u>		A				
Caudal permeado:	<u>2,2</u> L/min	Consumo bomba de Recirculación	<u>1,37 / 1,93</u>		A				
Caudal Loop:	<u>OK</u> L/min	Temperatura	<u>26,2 °C</u>						
Caudal concentrado:	<u>OK</u> L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI	<u>N/A</u> uS/cm						
Recomendaciones									
<u>SE REALIZA SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENSUAL / SEMESTRAL</u>									
<u>SE REEMPLAZAN CONSUMIBLES LC 109/LC 136/LC 105</u>									
<u>SE REEMPLAZA MICROFILTRO DE ALIMENTACIÓN</u>									
<u>SE CONTROLAN PRESIONES Y PARAMETROS</u>									
<u>REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO</u>									
<u>SE SANITIZA RO</u>									
<u>SE CONTROLAN FILTROS LFSH</u>									
EQUIPO OPERATIVO									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
<u>1</u>	<u>LC 109</u>	☐	☐	☒			☐	☐	☐
<u>1</u>	<u>CF-PN321065</u>	☐	☐	☒			☐	☐	☐
<u>1</u>	<u>LC 136</u>	☐	☐	☒			☐	☐	☐
<u>1</u>	<u>LC 105</u>	☐	☐	☒			☐	☐	☐
		☐	☐	☐			☐	☐	☐
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐		Poco Satisfactorio: ☐		
Hora Inicio:					Hora Fin:				
Firma Técnico:					Firma Cliente:				
Aclaración: <u>TONAGUARO LEONARDO</u>					Aclaración:				
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados				
					Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com				