

Testeo General del Equipo						ELGAVEOLIA				Servicio N°: 00039798	
Cliente: Swiss medical CSTERMOR						Fecha: 08/04/25					
Contacto:				Modelo: Pre Tratamiento				Diagnostica: Abbott			
Dirección: CABA				N° Serie: 0071491				S1:			
Sector: Pre Trt Agua 3° Pso				Tanque:				Remito:			
Tipo Serv: Mensual				N° Serie:				svo:			
Vencimiento de Consumibles								LC			
LC		LC		LC		LC		LC		LC	
RO CICLOS				VOL TOTAL							
Relevamiento de Datos										SI NO N/A	
Cloro libre Alimentación: ppm/mV				Filtro de alimentación:				☐		☒	
Conductividad alimentación: 314 uS/cm				Filtro Malla alimentación:				☐		☐	
Tensión alimentación: 220 v				Filtro Malla Loop solo				☐		☐	
Tensión fuente de alimentación: v				Nivel de ruido bomba de alta:				☐		☐	
Tensión Bomba Recirculación: °C				Nivel de ruido bomba de recirculación:				☐		☐	
Tensión EDI °C				Control de cierre de la válvula de alim.: °C				☐		☐	
Presión alimentación: 2,8 Bar				Acceso para el mantenimiento adecuado:				☐		☐	
Presión bomba de alta: Bar				Drenaje optimo para el equipo:				☐		☐	
Presión Loop: Bar				El cliente requiere cambio en la program				☐		☐	
Conductividad RO: uS/cm				Sensor Detenccion de perdidas conectado				☐		☐	
Conductividad Loop: uS/cm				Consumo bomba de alta:						A	
Caudal permeado: L/min				Consumo bomba de Recirculación						A	
Caudal Loop: L/min				Temperatura						v	
Caudal concentrado: L/min				Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI						uS/cm	
Recomendaciones											
Se realiza Servicio mensual											
Control de Presiones y Estado											
Equipo operativo											
Insumos utilizados											
CANT	MATERIAL	-CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO		
		☐		☐			☐		☐		
		☐		☐			☐		☐		
		☐		☐			☐		☐		
		☐		☐			☐		☐		
		☐		☐			☐		☐		
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio: ☐			Satisfactorio: ☐			Poco Satisfactorio: ☐			
Hora Inicio: 15:30					Hora Fin:						
Firma Técnico: [Signature]					Firma Cliente: [Signature]						
Aclaración: Umbides					Aclaración:						
Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695 Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados					Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados  Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com						