

Testeo General del Equipo	ELGA  VEOLIA	Servicio N°:
		00040514

Cliente: Swiss medical CATEMORCE		Fecha: 07/05/24	
Contacto:	Modelo: Micro2	Diagnostica: PT	
Dirección: CABA	N° Serie: MIC00001562	S1: /	
Sector: Inmunoserología PB	Tanque: 25LT	Remito: /	
Tipo Serv: Mensual	N° Serie:	svo:	
Vencimiento de Consumibles		LC	
LC /	LC /	LC /	LC /
RO CICLOS		VOL TOTAL	

Relevamiento de Datos			SI	NO	N/A
Cloro libre Alimentación: /	ppm/mV	Filtro de alimentación:	☒	☐	☐
Conductividad alimentación: 318	uS/cm	Filtro Malla alimentación:	☐	☐	☒
Tensión alimentación: 220	v	Filtro Malla Loop solo	☐	☐	☒
Tensión fuente de alimentación: 24	v	Nivel de ruido bomba de alta:	☒	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	°C	Nivel de ruido bomba de recirculación:	☐	☐	☒
Tensión EDI	°C	Control de cierre de la válvula de alim.:	☒	☐	☐
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	☒	☐	☐
Presión bomba de alta: 6	Bar	Drenaje optimo para el equipo:	☒	☐	☐
Presión Loop:	Bar	El cliente requiere cambio en la program	☐	☒	☐
Conductividad RO: B	uS/cm	Sensor Detencion de perdidas conectado	☐	☐	☒
Conductividad Loop:	uS/cm	Consumo bomba de alta:			/ A
Caudal permeado: 0,180	L/min	Consumo bomba de Recirculación			/ A
Caudal Loop:	L/min	Temperatura			/ v
Caudal concentrado:	L/min	Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI			/ uS/cm

Recomendaciones	
• Se realiza servicio mensual	
• Se controlan presiones y Pirogen	
• Se cambian microf. Hro y Carbon block	
• Equipo operativo	

Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	Microfiltro	☒		☐			☐		☐
1	Carbonblock	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio: ☐	Satisfactorio: ☐	Poco Satisfactorio: ☐
Hora Inicio: 15:00	Hora Fin:		
Firma Técnico:	Firma Cliente:		
Aclaración:	Aclaración:		

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono +54 9 11 3580-5695	Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas Escanea y completa todos los datos solicitados Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00 hs a 17:00 hs) 
--	--