

		FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000 Versión: 2.0 Vigencia: 2010	
Equipo: CEN-24084 N° Serie: 24084		Marca: PRESVAC Modelo: DCA-300 RVT		Clase: I Tipo: B	Edificio: Laboratorio Central Sector: Fundación Ubicación: IC-SM-CAT-02-LAB Orden M: 9134261 Fecha: 20/11/2019 Responsable: Milton Martinez/Diego Avancini
Instrumental	Marca	Modelo	N° de serie		
Analizador SE	Fluke	ESA620	2982052		
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)					
Inspección superada, el equipo es apto para el uso					X
El equipo ha necesitado reparación					
El equipo no está reparado. No se puede usar					
Comentarios: Se sugiere cambiar amortiguadores.					
Puntos de inspección					
8.1	Test Cualitativo: Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda				
8.1.1	Cable de alimentación	P			
8.1.2	Amarres contra tirones	NA			
8.1.3	Interruptores y fisibles	P			
8.1.4	Baterías	NA			
8.1.5	Montaje	P			
8.2	Ensayo de seguridad eléctrica				
8.2.1	Tensión de red (V)	215.8			
8.2.2	Resistencia de tierra (Ω)	Sólo aplicable a equipos clase I, todos los tipos ($<0,1\pm15\%$) Ω			
	Resistencia	0.105			
	Nota				
8.2.3	Corriente de fuga a tierra (μA)	Aplicable a equipos clase I, todos los tipos $\leq (500 \pm 15\%) \mu A$ CN. O ($\leq 1\pm 15\%$) mA CPD			
	Condición normal	13.9	14.5		
	Condición de primer defecto	19.9	20.3		
	Nota	NORMAL	REVERSE		
8.2.4	Corriente de fuga en la envoltura (μA)	Aplicable a equipos toda clase y tipo $\leq (100 \pm 15\%) \mu A$ en CN o $\leq (500 \pm 15\%) \mu A$ en CPD			
	Condición normal	0.3	0.3	13.9	
	Condición de primer defecto	0.3	0.3	14.5	
	Nota	NORMAL	REVERSE	Open Earth	
8.2.5	Corriente de fuga a paciente (μA)	Aplicable a equipos toda clase y tipo que tengan partes aplicables			
Tipos B y BF ($100 \pm 15\%$) μA en CN y ($500 \pm 15\%$) μA en CPD		Tipo CF ($10 \pm 15\%$) μA en CN y ($50 \pm 15\%$) μA en CPD.			
	Todas la partes aplicativas	CN	NA	NA	
		CPD	NA	NA	
	Parte aplicativa 1	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 2	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 3	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 4	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 5	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 6	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 7	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 8	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 9	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Parte aplicativa 10	CN	NA	NA	NA
		CPD	NA	NA	NA
	Nota				

		FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000	
				Versión:	2.0
				Vigencia:	2010
8.2.6	Corriente auxiliar a paciente (µA)				
Aplicable a equipos toda clase y tipo					
Tipos B y BF (100±15%) µA en CN, (500±15%) µA en CPD.			Tipo CF (10±15%) µA en CN y (50±15%) µA en CPD.		
	Parte aplicativa 1	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 2	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 3	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 4	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 5	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 6	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 7	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 8	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 9	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 10	CN	NA		
		CPD	NA		
	Nota				
8.2.7	VDE: Corriente de fuga diferencial (µA)				
Realizar con el equipo apagado					
Clase I (500±15%)µA			Clase II (100±15%)µA		
	Corriente	6			
	Nota				