

Realizado por CMA - ING. CLINICA
Melina Montalto - Enrique Despaigne

Registro test

TEST CORRECTO

Test realizado		Componentes utilizados del Ansur	
Fecha:	10/4/2024	Ansur	Versión 2.9.7
Registro:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtr	'Plug-In': ESA620	Versión 1.1.11
Plantilla:	IEC 62353 Alternative Leakage - CL1.mtt		

Configuración test

Selecciones

Pruebas de servicio realizadas	Normas realizadas
	IEC 62353 (CL1)

Equipo bajo test

Serial number	53602	Type	Centrifuga
Appliance code		Model	LC - 25
Group	Laboratorio	Location	Catamarca 1242 - Laboratorio
Status	MT	Address 1	2 Piso
Manufacturer	Luguimac	Address 2	

Datos MTI

Instrumento de test	Número de serie	Versión Firmware
ESA 620	2982052	v2.10

Firmas

Resultado test

Elemento de test		Tipo de test			Fall o
IEC 62353 Alternative Leakage - Class I		Auto Sequence			
Mains Voltage		Mains Voltage			
Live to Neutral		Mains Voltage Live to Neutral			
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior r	Lim.inferior	Standard
Live to Neutral	223,5	V			IEC 62353 (CL1)
Neutral to Earth		Mains Voltage Neutral to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior r	Lim.inferior	Standard
Neutral to Earth	224,0	V			IEC 62353 (CL1)
Live to Earth		Mains Voltage Live to Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior r	Lim.inferior	Standard
Live to Earth	0,4	V			IEC 62353 (CL1)
Protective Earth Resistance		Protective Earth Resistance			
Configuración: Test Current: 200 mA					
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior r	Lim.inferior	Standard
PE Resistance1	0,030	Ohm	0,3		IEC 62353 (CL1)
Alternative Equipment Leakage		Alternative Equipment Leakage			
Closed Earth		Alternative Equipment Leakage Closed Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior r	Lim.inferior	Standard
Closed Earth	108,0	uAAC	1000		IEC 62353 (CL1)
Open Earth		Alternative Equipment Leakage Open Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior r	Lim.inferior	Standard
Open Earth	107,3	uAAC	1000		IEC 62353 (CL1)
Insulation Resistance		Insulation Resistance			
Configuración: Test Voltage: 500V					
Mains to Protective Earth		Insulation Resistance Mains to Protective Earth			
Resultado:	Valor	Unidad	Lim.superior r	Lim.inferior	Standard
Mains to Protective Earth	99999,0	MOhm			IEC 62353 (CL1)