

				FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000	
				Versión:		2.0	
				Vigencia:		2010	
Equipo: INC-20197		Marca: San JoR		Clase: I	Edificio:	Catamarca 1242	
N° Serie: 20197		Modelo: SL60C			Sector:	Laboratorio	
				Tipo: B	Ubicación:	IC-SM-CAT-01-LAB	
					Orden M:	9126054	
					Fecha:	20/12/2019	
					Responsable:	Diego Avancini	
Instrumental	Marca	Modelo	N° de serie				
Analizador SE	Fluke	ESA-601	2982052				
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda)							
Inspección superada, el equipo es apto para el uso				X			
El equipo ha necesitado reparación							
El equipo no está reparado. No se puede usar							
Comentarios:							

Puntos de inspección				
8.1	Test Cualitativo: Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda			
8.1.1	Cable de alimentación	P		
8.1.2	Amarres contra tirones	NA		
8.1.3	Interruptores y fisibles	P		
8.1.4	Baterías	NA		
8.1.5	Montaje	P		
8.2	Ensayo de seguridad eléctrica			
8.2.1	Tensión de red (V)			
		220		
8.2.2	Resistencia de tierra (Ω)			
Sólo aplicable a equipos clase I, todos los tipos (<0,1±15%)Ω				
	Resistencia	0	0.08	P
	Nota	chasis	Tapa abierta cable a tierra	
8.2.3	Corriente de fuga a tierra (μA)			
Aplicable a equipos clase I, todos los tipos ≤(500 ±15%)μA CN. O (≤1±15%) mA CPD				
	Condición normal	39.6	25.8	P
	Condición de primer defecto	64.4	63.5	P
	Nota	NORMAL	REVERSE	
8.2.4	Corriente de fuga en la envoltura (μA)			
Aplicable a equipos toda clase y tipo ≤ (100±15%)μA en CN o ≤ (500±15%)μA en CPD				
	Condición normal	12.7	17.1	P
	Condición de primer defecto	14.4	18	P
	Nota	NORMAL	REVERSE	
8.2.5	Corriente de fuga a paciente (μA)			
Aplicable a equipos toda clase y tipo que tengan partes aplicables				
Tipos B y BF (100±15%)μA en CN y (500±15%)μA en CPD		Tipo CF (10±15%)μA en CN y (50±15%)μA en CPD.		
	Todas la partes aplicativas	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 1	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 2	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 3	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 4	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 5	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 6	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 7	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 8	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 9	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA
	Parte aplicativa 10	CN	NA	NA
		CPD	NA	NA

		FORMULARIO DE SEGURIDAD ELECTRICA		IC-SEG-F000 Versión: 2.0 Vigencia: 2010	
		Nota			
8.2.6	Corriente auxiliar a paciente (µA)				
Aplicable a equipos toda clase y tipo Tipos B y BF (100±15%) µA en CN, (500±15%) µA en CPD. Tipo CF (10±15%) µA en CN y (50±15%) µA en CPD.					
	Parte aplicativa 1	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 2	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 3	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 4	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 5	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 6	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 7	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 8	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 9	CN	NA		
		CPD	NA		
	Parte aplicativa 10	CN	NA		
		CPD	NA		
		Nota			
8.2.7	VDE: Corriente de fuga diferencial (µA)				
Realizar con el equipo apagado Clase I (500±15%)µA Clase II (100±15%)µA					
	Corriente	66			
	Nota				