Testeo General del Equipo

ELGA VEOLIA

Servicio N°: 045917

Cliente: [illegible] (catamarca)		Fecha: 17/06/26	
Contacto:	Modelo: Relevamiento 2	Diagnostica: [illegible]	
Dirección: Catamarca 1242	N° Serie:	S1:	
Sector: Laboratorio	Tanque:	Remito:	
Tipo Serv: anual	Mod Analizador:		

Vencimiento de Consumibles

LC___	LC___
LC___	LC___

Relevamiento de Datos

				Si	No	N/A
Cloro libre Alimentación:	0,31 ppm/mV	Filtro de alimentación:		☐	☐	☐
Conductividad alimentación:	301 uS/cm	Filtro Malla alimentación:		☐	☐	☐
Tensión alimentación:	216 vca	Filtro Malla Loop solo:		☐	☐	☐
Tensión fuente de alimentación:	vcc	Nivel de ruido bomba de alta:		☐	☐	☐
Tensión Bomba Recirculación:	vcc	Nivel de ruido bomba de recirculación:		☐	☐	☐
Tensión EDI:	vcc	Control de cierre de la válvula de alim.:		☐	☐	☐
Presión alimentación:	Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:		☐	☐	☐
Presión bomba de alta:	3 Bar	Drenaje optimo para el equipo:		☐	☐	☐
Presión Loop:	Bar	Cliente requiere cambio de programación:		☐	☐	☐
Conductividad RO:	uS/cm	Sensor Deteccion de perdidas conectado:		☐	☐	☐
Conductividad Loop:	uS/cm	Temperatura:				°C
Caudal permeado:	L/min	Amp motor alta:	A	Capacitor:		uF
Caudal Loop:	L/min	Consumo bomba de Recirculación:				A
Caudal concentrado:	L/min	Amp motor BomExt:	A	Capacitor:		uF
RO CICLOS:	VOL TOTAL:	LA727	☐	HF	☐	

Recomendaciones

se realizó mantenimiento anual
se cambió membrana.
se cambió carbon block

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	membrana	☑		☐			☐		☐
1	carbon block	☑		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:	Muy Satisfactorio: ☐	Satisfactorio: ☐	Poco Satisfactorio: ☐	
Hora Inicio: 12 hs		Hora Fin:		
Firma Técnico:		Firma Cliente:		
Aclaración: Umbides		Aclaración:		

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas

Escanea y completa todos los datos solicitados

Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8:00hs a 17:00hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com

Escaneado con CamScanner