

Testeo General del Equipo		ELGA  VEOLIA		Servicio N°:					
				00021619					
Cliente: SWISS CATA MARCA		Fecha: 11/11/2020							
Contacto:		Tipo: MENSUAL		Serie: 11/20/1543					
Dirección: CATA MARCA 1242 - CABA		svo:		S1: EQUIPO					
Sector: LAB. CENTRAL - 2° Piso		Remito N°:		S1 Mat: 488011					
Solo Medica R/D 7/15		Solo Medica Pro/Centra 30/60/120		Solo Medica/Centra R200					
Contador de horas		Fecha cambió de consumibles		Fecha cambió de consumibles					
LC 141	LC 105	LC 177	09/21	LC 174	09/21				
LC 125	LC 154	LC 109	09/21	LC 136	09/21				
LC 140	LC 136	LC 105	09/21	LC 175					
Datos comunes a ambos equipos									
Cloro libre Alimentación:		ppm/mV	Filtro Malla alimentación solo R15 y Pro:	Si	No				
Conductividad alimentación:		uS/cm	Filtro Malla Loop solo R15 :	Si	No				
Temperatura:		25.2 °C	Consumo bomba de alta:		A				
Tensión alimentación:		220 V	Consumo bomba de Recirculación:		A				
Tensión fuente de alimentación:		24 V	Tensión Bomba Recirculación:		V				
Estado general del filtro de alimentación:		Si No	Nivel de ruido bomba de alta:	Si	No				
Presión alimentación:		2 Bar	Nivel de ruido bomba de recirculación:	Si	No				
Presión bomba de alta:		7 Bar	Control de cierre de la válvula de alim.:	Si	No				
Presión Loop:		1.1 Bar	Acceso para el mantenimiento adecuado:	Si	No				
Conductividad RO:		015 uS/cm	Drenaje optimo para el equipo:	Si	No				
Conductividad Loop:		0.067 uS/cm	El cliente requiere cambio en la programación:	Si	No				
Caudal permeado:		02.0 L/min	Limpiar los contactos LC174 y LC177 Pro y Centra:	Si	No				
Caudal Loop:		L/min	Caudal concentrado:		L/min				
Recomendaciones									
SE REALIZO MANTENIMIENTO MENSUAL EN EQUIPO									
SE REALIZO DESINFECCION RO + CONTROL DE									
PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO. SE OBSERVÓ									
ESTADO GENERAL DE SISTEMA. MICROFILTRO CON									
VIDA UTIL. SISTEMA OPERATIVO.									
Insumos utilizados									
CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
Resultado del servicio:		Muy Satisfactorio:		Satisfactorio:		Poco Satisfactorio:			
Hora Inicio: 08:00 hr				Hora Fin:					
Firma Técnico:				Firma Cliente:					
Aclaración: CLOSO MARCOS				Aclaración: 9102					
Call center Servicio Técnico (único número para recepción de solicitudes y reclamos) Días hábiles de 9 a 18 hs. 0011-52986200 Int: 6283 Mail para solicitud de materiales: stockelga@veolia.com Pedido de servicio técnico, dudas, comentarios y sugerencias ar.vwt.cus.support@veolia.com					Sábados, domingos y feriados 24hs Lunes a Viernes de 18 a 9.00 hs 011 1535805695 (Los mensajes serán respondidos dentro de las 3 horas de recibidos) Tiempos de respuesta: Abono Premium 72hs. Abono Premium Oro 48hs.				