

Testeo General del Equipo

ELGA  VEOLIA

Servicio N°:

044465

Cliente: SWISS MEDICAL

Fecha: 7/4/26

Contacto:

Modelo: MP120

Diagnostica: Abbott

Dirección: CATAMARCA 1242 (CAB)

N° Serie: MPOCC01543

S1:

Sector: LABORATORIO 2°

Tanque:

Remito:

Tipo Serv: MENSUR

N° Serie:

SVO:

Vencimiento de Consumibles

LC LA 773

LC 174

9/26

LC 136

9/26

LC 105

3/27

LC LC 108 9/26

RO CICLOS

72676

VOL TOTAL

2033486

Relevamiento de Datos

SI NO N/A

Cloro libre Alimentación: 0.9 ppm/mV

Filtro de alimentación:

☒ ☐ ☐

Conductividad alimentación: 309 uS/cm

Filtro Malla alimentación:

☐ ☒ ☐

Tensión alimentación: 221 v

Filtro Malla Loop solo

☐ ☒ ☐

Tensión fuente de alimentación: 24 v

Nivel de ruido bomba de alta:

☒ ☐ ☐

Tensión Bomba Recirculación: OK °C

Nivel de ruido bomba de recirculación:

☒ ☐ ☐

Tensión EDI: N/A °C

Control de cierre de la válvula de alim.:

☒ ☐ ☐

Presión alimentación: 3.2 Bar

Acceso para el mantenimiento adecuado:

☒ ☐ ☐

Presión bomba de alta: 7.8 Bar

Drenaje optimo para el equipo:

☒ ☐ ☐

Presión Loop: 1.13 Bar

El cliente requiere cambio en la program

☐ ☒ ☐

Conductividad RO: 7 uS/cm

Sensor Detencion de perdidas conectado

☒ ☐ ☐

Conductividad Loop: 0.067 uS/cm

Consumo bomba de alta:

OK A

Caudal permeado: 1.9 L/min

Consumo bomba de Recirculación

OK A

Caudal Loop: OK L/min

Temperatura

22.2 °C

Caudal concentrado: OK L/min

Conductividad salida de pack de acondicionamiento EDI N/A uS/cm

Recomendaciones

SE REALIZA SERVICIO Y MANTENIMIENTO MENSUAL

SE CONTROLAN PRESIONES Y PARAMETROS

SE SANITIZA RO

SE CAMBIA MICROFILTRO DE ALIMENTACION

SE REEMPLAZA LC 174 POR CONDUCTIVIDAD ALTA EN EL LOOP

REVISION GENERAL

EQUIPO OPERATIVO

Insumos utilizados

CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO	CANT	MATERIAL	CLIENTE	SETEC	REMITO
1	CFYCET324065	☒		☐			☐		☐
1	LC 174	☒		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐
		☐		☐			☐		☐

Resultado del servicio:

Muy Satisfactorio: ☐

Satisfactorio: ☐

Poco Satisfactorio: ☐

Hora Inicio:

Hora Fin:

Firma Técnico:

Firma Cliente:

Aclaración: TOVAGLITO LEANDRO

Aclaración:

Urgencias, contacto rápido, llame al siguiente número de teléfono

+54 9 11 3580-5695

Solo llamadas - Lunes a Domingo y Feriados

Solicitud de consumibles, emergencias, dudas o consultas
Escanea y completa todos los datos solicitados



Emergencias tiempo de respuesta hasta 3 horas (solo de Lunes a Viernes de 8.00 hs a 17.00 hs)

2da Opcion SOLO solicitud de consumibles via mail stockelga@veolia.com